

DODÁVKA TECHNOLÓGIE :

GIP6555W - germicídny žiarič priamo vyžarujúci, 55W, uchytenie na strop, stenu
GIP6555W/PS - germicídny žiarič priamo vyžarujúci, 55W, s integrovaným pohybovým senzorom - uchytenie na strop, stenu
SPH02 - spínacie hodiny germicídnych žiaričov

OZNAČENIE VÝVODOV PRE ŠPECIALISTOV-Dodávka a montáž stavby

Z	- El. zásuvka 230 V/16 A, 400 mm vysoko, podľa STN 33 2000-7-710
Z_2	- El. zásuvka 230 V/16 A, 1200 mm vysoko, samostatne istená, podľa STN 33 2000-7-710
Z_4	- El. zásuvka 230 V/16 A, napájaná cez prúdový chránič podľa STN 33 2000-7-710, 1200 mm vysoko
r	- El. zásuvka 400 V/16 A, prikon 3,7 kW pre napojenie sušiacej skrine Venticell 404 podľa STN 33 2000-7-710, 1200 mm vysoko
PC	- Dvojitá zásuvka počítačovej siete vyvedená vo výške 400 mm - rieši projektant slaboprúdu
PC_1	- Dvojitá zásuvka počítačovej siete vyvedená vo výške 1200 mm - rieši projektant slaboprúdu
S_8	- Vývod el. prúdu 230 V/6 A pre nástenný priamo vyžarujúci germicídny žiarič, vo výške 2300 mm. Voľné konce vodičov nechajte vyčnievať zo steny 30 cm
S_3	- Vývod el. prúdu 230 V/6 A pre stropný priamo vyžarujúci germicídny žiarič, voľné konce vodičov nechajte vyčnievať zo stropu 30 cm
SPH02 []	- Vývod el. prúdu 230 V/6 A pre napojenie spínacích hodín germicídnych žiaričov, voľné konce vodičov nechajte vyčnievať z inštalačnej krabice cca 20 cm.
d	- Prívod studenej vody 1/2" ukončený vo výške 1000 mm uzatváracím ventilom s nástavcom na hadicu pre napojenie tlakovej pištole. Vstupný tlak vody min. 3 bar
d_1	- Prívod studenej vody 1/2" ukončený vo výške 1000 mm uzatváracím ventilom s nástavcom na hadicu pre napojenie zariadenia na manuálnu očistu vozíkov. Vstupný tlak vody min. 3 bar
d_2	- Prívod studenej vody 1/2" ukončený vo výške 600 mm uzatváracím ventilom s nástavcom na hadicu pre napojenie zmäkčovača vody.
h_1	- odpad DN 50 ukončený nástenným sifónom pre napojenie zmäkčovača vody a reverznej osmózy ukončený vo výške 300 mm nad čistou podlahou.
L	- Vývod stlačeného vzduchu vedený z rozvodu, ukončený na stene vo výške 1000 mm uzatváracím ventilom a s nástavcom na hadicu, pre napojenie tlakovej pištole

NÁLEŽITOSTI VÝKRESU :

55-37	Sterilizátor formaldehydový dvojdverový - FORMOMAT 349-2
55-44	Sterilizátor parný dvojdverový - STERIVAP 6612-2
55-51	Ultrazvuková myčka - Ultramatic 550
56-33	Dezinfekčná myčka DEKO 2000
96-15	Nerez. jednodielny drez
96-17	Nerez. dvojdielny drez

ZARIADENIA DODÁVANÉ A MONTOVANÉ STAVBOU:

11-1 - Drezová zmiešavacia batéria stojánková a odpadová súprava pre spodnú skrinku so vsadeným nerez. jednodielnym drezom s odkvapkávacou plochou (spodná skrinka a drez sú dodávkou technológie) - určený na umývanie nástrojov, resp. vyllevanie biologického materiálu
11-3 - Drezová zmiešavacia batéria stojánková a odpadová súprava pre spodnú skrinku so vsadeným nerez. kruhovým drezom (spodná skrinka a drez sú dodávkou technológie) - určené na umývanie rúk
11-112 - Umývadlo diturvitové so zmiešavacou batériou a odpadnou súpravou, obklad za umývadlom do výšky min. 180 cm.
15-28 - Hlavný vypínač, stred vo výške 1350 mm nad podlahou

POZNÁMKA

Kóty sú udané v mm od povrchu čistej steny (omietka, obklad), vrchnej hrany podlahy, resp. spodnej hrany hotového stropu (omietka, podhľad). Uvedené šírky dverí sú tzv. svetlé priechodzie šírky. Výška obkladu pri sanitárnych zariadeniach min. do výšky 180 cm nad podlahou.
V neoznačených priestoroch je prostredie podľa STN EN 33 2000-5-51:2010 základné.
Typ miestnosti podľa STN 33 2000-7-710 príloha B, tabuľka B.1 je uvedený pri názve miestnosti.
Súčasťou PD je aj protokol o určení klasifikácie zdravotníckeho priestoru do skupín v súlade s prílohou B.
Súpis zariadení v jednotlivých miestnostiach tvorí prílohu technickej správy.
Všetky zmeny, ktoré vzniknú pri riešení projektu stavby zo strany GP, alebo ktoré vzniknú pri realizácii, musia byť prejednané s projektantom a dodávateľom zariadenia.

SPRÁV	ING.ŠUTY	SPRACOVAL	JURAJ VARGA	**Hosping** spol. s r.o. Bajkalská 29F 821 05 Bratislava tel.: 0905 627 923 e-mail: varju@hosping.sk
ZODPOVEDNÝ	ING.ŠUTY	KONTROLA	ING. EVA HLAVATÁ	
OKRES	NITRIANSKY	MIESTO	NOVÉ ZÁMKY	
INVESTOR	FNsP NOVÉ ZÁMKY, SLOVENSKÁ 110, NOVÉ ZÁMKY			
ZDROJ	STAVEBNÉ ÚPRAVY CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE FNsP NOVÉ ZÁMKY SLOVENSKÁ 110, NOVÉ ZÁMKY			ZÁK.Č. / DOD.
ČÍSLO A ZÁKL.	NÁZOV PÔDORYSU			ÚRAŇ / PROJEKT
01	**PS 01 - Zdravotnícka technológia** **CENTRÁLNA STERILIZÁCIA**			FORMÁT: 10xA4
				STAV: 03.2020
PRÉZNA	FÁZOVÉ			MIERKA / DÁTUM/PODPIS
TG	PÔDORYS I.NP - NOVÝ STAV - ČASŤ : ZDRAVOTNÍCKA TECHNOLÓGIA		1:50	**0320-TG-01**