


Zvislá schéma



LEGENDA MIESTNOSTÍ

M.C.	NÁZOV MIESTNOSTI	PODLAHA	PLOCHA	STENY	STROPY
101	CHODBA	PC/GERFOR/IMPULUM ELEGANCE PC/VYBERSK/WM/NO/POULAU	37,14	UMYVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL MATER EROTRON/1200MM	POCHAD THERMATHEX AQUATEC/800X800MM
102	CHODBA	PC/GERFOR/IMPULUM ELEGANCE PC/VYBERSK/WM/NO/POULAU	18,19	UMYVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL	POCHAD THERMATHEX AQUATEC/800X800MM
103	VEDÚCA CS	PC/GERFOR/IMPULUM ELEGANCE PC/VYBERSK/WM/NO/POULAU	8,87	UMYVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL KONAKT/OK/ALU/100MM	POCHAD THERMATHEX AQUATEC/800X800MM
104	DENNÁ MIESTNOST	PC/GERFOR/IMPULUM ELEGANCE PC/VYBERSK/WM/NO/POULAU	9,39	UMYVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL KONAKT/OK/ALU/100MM	POCHAD THERMATHEX AQUATEC/800X800MM
105	UPRATOVAČKA ŠPINÁVA STRANA	PC/GERFOR/IMPULUM ELEGANCE PC/VYBERSK/WM/NO/POULAU	2,28	UMYVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL	POCHAD THERMATHEX AQUATEC/800X800MM
106	WC PERSONÁL	PC/GERFOR/IMPULUM ELEGANCE PC/VYBERSK/WM/NO/POULAU	2,13	UMYVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL	POCHAD THERMATHEX AQUATEC/800X800MM
107	ŠATŇA MUŽI	PC/GERFOR/IMPULUM ELEGANCE PC/VYBERSK/WM/NO/POULAU	2,82	UMYVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL	POCHAD THERMATHEX AQUATEC/800X800MM
108	KÚPEĽNA MUŽI	PC/GERFOR/TARGASE ULTRA PC/VYBERSK/WM/NO/POULAU	3,76	UMYVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL PC/GERFOR/IMPULUM ELEGANCE	SADOKARTON DO KÚPEĽHO PROSTREDIA
109	ŠATŇA ŽENY	PC/GERFOR/IMPULUM ELEGANCE PC/VYBERSK/WM/NO/POULAU	17,82	UMYVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL	POCHAD THERMATHEX AQUATEC/800X800MM
110	KÚPEĽNA ŽENY	PC/GERFOR/TARGASE ULTRA PC/VYBERSK/WM/NO/POULAU	3,83	UMYVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL PC/GERFOR/IMPULUM ELEGANCE	SADOKARTON DO KÚPEĽHO PROSTREDIA
111	SKLAD	PC/GERFOR/IMPULUM ELEGANCE PC/VYBERSK/WM/NO/POULAU	4,86	UMYVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL	POCHAD THERMATHEX AQUATEC/800X800MM
112	SKLAD USZEBNÝCH PROSTREDIOV	PC/GERFOR/IMPULUM ELEGANCE PC/VYBERSK/WM/NO/POULAU	2,40	UMYVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL	POCHAD THERMATHEX AQUATEC/800X800MM
113	LABORATORIUM	PC/GERFOR/IMPULUM ELEGANCE PC/VYBERSK/WM/NO/POULAU	6,22	PREDOVÝ PANEĽ 2/POKINKLEHU	POCHAD DO ČISTÝCH PRIESTOROV
114	PRÍEM. NESTERILNÝHO MATERIÁLU	PC/GERFOR/IMPULUM ELEGANCE PC/VYBERSK/WM/NO/POULAU	28,12	PREDOVÝ PANEĽ 2/POKINKLEHU	POCHAD DO ČISTÝCH PRIESTOROV
115	UMYVÁR. INSTRUMENTOV A OBLAVY	PC/GERFOR/TARGASE ULTRA PC/VYBERSK/WM/NO/POULAU	47,91	PREDOVÝ PANEĽ 2/POKINKLEHU	POCHAD DO ČISTÝCH PRIESTOROV
116	MIESTNOST SETOVANÁ PRAČIA	PC/GERFOR/IMPULUM ELEGANCE PC/VYBERSK/WM/NO/POULAU	11,21	PREDOVÝ PANEĽ 2/POKINKLEHU	POCHAD DO ČISTÝCH PRIESTOROV
117	SKLAD POMOCNÉHO MATERIÁLU	PC/GERFOR/IMPULUM ELEGANCE PC/VYBERSK/WM/NO/POULAU	12,85	PREDOVÝ PANEĽ 2/POKINKLEHU	POCHAD DO ČISTÝCH PRIESTOROV
118	MIESTNOST SETOVANIA	PC/GERFOR/IMPULUM ELEGANCE PC/VYBERSK/WM/NO/POULAU	14,42	PREDOVÝ PANEĽ 2/POKINKLEHU	POCHAD DO ČISTÝCH PRIESTOROV
119	SERVISNÝ PRIESTOR	PC/GERFOR/IMPULUM ELEGANCE PC/VYBERSK/WM/NO/POULAU	13,23	PREDOVÝ PANEĽ 2/POKINKLEHU	POCHAD DO ČISTÝCH PRIESTOROV
120	STROJOVNÁ VZT	PC/GERFOR/IMPULUM ELEGANCE PC/VYBERSK/WM/NO/POULAU	41,84	UMYVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL	POCHAD THERMATHEX AQUATEC/800X800MM
121	STROJOVNÁ ÚPRAVY VODY	PC/GERFOR/IMPULUM ELEGANCE PC/VYBERSK/WM/NO/POULAU	22,51	UMYVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL	POCHAD THERMATHEX AQUATEC/800X800MM
122	SKLAD ŠTERILNÉHO MATERIÁLU (ČISTÁ STRANA)	PC/GERFOR/IMPULUM ELEGANCE PC/VYBERSK/WM/NO/POULAU	66,88	PREDOVÝ PANEĽ 2/POKINKLEHU	POCHAD DO ČISTÝCH PRIESTOROV
123	FILTER PERSONÁLU ŠPINÁVA STRANA	PC/GERFOR/IMPULUM ELEGANCE PC/VYBERSK/WM/NO/POULAU	2,90	PREDOVÝ PANEĽ 2/POKINKLEHU	POCHAD DO ČISTÝCH PRIESTOROV
124	ŠPICHIA	PC/GERFOR/IMPULUM ELEGANCE PC/VYBERSK/WM/NO/POULAU	4,47	PREDOVÝ PANEĽ 2/POKINKLEHU	POCHAD DO ČISTÝCH PRIESTOROV
125	WC	PC/GERFOR/IMPULUM ELEGANCE PC/VYBERSK/WM/NO/POULAU	1,37	PREDOVÝ PANEĽ 2/POKINKLEHU	POCHAD DO ČISTÝCH PRIESTOROV
126	FILTER PERSONÁLU ČISTÁ STRANA	PC/GERFOR/IMPULUM ELEGANCE PC/VYBERSK/WM/NO/POULAU	3,02	PREDOVÝ PANEĽ 2/POKINKLEHU	POCHAD DO ČISTÝCH PRIESTOROV
127	PRÍPRAVA NA EXPEDÍCIU	PC/GERFOR/IMPULUM ELEGANCE PC/VYBERSK/WM/NO/POULAU	12,62	PREDOVÝ PANEĽ 2/POKINKLEHU	POCHAD DO ČISTÝCH PRIESTOROV
128	SUSENIE VOZÍKOV	PC/GERFOR/IMPULUM ELEGANCE PC/VYBERSK/WM/NO/POULAU	13,36	PREDOVÝ PANEĽ 2/POKINKLEHU	POCHAD DO ČISTÝCH PRIESTOROV
129	UMYVÁNIE VOZÍKOV	PC/GERFOR/IMPULUM ELEGANCE PC/VYBERSK/WM/NO/POULAU	12,00	PREDOVÝ PANEĽ 2/POKINKLEHU	POCHAD DO ČISTÝCH PRIESTOROV
130	VÝDAJ MATERIÁLU	PC/GERFOR/IMPULUM ELEGANCE PC/VYBERSK/WM/NO/POULAU	13,88	UMYVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL	POCHAD DO ČISTÝCH PRIESTOROV
131	STROJOVNÁ VZT	PC/GERFOR/IMPULUM ELEGANCE PC/VYBERSK/WM/NO/POULAU	10,38	UMYVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL	POCHAD DO ČISTÝCH PRIESTOROV

Legenda potrubia:

- jestvujúci rozvod UK oceľové čierne - jednorúrkový systém horizontálny prietokový
- potrebné vedenie nad podlahou
- jestvujúci rozvod UK oceľové čierne - pripojka k telesu
- potrebné vedenie nad podlahou
- nový rozvod UK oceľové čierne - jednorúrkový systém horizontálny prietokový
- potrebné vedenie pod stropom

Legenda radiátorov:

- 103 20°C - číslo miestnosti
- 20K-600/1200-P - tepota v miestnosti
- 20K-600/1200-P - OCELOVÝ PANELOVÝ RADIÁTOR U.S. STEEL KOŠICE KORAD prevedenie bočné Kompakt, ODVZDUŠNENIE, DRŽIAK KORAD, ZÁSEPKY
- 20K-600/1200-P - tepota : 75/65°C - stanovený teplotný spád pre návrh vyk. teles
- 20K-600/1200-P - výkon : stanovuje vložení výkon pri teplotnom spáde 75/65°C
- 20K-600/1200-P - 20 - počet panelov 2, bez konvektorov
- 20K-600/1200-P - 21 - počet panelov 2, počet konvektorov 1
- 20K-600/1200-P - 22 - počet panelov 2, počet konvektorov 2
- 20K-600/1200-P - 23 - počet panelov 3, počet konvektorov 3
- 20K-600/1200-P - 600 mm - stavebná výška
- 20K-600/1200-P - 1000 mm - stavebná dĺžka
- 20K-600/1200-P - P - PLAIN s hladkou čírnou plochou
- 20K-600/1200-P - OCELOVÝ PANELOVÝ RADIÁTOR U.S. STEEL KOŠICE KORAD prevedenie bočné Kompakt, pozinkovaný
- 20K-600/1200-P - ODVZDUŠNENIE, DRŽIAK KORAD, ZÁSEPKY
- 20K-600/1200-P - tepota : 75/65°C - stanovený teplotný spád pre návrh vyk. teles
- 20K-600/1200-P - výkon : stanovuje vložení výkon pri teplotnom spáde 75/65°C
- 20K-600/1200-P - 20 - počet panelov 2, bez konvektorov
- 20K-600/1200-P - 21 - počet panelov 2, počet konvektorov 1
- 20K-600/1200-P - 22 - počet panelov 2, počet konvektorov 2
- 20K-600/1200-P - 23 - počet panelov 3, počet konvektorov 3
- 20K-600/1200-P - 600 mm - stavebná výška
- 20K-600/1200-P - 800 mm - stavebná dĺžka
- 20K-600/1200-P - P - PLAIN s hladkou čírnou plochou

SITUÁČNÁ SCHEMA

-11°C, teplotná oblasť 1; veterná oblasť 2
Tepelná strata vyk. miestnosti: 5.700 W
Teplota vykurovacej vody UK:75°/65°C

ATOR	ING. BUTY	VÝPOČTOVÁ	ING. PETER VARGA	DOMINO PROJEKT ING. JURA ŠUTY AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER BEROLSKÁ 15, KOŠICE
2000 PROJEKT	Ing. Peter VARGA	KONTROLA	Ing. Peter VARGA	
RAJ	HETREANSKY	MESTO	NOVÉ ZÁMKY	
INVESTOR	PNP NOVÉ ZÁMKY, SLOVENSKÁ 11A, NOVÉ ZÁMKY	STAVBA	STAVBA STAVBY CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE PNPP NOVÉ ZÁMKY	
STAVBA	STAVBA	STAVBA	STAVBA	005_408_874 100_408_874
01	CENTRÁLNA STERILIZÁCIA	STAVBA	STAVBA	007_2020
PROJEKT	UK	PROJEKT	PROJEKT	04 / 2020
UK	PĎORYS INP - NOVÝ STAV	UK	UK	04