



Pohľad - Čelný

Brzdy :


F = Trečia brzda
P = Pneumatická brzda




Pohľad - Bočný



Pohľad "X" Pripojovacie miesto



Detail "A" M1:10 Osadenie stĺpa



Silnopráúdové vybavenie :

Typ: Schuko, 220-250V/16A
podľa VDE 0620

Výrobca : PEHA
štyl: - bez krytu
- s integrovaným štítkom v ráme
- s kontrolkou (zelená LED)

vrátane - 1x zdrojka vyrovnávača potenciálu
pre každú zásuvku podľa DIN 42801
časť 2
Výrobca: Draeger

EL. obvod 2, 3, 5, 6 - farba zásuviek - žltá
farba rámečka - žltá

EL. obvod 1, 4 - farba zásuviek - oranžová
farba rámečka - oranžová

Slabopráúdové - vybavenie :

RJ45-2: typ RJ45 dvojvlák zásuvka


Výrobca: Draeger/PeHa
štyl: - RJ45
- bez krytu
- integrovaná etiketa
- zásuvka RJ45 - CAT 6A
- 2xPatch kábel S/FTP CAT 7
600 MHz LSZH IEC 60332-1-4x2xAWG27/17
- podľa EIA/TIA 568B
- s RJ45 zapojenou do pripojovacieho bodu
- s viečkom proti prachu

farba krytky - biela

Prívody medicínálnych plynov

Rýchlospojky :
Výrobca : MZ Liberec

Detail "B" M1:10 Osadenie stĺpa



Stropný statív je určený pre operačné sály, zákrokové miestnosti, jednotky intenzívnej starostlivosti a oddelenia OAIM. Pozostáva z nosného kotvenia, podhládového krytu, sady ramien a samotných zdrojových hláv pre vývod médií. Je upevnený do stropu miestnosti a slúži pre privedenie mediálnych a elektrickej siete pre pracovisko napr. anesteziológa, chirurga atď. v závislosti od výbavy. Je možné v ňom umiestniť plynové rýchlospojky pre rôzne druhy mediálnych, rýchlospojku odťahu anesteziologických zmesí, alebo rýchlospojku pre pohon pneumatických prístrojov, elektrické zásuvky 230 V s oddelením pre ZIS, DO a VDO, svorky ochranného pospojovania ako aj zásuvky pre slabopráúdové rozvody (monitorovací systém). Príslušenstvo tvoria ramená, držiaky infúzií a police. Zostavu s požadovaným počtom vývodov a príslušenstvom je potrebné uviesť pri objednávke zariadenia.

STROPNÝ ZÁVES OTOČNÝ DUO - AGILA

HOSPING

08 - 61