



Príloha B k súťažným podkladom

Špecifikácia predmetu zákazky: E. Operačný stôl oddelenie urológie

	áno/nie
• Mobilný operačný stôl s pevnou operačnou doskou	áno
• Určený pre endoskopické operačné výkony	Áno
• Základ stola s celonerezovým prevedením nohy vysoko odolnou voči oterom, nárazom a dezinfekčným prostriedkom	Áno
• Univerzálna doska stola s SFC polstrovaním s 2 párami motorov a pevnou nohou stola	V súlade s žiadosťou o vysvetlenie spĺňame 1 motor pre pohon čerpadla na hydraulický pohon jednotlivých pohybov operačného stola
• Základňa operačného stola s bezdrôtovým diaľkovým ovládačom a nabíjačkou	Áno
• Elektrické polohovanie hlavnej dosky stola:	Áno
• Zdvih	Áno
• Trendelenburg / Antitrendelenburg	Áno
• Laterálny náklon	Áno
• Kombinovaný Trendelenburg a laterálny sklon	Áno
• Sklon chrbtového dielu	Áno
• Náklon nožného dielu	Áno
• Ostatné polohy stola nastaviteľné mechanicky	Áno
• Elektrické ovládanie operačného stola s možnosťou ovládania bez pripojenia kábla a nožné ovládanie	Áno
• Záložné ovládanie stola na základni stola	Áno
• Kovové časti z chrómniklovej nerezovej oceli, odolné dezinfekčným prostriedkom	Áno
• Úzky profil platformy nohy stola pre dobrý prístup k pacientovi alebo ploché prevedenie	Áno
• 3 preddefinované štandardné polohy stola: flex poloha, reflex poloha a 0 – poloha	Áno
• Minimálny počet pamäťových miest pre rôzne polohy na ovládači – 10	Áno
• Priamo na ovládači 3 preddefinované polohy – flex poloha, reflex poloha a 0 – poloha	Áno
• Maximálna výška stola v najnižšej polohe – 590 mm	V súlade s žiadosťou o vysvetlenie spĺňame 650mm
• Nosnosť operačného stola v štandardnej a reverznej polohe bez obmedzenia minimálne 320 kg	V súlade s žiadosťou o vysvetlenie spĺňame Štandardná poloha 275 / reverzná 180kg

<ul style="list-style-type: none"> Obojstranné polohovanie (normálna aj reverzná poloha) pre nožné diely, chrbtový diel a hlavový diel (samostatne navzájom zameniteľné) 	Áno
<ul style="list-style-type: none"> Motorizovaný zdvih stola v minimálnom rozsahu 590 – 1000 mm 	V súlade s žiadosťou o vysvetlenie spĺňame 650-1110mm
<ul style="list-style-type: none"> Motorizované výškové nastavenie minimálne 410 mm 	Áno
<ul style="list-style-type: none"> Pozdĺžny posun minimálne 450mm 	410mm
<ul style="list-style-type: none"> Motorizovaný náklon dosky stola (Trendelenburg / Antitrendelenburg) v minimálnom rozsahu -45° / +45° 	V súlade s žiadosťou o vysvetlenie spĺňame -35 / +35°
<ul style="list-style-type: none"> Motorizovaný laterálny náklon na obidve strany v minimálnom rozsahu -28° / +28° 	V súlade s žiadosťou o vysvetlenie spĺňame -25 / +25°
<ul style="list-style-type: none"> Motorizovaný kombinovaný sklon trendelenburg/laterál v minimálnom rozsahu 40° / +10° alebo 25/+25° alebo 15/+20° 	Áno
<ul style="list-style-type: none"> Motorizované polohovanie chrbtového dielu v minimálnom rozsahu - 90° alebo - 45°(manuálne 105°) / +90° 	V súlade s žiadosťou o vysvetlenie spĺňame -45 / +80°
<ul style="list-style-type: none"> Motorizovaný náklon nožného dielu v minimálnom rozsahu -90° / +90° 	V súlade s žiadosťou o vysvetlenie spĺňame -105 / +70°
<ul style="list-style-type: none"> Sklopný hlavový segment -50° / +50° 	V súlade s žiadosťou o vysvetlenie spĺňame -45 / +45°
<ul style="list-style-type: none"> Výška polstrovania segmentov stola minimálne 70 mm 	Áno
<ul style="list-style-type: none"> Poloha lumbotomická 	Áno
<ul style="list-style-type: none"> Poloha litotomická 	Áno
<ul style="list-style-type: none"> Žabia poloha 	Áno
<ul style="list-style-type: none"> Polstrovanie matracmi z dvojvrstvovej antidekubitnej peny s pamäťovým efektom, tepelne izolujúcim (teplé na dotyk), paropriepustné a vodeodolné. Polstrovanie musí umožniť jednoduché odobratie pre čistenie a dezinfekciu (SFC pena alebo ekvivalent) 	Áno
<ul style="list-style-type: none"> Príslušenstvo: 	
<ul style="list-style-type: none"> Základňa stola s bezdrôtovým diaľkovým ovládačom 	Áno
<ul style="list-style-type: none"> Mobilná indukčná nabíjačka diaľkového ovládača 	V súlade s žiadosťou o vysvetlenie spĺňame USB nabíjačka káblová
<ul style="list-style-type: none"> Diaľkový bezdrôtový ovládač stola s displejom zobrazujúcim stav polohy stola, 	Áno

zvuková signalizácia krajnej polohy počas polohovania dosky stola	
• Dvojkĺbová hlavová podpera	Áno
• Predĺženie sedacieho dielu	Áno
• Dvojdielne nožné podpery, samostatne polohovateľné	Áno
• Nožné dosky otočné do strán minimálne v uhle 30°	Áno
• Adaptér na hlavový segment	Áno
• Podpera horného ramena, otočné rameno s guľovým kĺbom	Áno
• Podpera horného ramena s guľovým kĺbom	Áno
• Držiaky na spodné končatiny goepel – 2 ks	Áno
• Trojkĺbové rameno pre podpery tela pacienta, uťahovanie v jednom bode - veľmi flexibilné – 2 ks	Áno
• Pubis–sacrum–sternum podpera tela pacienta (85 x 85 mm)	V súlade s žiadosťou o vysvetlenie spĺňame Áno, 436/237/159 mm
• Back–buttock podpera tela pacienta (170 x 120 mm)	V súlade s žiadosťou o vysvetlenie spĺňame Áno, 90 x 200 mm
• Laterálna podpera tela pacienta (215 x 100 mm)	V súlade s žiadosťou o vysvetlenie spĺňame Áno, 185x80 mm
• 1 Zarážky pliec, pár pri kolaterálnych výkonoch	Áno
• Pomôcky pre lumbotomickú polohu, (popruhy, podložky, zarážky)	Áno
• Dvojdielna podložka, hrudník a panva	Áno
• Vankúš pre polohu na bruchu, veľký	Áno
• Radiálne otočné svorky na postranné koľajnice pre príslušenstvo do priemeru 22 mm – minimálne 4 ks	V súlade s žiadosťou o vysvetlenie spĺňame max 20mm
• Anestéziologický rám	Áno
• Pás uchytenia ruky na anestéziologický rám	Áno
• Infúzny stojan	Áno
• Držiak dýchacích hadíc	Áno
• Pás tela pacienta na suchý zips	Áno

• Všetky segmenty stola musia byť vybavené polstrovaním a bočnými eurolištami	Áno
- ŠUKL kód	Áno
- Označenie CE	Áno
- Slovenský návod na obsluhu	Áno
- Vrátane dopravy, zaškolenia a inštalácie vo FNsP Žilina	Áno
- Záruka minimálne 24 mesiacov	Áno
- Záručný servis a pozáručný servis	Áno
- Nové nepoužívané a nerepasované zariadenie	Áno
- Možnosť objednania a dodávky príslušenstva a náhradných dielov	Áno

Ak v tomto opise predmetu zákazky alebo v ktorejkoľvek dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom v rámci prípravy tohto verejného obstarávania, technické požiadavky odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejným obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu. Pre účely tejto zákazky bude verejný obstarávateľ akceptovať ekvivalent ako ponúknuté riešenie uchádzača spĺňajúce úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú určené, pričom ponúknuté riešenie bude spĺňať resp. sa ním dosiahne rovnaká alebo vyššia výkonnostná úroveň v porovnaní s verejným obstarávateľom požadovanými technickými parametrami.