

**Príloha č. 4 Súťažných podkladov**

**Požiadavky na referenčné lôžka v rámci preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a)**

<b>Lôžko elektricky polohovateľné</b>				
<b>p.č.</b>	<b>Parameter referenčného lôžka</b>	<b>Požadovaný parameter</b>	<b>Parameter referenčného lôžka</b>	<b>Poznámka pre verejného obstarávateľa</b>
1	Elektrické nastavenie výšky ložnej plochy	áno	vyplní dodávateľ	
2	3/4 kovové sklápacie bočnice (1 bočnica na každej strane) alebo delené sklápacie bočnice (2 bočnice na každej strane)	áno	vyplní dodávateľ	
3	4-dielna ložná plocha	áno	vyplní dodávateľ	
4	Čelá a bočnice s aretáciou pre nechcené vytiahnutie alebo spustenie	áno	vyplní dodávateľ	
5	Predné, zadné plastové čelá a plastovné bočnice vyrobené bešpárovou technológiou	áno	vyplní dodávateľ	
6	Predĺženie ložnej plochy v nožnej časti min. 10 cm	áno	vyplní dodávateľ	
7	Zálohová batéria	áno	vyplní dodávateľ	
8	Ovládacie možnosti na polohovanie výšky lôžka, ložných dielov ak je elektrický ovládateľné ručný ovládač alebo ovládač umiestnený v bočniciach	áno	vyplní dodávateľ	
9	Pár bočných líšt na drobné príslušenstvo	áno	vyplní dodávateľ	
10	Hrazda + hrazdička	áno	vyplní dodávateľ	
11	Pasívny antidekubitný matrac	áno	vyplní dodávateľ	
12	Vodeodolnosť poťahu min. 200 cm vodného stĺpca	áno	vyplní dodávateľ	
13	Zips poťahu krytý krycou chlopňou pre odolnosť proti všetkým tekutinám	áno	vyplní dodávateľ	
14	Poťah matraca antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný	áno	vyplní dodávateľ	
15	Poťah matraca dezinfikovateľný čínidlami v koncentráciach pre zdravotníctvo	áno	vyplní dodávateľ	
16	Poťah matraca odolný voči účinkom krvi, moču	áno	vyplní dodávateľ	
17	Dodatočná výplň matraca II. v prípade lôžka s možnosťou predĺženia ložnej plochy	áno	vyplní dodávateľ	

**Požiadavky na referenčné lôžka v rámci preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a)**

<b>Lôžko intenzivistické typ 3 pre kritickú starostlivosť</b>	
---	--

p.č.	Parameter referenčného lôžka	Požadovaný parameter	Parameter referenčného lôžka	Poznámka pre verejného obstarávateľa
1	Ložná plocha: Šírka min. 85 cm	áno	vyplní dodávateľ	
2	Nastavenie výšky ložnej plochy 'elektricky	áno	vyplní dodávateľ	
3	Delené plastové sklápacie bočnice (2 bočnice na každej strane) alebo 3/4 sklopné kovové bočnice	áno	vyplní dodávateľ	
4	4-dielna ložná plocha	áno	vyplní dodávateľ	
5	Vyberateľné čelá s medzerou pre vedenie prívodných trubíc, hadičiek	áno	vyplní dodávateľ	
6	Elektrické polohovanie chrbtového dielu	áno	vyplní dodávateľ	
7	Elektrické polohovanie stehenného dielu	áno	vyplní dodávateľ	
8	Polohovanie lýtkového dielu mechanicky alebo hydraulicky (pneumaticky)	áno	vyplní dodávateľ	
9	Čelá a bočnice s aretáciou pre nechcené vytiahnutie alebo spustenie	áno	vyplní dodávateľ	
10	Pohon TR náklonu elektricky	áno	vyplní dodávateľ	
11	Pohon ATR náklonu elektricky	áno	vyplní dodávateľ	
12	Predné, zadné plastové čelá a plastovné bočnice vyrobené bešpárovou technológiou	áno	vyplní dodávateľ	
13	Predĺženie ložnej plochy v nožnej časti min. 10 cm	áno	vyplní dodávateľ	
14	Zálohová batéria	áno	vyplní dodávateľ	
15	Ovládacie možnosti na polohovanie výšky lôžka, ložných dielov(ručný ovládač alebo ovládač umiestnený v bočniciach)	áno	vyplní dodávateľ	
16	CPR mechanické odblokovanie chrbtového dielu	áno	vyplní dodávateľ	
17	Ovládanie pre pacienta s možnosťou uzamknutia jednotlivých funkcií	áno	vyplní dodávateľ	
18	Nožný alebo ručný ovládač pre polohovanie	áno	vyplní dodávateľ	
19	Pár bočných líšt na drobné príslušenstvo	áno	vyplní dodávateľ	
20	Hrazda + hrazdička	áno	vyplní dodávateľ	
21	Infúzny stojan	áno	vyplní dodávateľ	
22	Držiak kyslíkovej fľaše (3 l alebo 5 l)	áno	vyplní dodávateľ	
23	Držiak infúzných púmp	áno	vyplní dodávateľ	
24	Aktívny antidekubitný matrac pre dekubity min. III stupnica Norton	áno	vyplní dodávateľ	
25	Nastavenie tlaku v matraci manuálne alebo automatické	áno	vyplní dodávateľ	

26	Samostatný matrac určený k uloženiu priamo na lôžko	áno	vyplní dodávateľ	
27	Vodeodolnosť poťahu min. 120 cm vodného stĺpca	áno	vyplní dodávateľ	
28	Paropriepustnosť poťahu min. 350 g/m <sup>2</sup> /24 h	áno	vyplní dodávateľ	
29	Alarm výpadku tlaku / napájania	áno	vyplní dodávateľ	
30	Zips poťahu krytý krycou chlopňou pre odolnosť proti všetkým tekutinám	áno	vyplní dodávateľ	
31	Poťah matraca antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný	áno	vyplní dodávateľ	
32	Poťah matraca dezinfikovateľný čínidlami v koncentráciach pre zdravotníctvo	áno	vyplní dodávateľ	
33	Poťah matraca odolný voči účinkom krvi, moču	áno	vyplní dodávateľ	
34	Dodatočná výplň pasívnym matracom v prípade lôžka s možnosťou predĺženia ložnej plochy	áno	vyplní dodávateľ	

**Požiadavky na referenčné lôžka v rámci preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a)**

<b>Lôžko intenzivistické typ 2</b>				
<b>p.č.</b>	<b>Parameter referenčného lôžka</b>	<b>Požadovaný parameter</b>	<b>Parameter referenčného lôžka</b>	<b>Poznámka pre verejného obstarávateľa</b>
1	Ložná plocha: Šírka min. 85 cm	áno	vyplní dodávateľ	
2	Nastavenie výšky ložnej plochy elektrický	áno	vyplní dodávateľ	
3	Delené plastové sklápacie bočnice (2 bočnice na každej strane) alebo 3/4 sklopné kovové bočnice	áno	vyplní dodávateľ	
4	4-dielna ložná plocha	áno	vyplní dodávateľ	
5	Vyberateľné čelá s medzerou pre vedenie prívodných trubíc, hadičiek	áno	vyplní dodávateľ	
6	Elektrické polohovanie chrbtového dielu	áno	vyplní dodávateľ	
7	Elektrické polohovanie stehenného dielu	áno	vyplní dodávateľ	
8	Elektrické alebo mechanické polohovanie lýtkového dielu	áno	vyplní dodávateľ	
9	Čelá a bočnice s aretáciou pre nechcené vytiahnutie alebo spustenie	áno	vyplní dodávateľ	
10	Pohon TR náklonu elektrický	áno	vyplní dodávateľ	
11	Pohon ATR náklonu elektrický	áno	vyplní dodávateľ	
12	Predné, zadné plastové čelá a plastovné bočnice vyrobené bešpárovou technológiou	áno	vyplní dodávateľ	
13	Predĺženie ložnej plochy v nožnej časti min. 10 cm	áno	vyplní dodávateľ	

14	Zálohová batéria	áno	vyplní dodávateľ	
15	Ovládacie možnosti na polohovanie výšky lôžka, ložných dielov(ručný ovládač alebo ovládač umiestnený v bočniciach)	áno	vyplní dodávateľ	
16	CPR mechanické odblokovanie chrbtového dielu	áno	vyplní dodávateľ	
17	Laterálny náklon ložnej plochy	áno	vyplní dodávateľ	
18	Nožný alebo ručný ovládač pre polohovanie	áno	vyplní dodávateľ	
19	Laterálny náklon ("Laterálna terapia") (ložná plocha alebo matrac) áno, alebo za pomoci integrovaného matraca	áno	vyplní dodávateľ	
20	Pár bočných líšt na drobné príslušenstvo	áno	vyplní dodávateľ	
21	Hrazda + hrazdička	áno	vyplní dodávateľ	
22	Infúzny stojan	áno	vyplní dodávateľ	
23	Držiak kyslíkovej fľaše (3 l alebo 5 l)	áno	vyplní dodávateľ	
24	Držiak infúzných púmp	áno	vyplní dodávateľ	
25	Aktívny antidekubitný matrac pre dekubity min. III stupnica Norton	áno	vyplní dodávateľ	
26	Nastavenie tlaku v matraci manuálne alebo automatické	áno	vyplní dodávateľ	
27	Samostatný matrac určený k uloženiu priamo na lôžko	áno	vyplní dodávateľ	
28	Vodeodolnosť poťahu min. 120 cm vodného stĺpca	áno	vyplní dodávateľ	
29	Alarm výpadku tlaku / napájania	áno	vyplní dodávateľ	
30	Zips poťahu krytý krycou chlopňou pre odolnosť proti všetkým tekutinám	áno	vyplní dodávateľ	
31	Poťah matraca antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný	áno	vyplní dodávateľ	
32	Poťah matraca dezinfikovateľný činidlami v koncentráciách pre zdravotníctvo	áno	vyplní dodávateľ	
33	Poťah matraca odolný voči účinkom krvi, moču	áno	vyplní dodávateľ	
34	Dodatočná výplň matraca v prípade lôžka s možnosťou predĺženia ložnej plochy	áno	vyplní dodávateľ	

**Požiadavky na referenčné lôžka v rámci preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a)**

Lôžko intenzívistické - typ 1				
p.č.	Parameter referenčného lôžka	Požadovaný parameter	Parameter referenčného lôžka	Poznámka pre verejného obstarávateľa

1	Nosnosť lôžka min. 250 kg	áno	vyplní dodávateľ	
2	Ložná plocha: Šírka min. 85 cm	áno	vyplní dodávateľ	
3	Nastavenie výšky ložnej plochy elektrický	áno	vyplní dodávateľ	
4	Delené plastové sklápacie bočnice (2 bočnice na každej strane)	áno	vyplní dodávateľ	
5	4-dielna ložná plocha	áno	vyplní dodávateľ	
6	Vyberateľné čelá s medzerou pre vedenie prírodných trubíc, hadičiek	áno	vyplní dodávateľ	
7	Elektrické polohovanie chrbtového dielu	áno	vyplní dodávateľ	
8	Elektrické polohovanie stehenného dielu	áno	vyplní dodávateľ	
9	Elektrické polohovanie lýtkového dielu	áno	vyplní dodávateľ	
10	Čelá a bočnice s aretáciou pre nechcené vytiahnutie alebo spustenie	áno	vyplní dodávateľ	
11	Pohon TR náklonu elektricky	áno	vyplní dodávateľ	
12	Pohon ATR náklonu elektricky	áno	vyplní dodávateľ	
13	Predné, zadné plastové čelá a plastovné bočnice vyrobené bešpárovou technológiou	áno	vyplní dodávateľ	
14	Predĺženie ložnej plochy v nožnej časti min. 10 cm	áno	vyplní dodávateľ	
15	Zálohová batéria	áno	vyplní dodávateľ	
16	Ovládacie možnosti na polohovanie výšky lôžka, ložných dielov(ručný ovládač alebo ovládač umiestnený v bočniciach)	áno	vyplní dodávateľ	
17	Ukazovateľ zobrazujúci náklon ložnej plochy a chrbtového dielu.	áno	vyplní dodávateľ	
18	CPR mechanické odblokovanie chrbtového dielu	áno	vyplní dodávateľ	
19	Ložná plocha kompatibilná s RTG umožňujúca snímkovanie od hlavy po panvu s držiakom RTG kazety	áno	vyplní dodávateľ	
20	Integrovaná váha s možnosťou ukladania nameraných hodnôt	áno	vyplní dodávateľ	
21	Ovládanie pre pacienta s možnosťou uzamknutia jednotlivých funkcií	áno	vyplní dodávateľ	
22	Laterálny náklon ložnej plochy	áno	vyplní dodávateľ	
23	Pár bočných líšt na drobné príslušenstvo	áno	vyplní dodávateľ	
24	Hrazda + hrazdička	áno	vyplní dodávateľ	
25	Infúzny stojan	áno	vyplní dodávateľ	
26	Držiak kyslíkovej fľaše (3 l alebo 5 l)	áno	vyplní dodávateľ	

27	Držiak infúzných púmp	áno	<b>vyplní dodávateľ</b>	
28	Aktívny antidekubitný matrac pre dekubity min. IV stupnica Norton	áno	<b>vyplní dodávateľ</b>	
29	Nastavenie tlaku v matraci manuálne alebo automatické	áno	<b>vyplní dodávateľ</b>	
30	Samostatný matrac určený k uloženiu priamo na lôžko	áno	<b>vyplní dodávateľ</b>	
31	Vodeodolnosť poťahu min. 120 cm vodného stĺpca	áno	<b>vyplní dodávateľ</b>	
32	Alarm výpadku tlaku / napájania	áno	<b>vyplní dodávateľ</b>	
33	Zips poťahu krytý krycou chlopňou pre odolnosť proti všetkým tekutinám	áno	<b>vyplní dodávateľ</b>	
34	Poťah matraca antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný	áno	<b>vyplní dodávateľ</b>	
35	Poťah matraca dezinfikovateľný čidlami v koncentráciach pre zdravotníctvo	áno	<b>vyplní dodávateľ</b>	
36	Poťah matraca odolný voči účinkom krvi, moču	áno	<b>vyplní dodávateľ</b>	