

Všetkým záujemcom

V Bratislave, dňa 13. septembra 2018

VEC

Vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom Lôžka (Všeob. nem. Rimavská Sobota)

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom **Lôžka (Všeob. nem. Rimavská Sobota)** uverejnenej dňa 24.8.2018 vo Ú. vestníku EU pod číslom 2018/S 162-369977.

Otázka č. 1:

V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v časti III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť požaduje obstarávateľ dokladovať referencie za dodávky lôžok spĺňajúce požiadavky na referenčné lôžka, ktoré tvoria samostatnú prílohu súťažných podkladov. V prípade, že uchádzač predloží referenciu s uvedeným názvom typu lôžka, ktoré zároveň ponúka v rámci tejto súťaže, nie je potrebné aby uchádzač vyplňal prílohu – požiadavky na referenčné lôžka?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie minimálnej úrovne štandardov referenčných lôžok v rámci preukázania splnenia podmienok účasti v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Pokiaľ uchádzač predkladá referenčné lôžka s uvedeným názvom typu lôžka, ktoré je zároveň aj ponúkané v rámci súťaže, v takomto prípade verejný obstarávateľ nepožaduje, aby uchádzač vyplňal prílohu č. 4 súťažných podkladov – požiadavky na referenčné lôžka.

Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje záujemcov aj na ostatné požiadavky požadované k splneniu podmienok účasti podľa časti III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania k predmetnej zákazke, ktoré ostávajú nezmenené.

Otázka č. 2:

Týmto Vás žiadame o vysvetlenie časti súťažnej dokumentácie k nasledujúcim častiam:

Špecifikácia predmetu zákazky

V prípade, že požiadavku definujete slovom „alebo“, máme za to, že uchádzač môže ponúknuť buď jedno alebo druhé z uvedených riešení, výber riešenia je na uchádzačovi. Požaduje obstarávateľ, aby v takom prípade však uchádzač v ponuke presne definoval, ktoré z možných riešení ponúkol?

Príklad:

8	Delené plastové sklápacie bočnice (2 bočnice na každej strane) alebo 3/4 sklopné kovové bočnice	áno/nie	áno / delené plastové sklápacie bočnice (2 bočnice na každej strane)
---	---	---------	--

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ s ohľadom na svoje potreby a komfort pacientov i personálu nemocnice umožnil pri vybraných tech. požiadavkách alternatívne riešenia / parametre. Uchádzač sa pri predkladaní ponúk môže rozhodnúť, ktoré riešenie verejnému obstarávateľovi ponúkne.

Verejný obstarávateľ zohľadňujúc princíp transparentnosti požaduje, aby pri takýchto tech. požiadavkách (položkách) uchádzač jasne uviedol, ktoré riešenie / parameter ponúka.

Otázka č. 3:

K požadovanej špecifikácii jednotlivých položiek máme nasledujúce dotazy: *(Verejný obstarávateľ pre prehľadnosť uvádza otázky rovnakého charakteru vo vzťahu ku každému typu lôžka osobitne.)*

Položka č. 1 Lôžko intenzivistické typ 3 pre kritickú starostlivosť

- pol. č. 32. Ložná plocha kompatibilná s RTG min. v chrbtovej časti - Pod touto požiadavkou má obstarávateľ na mysli to aby ložná plocha (min. chrbtová časť) umožňovala transparentnosť RTG lúčov, alebo ponúknuté lôžko má byť zároveň aj vybavené držiakom na uchytenie RTG kazety, tak aby bolo možné presnejšie nastaviť snímkovanie?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ preskúmal jasnosť uvedenej technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaných nemocničných lôžok. Na základe dotazu záujemcu verejný obstarávateľ upravuje túto technickú požiadavku na RTG kazety.

Všetky zmeny, ktoré verejný obstarávateľ vykonal sú farebne zvýraznené.

- pol. č. 33. Nožný alebo ručný ovládač pre polohovanie - Nožný ovládač je bežnou súčasťou intenzivistických lôžok a to z dôvodu častej požiadavky na bezkontaktné (bez dotyku rúk) ovládanie výšky ložnej plochy, prípadne na nastavenie vyšetrovacej polohy keď sestra/lekár ošetrujú/vyšetrujú pacienta. Ručný ovládač má každé lôžko vždy v štandarde, no tento ovládač ako taký neposkytuje možnosť bezkontaktného ovládania lôžka ako je to u nožného ovládača. Pre zaistenie vyššej sterility a zníženia riziku vzniku infekcií pri ošetrovaní pacienta je vhodnejšie aby lôžko bolo vybavené okrem ručného ovládača zároveň aj nožným ovládačom pre uvedené bezkontaktné polohovanie - nastavenie výšky ložnej plochy a vyšetrovacej polohy. - Požaduje obstarávateľ aby ponúknuté lôžko bolo povinne vybavené nožným ovládačom pre polohovanie výšky ložnej plochy a nastavenie vyšetrovacej polohy?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ preskúmal jasnosť uvedenej technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaných nemocničných lôžok. Na základe dotazu záujemcu verejný obstarávateľ upravuje technické požiadavky na ovládanie lôžka.

Všetky zmeny, ktoré verejný obstarávateľ vykonal sú farebne zvýraznené.

- pol. č. 48. Pracovné režimy matraca min. 3 režimy – Okrem 3 pracovných režimov má byť matrac vybavený aj tzv. transportným módom - možnosť použitia matraca aj pri

výpadku el. prúdu, prípadne pri transporte lôžka? (napr. matrac musí zostať nafúknutý po dobu aspoň 8 hodín).

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ preskúmal jasnosť uvedenej technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaných nemocničných lôžok. Na základe dotazu záujemcu verejný obstarávateľ upravuje technickú požiadavku na režimy matracov.

Všetky zmeny, ktoré verejný obstarávateľ vykonal sú farebne zvýraznené.

- pol. č. 51. Alarm výpadku tlaku / napájania – Alarm má byť iba vizuálny (blikajúca dióda), alebo aj akustický?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ preskúmal jasnosť uvedenej technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaných nemocničných lôžok. Na základe dotazu záujemcu verejný obstarávateľ upravuje technickú požiadavku na alarm výpadku.

Všetky zmeny, ktoré verejný obstarávateľ vykonal sú farebne zvýraznené.

- pol. č. 56. Dodatočná výplň pasívnym matracom v prípade lôžka s možnosťou predĺženia ložnej plochy – V prípade, že aktívny matrac, ktorý uchádzač ponúkne umožňuje predĺženie/prispôsobenie sa predĺženej ložnej ploche uchádzač v tom prípade nemusí ponúknuť výplň predĺženia pasívnym matracom?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ preskúmal jasnosť uvedenej technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaných nemocničných lôžok. Na základe dotazu záujemcu verejný obstarávateľ upravuje technickú požiadavku na dodatočnú výplň tak, aby bolo možné ponúknuť aj pasívny matrac aj aktívny matrac (aktívnym matracom rozumie verejný obstarávateľ spôsob predĺženia uloženého matraca tak, aby vykryl vzniknutý priestor). Verejný obstarávateľ zároveň upresnil, že požiadavky týkajúce sa odolnosti matracov sa týkajú aj tohto dodatočného matraca.

Všetky zmeny, ktoré verejný obstarávateľ vykonal sú farebne zvýraznené.

Poznámka verejného obstarávateľa:

V nadväznosti na vykonané zmeny verejný obstarávateľ zvažil opodstatnenosť, jasnosť a potrebnosť aj ostatných tech. požiadaviek na predmet zákazky. Sledujúc účel, upravuje aj nižšie vymenované tech. požiadavky na predmet zákazky.

Všetky zmeny, ktoré verejný obstarávateľ vykonal sú farebne zvýraznené.

P. č. Parameter

- 5 Vonkajšie rozmery: Dĺžka max. 225 cm
- 9 4-dielna ložná plocha, pričom každý diel je pevne uchytený s lôžkom
- 18 Systém na uľahčenie manipulácie s lôžkom v priestore alebo pri presune jedným členom personálu (napríklad 5. koliesko alebo mechanický pohon) vrátane systému centrálného brzdenia koliesok (min. 3 kolieska)
- 29 Ovládacie možnosti na polohovanie min. (TR poloha, ATR poloha, výška lôžka, polohovanie ložných dielov) ručný ovládač alebo ovládač umiestnený v bočniciach

- 53 Poťah matrac (vrátane dodatočného) antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný
- 54 Poťah matrac (vrátane dodatočného) dezinfikovateľný činidlami v koncentráciách pre zdravotníctvo
- 55 Poťah matrac (vrátane dodatočného) odolný voči účinkom krvi, moču

Položka č. 2 Lôžko intenzivistické typ 2 pre kritickú starostlivosť s later. náklonom

- pol. č. 9. 4-dielna ložná plocha – Požadujete intenzivistické lôžko pre kritickú starostlivosť s laterálnou terapiou. Z hľadiska zaistenia kritickej starostlivosti by bolo vhodné, aby ložná plocha umožňovala RTG vyšetrenie. Požaduje obstarávateľ, aby ponúknuté lôžko malo ložnú plochu kompatibilnú s RTG umožňujúcu snímkovanie od hlavy po panvu s držiakom RTG kazety?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ preskúmal jasnosť uvedenej technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaných nemocničných lôžok. Na základe dotazu záujemcu verejný obstarávateľ upravuje technické požiadavky na 4 – dielnu ložnú plochu.

Všetky zmeny, ktoré verejný obstarávateľ vykonal sú farebne zvýraznené.

- pol. č. 33. Laterálny náklon ložnej plochy – Aký má byť minimálny rozsah (v stupňoch) nastavenia laterálneho náklonu? Štandardom u lôžok s laterálnou terapiou býva rozsah 0-25°.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ preskúmal jasnosť uvedenej technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaných nemocničných lôžok. Na základe dotazu záujemcu verejný obstarávateľ upravuje technickú požiadavku na laterálny náklon ložnej plochy zohľadňujúc aj priamu súvislosť na stabilizáciu pacienta.

Všetky zmeny, ktoré verejný obstarávateľ vykonal sú farebne zvýraznené.

- pol. č. 35. Nožný alebo ručný ovládač pre polohovanie - Nožný ovládač je bežnou súčasťou intenzivistických lôžok a to z dôvodu častej požiadavky na bezkontaktné (bez dotyku rúk) ovládanie výšky ložnej plochy, prípadne na nastavenie vyšetrovacej polohy keď sestra/lekár ošetrujú/vyšetrujú pacienta. Ručný ovládač má každé lôžko vždy v štandarde, no tento ovládač ako taký neposkytuje možnosť bezkontaktného ovládania lôžka ako je to u nožného ovládača. Pre zaistenie vyššej sterility a zníženia riziku vzniku infekcií pri ošetrovaní pacienta je vhodnejšie aby lôžko bolo vybavené okrem ručného ovládača zároveň aj nožným ovládačom pre uvedené bezkontaktné polohovanie - nastavenie výšky ložnej plochy a vyšetrovacej polohy.

Požaduje obstarávateľ aby ponúknuté lôžko bolo povinne vybavené nožným ovládačom pre polohovanie výšky ložnej plochy a nastavenie vyšetrovacej polohy?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ preskúmal jasnosť uvedenej technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaných nemocničných lôžok. Na základe dotazu záujemcu verejný obstarávateľ upravuje technické požiadavky na ovládanie lôžka.

Všetky zmeny, ktoré verejný obstarávateľ vykonal sú farebne zvýraznené.

- pol. č. 36. Laterálny náklon ("Laterálna terapia") (ložná plocha alebo matrac) áno, alebo za pomoci integrovaného matraca – Čo má obstarávateľ na mysli pod pojmom "Laterálna terapia"? Znamená to, že lôžko alebo matrac musia umožňovať sériu automatického nastavenia laterálnych náklonov v rôznych uhloch a rôznych časových cykloch? Súčasťou lôžka majú byť aj podporné vankúše pre stabilizáciu polohy pacienta počas laterálnej terapie?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ preskúmal jasnosť uvedenej technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaných nemocničných lôžok. Na základe dotazu záujemcu verejný obstarávateľ upravuje technickú požiadavku na laterálny náklon ložnej plochy zohľadňujúc aj priamu súvislosť na stabilizáciu pacienta. Verejný obstarávateľ vypustil od používania pojmu „Laterálna terapia“, aby neuviedol záujemcov do omylu. Všetky zmeny, ktoré verejný obstarávateľ vykonal sú farebne zvýraznené.

- pol. č. 51. Pracovné režimy matraca min. 3 režimy - Okrem 3 pracovných režimov má byť matrac vybavený aj tzv. transportným módom - možnosť použitia matraca aj pri výpadku el. prúdu, prípadne pri transporte lôžka? (napr. matrac musí zostať nafúknutý po dobu aspoň 8 hodín).

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ preskúmal jasnosť uvedenej technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaných nemocničných lôžok. Na základe dotazu záujemcu verejný obstarávateľ upravuje technickú požiadavku na režimy matrakov.

Všetky zmeny, ktoré verejný obstarávateľ vykonal sú farebne zvýraznené.

- pol. č. 54. Alarm výpadku tlaku / napájania - Alarm má byť iba vizuálny (blikajúca dióda), alebo aj akustický?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ preskúmal jasnosť uvedenej technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaných nemocničných lôžok. Na základe dotazu záujemcu verejný obstarávateľ upravuje technickú požiadavku na alarm výpadku.

Všetky zmeny, ktoré verejný obstarávateľ vykonal sú farebne zvýraznené.

- pol. č. 59. Dodatočná výplň pasívnym matracom v prípade lôžka s možnosťou predĺženia ložnej plochy – V prípade, že aktívny matrac, ktorý uchádzač ponúkne umožňuje predĺženie/prispôsobenie sa predĺženej ložnej ploche uchádzač v tom prípade nemusí ponúknuť výplň predĺženia pasívnym matracom?

Odpoveď:



Verejný obstarávateľ preskúmal jasnosť uvedenej technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaných nemocničných lôžok. Na základe dotazu záujemcu verejný obstarávateľ upravuje technickú požiadavku na dodatočnú výplň tak, aby bolo možné ponúknuť aj pasívny matrac aj aktívny matrac (aktívnym matracom rozumie verejný obstarávateľ spôsob predĺženia uloženého matraca tak, aby vykryl vzniknutý priestor). Verejný obstarávateľ zároveň upresnil, že požiadavky týkajúce sa odolnosti matracov sa týkajú aj tohto dodatočného matraca. Všetky zmeny, ktoré verejný obstarávateľ vykonal sú farebne zvýraznené.

Poznámka verejného obstarávateľa:

V nadväznosti na vykonané zmeny verejný obstarávateľ zvažil opodstatnenosť, jasnosť a potrebnosť aj ostatných tech. požiadaviek na predmet zákazky. Sledujúc účel upravuje aj nižšie vymenované tech. požiadavky na predmet zákazky. Všetky zmeny, ktoré verejný obstarávateľ vykonal sú farebne zvýraznené.

P. č. Parameter

- 5 Vonkajšie rozmery: Dĺžka max. 230 cm
- 18 Systém na uľahčenie manipulácie s lôžkom v priestore alebo pri presune jedným členom personálu (napríklad 5. koliesko alebo mechanický pohon) vrátane systému centrálného brzdenia koliesok (min. 3 kolieska)
- 30 Ovládacie možnosti na polohovanie min. (TR poloha, ATR poloha, výška lôžka, polohovanie ložných dielov, laterálny náklon) ručný ovládač alebo ovládací panel (bližšie špecifikovaný v položke 34) určené pre personál
- 56 Pot'ah matraca (vrátane dodatočného) antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný
- 57 Pot'ah matraca (vrátane dodatočného) dezinfikovateľný čínidlami v koncentráciách pre zdravotníctvo
- 58 Pot'ah matraca (vrátane dodatočného) odolný voči účinkom krvi, moču

Položka č. 3 Lôžko intenzivistické typ 1 pre kritickú starostlivosť s integ. váhami, later. náklon

- pol. č. 36. Laterálny náklon ložnej plochy – Aký má byť minimálny rozsah (v stupňoch) nastavenia laterálneho náklonu? Štandardom u lôžok s laterálnou terapiou býva rozsah 0-25°.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ preskúmal jasnosť uvedenej technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaných nemocničných lôžok. Na základe dotazu záujemcu verejný obstarávateľ upravuje technickú požiadavku na laterálny náklon ložnej plochy zohľadňujúc aj priamu súvislosť na stabilizáciu pacienta.

Všetky zmeny, ktoré verejný obstarávateľ vykonal sú farebne zvýraznené.

- pol. č. 38. Nožný alebo ručný ovládač pre polohovanie - Nožný ovládač je bežnou súčasťou intenzivistických lôžok a to z dôvodu častej požiadavky na bezkontaktné (bez dotyku rúk) ovládanie výšky ložnej plochy, prípadne na nastavenie vyšetrovacej polohy



keď sestra/lekár ošetrujú/vyšetrujú pacienta. Ručný ovládač má každé lôžko vždy v štandarde, no tento ovládač ako taký neposkytuje možnosť bezkontaktného ovládania lôžka ako je to u nožného ovládača. Pre zaistenie vyššej sterility a zníženia riziku vzniku infekcií pri ošetrovaní pacienta je vhodnejšie aby lôžko bolo vybavené okrem ručného ovládača zároveň aj nožným ovládačom pre uvedené bezkontaktné polohovanie - nastavenie výšky ložnej plochy a vyšetrovacej polohy.

Požaduje obstarávateľ, aby ponúknuté lôžko bolo povinne vybavené nožným ovládačom pre polohovanie výšky ložnej plochy a nastavenie vyšetrovacej polohy?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ preskúmal jasnosť uvedenej technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaných nemocničných lôžok. Na základe dotazu záujemcu verejný obstarávateľ upravuje technické požiadavky na ovládanie lôžka.

Všetky zmeny, ktoré verejný obstarávateľ vykonal sú farebne zvýraznené.

- pol. č. 39. Laterálny náklon ("Laterálna terapia") (ložná plocha alebo matrac) áno, alebo za pomoci integrovaného matraca - Čo má obstarávateľ na mysli pod pojmom "Laterálna terapia"? Znamená to, že lôžko alebo matrac musia umožňovať sériu automatického nastavenia laterálnych náklonov v rôznych uhloch a rôznych časových cykloch? Súčasťou lôžka majú byť aj podporné vankúše pre stabilizáciu polohy pacienta počas laterálnej terapie?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ preskúmal jasnosť uvedenej technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaných nemocničných lôžok. Na základe dotazu záujemcu verejný obstarávateľ upravuje technickú požiadavku na laterálny náklon ložnej plochy zohľadňujúc aj priamu súvislosť na stabilizáciu pacienta. Verejný obstarávateľ vypustil od používania pojmu „Laterálna terapia“, aby neuviedol záujemcov do omylu.

Všetky zmeny, ktoré verejný obstarávateľ vykonal sú farebne zvýraznené.

- pol. č. 55. Pracovné režimy matraca min. 3 režimy - Okrem 3 pracovných režimov má byť matrac vybavený aj tzv. transportným módom - možnosť použitia matraca aj pri výpadku el. prúdu, prípadne pri transporte lôžka? (napr. matrac musí zostať nafúknutý po dobu aspoň 8 hodín).

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ preskúmal jasnosť uvedenej technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaných nemocničných lôžok. Na základe dotazu záujemcu verejný obstarávateľ upravuje technickú požiadavku na režimy matrakov.

Všetky zmeny, ktoré verejný obstarávateľ vykonal sú farebne zvýraznené.

Poznámka verejného obstarávateľa:

V nadväznosti na vykonané zmeny verejný obstarávateľ zvažil opodstatnenosť, jasnosť a potrebnosť aj ostatných tech. požiadaviek na predmet zákazky. Sledujúc účel upravuje aj nižšie vymenované tech. požiadavky na predmet zákazky.

Všetky zmeny, ktoré verejný obstarávateľ vykonal sú farebne zvýraznené.

P. č. Parameter

- 5 Vonkajšie rozmery: Dĺžka max. 230 cm
- 9 4-dielna lôžna plocha, pričom každý diel je pevne uchytený s lôžkom
- 18 Systém na uľahčenie manipulácie s lôžkom v priestore alebo pri presune jedným členom personálu (napríklad 5. koliesko alebo mechanický pohon) vrátane systému centrálného brzdenia koliesok (min. 3 kolieska)
- 28 Predĺženie lôžnej plochy v nožnej časti min. 10 cm, dodatočná výplň matraca pri predĺžení lôžnej plochy
- 30 Ovládacie možnosti na polohovanie min. (TR poloha, ATR poloha, výška lôžka, polohovanie lôžných dielov, laterálny náklon) ručný ovládač alebo ovládací panel (bližšie špecifikovaný v položke 37) určené pre personál
- 33 Lôžna plocha kompatibilná s RTG min. v chrbtovej časti so systémom na uchytenie RTG kazety
- 58 Alarm výpadku tlaku / napájania minimálne akustický
- 60 Poťah matraca (vrátane dodatočného) antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný
- 61 Poťah matraca (vrátane dodatočného) dezinfikovateľný činidlami v koncentráciách pre zdravotníctvo
- 62 Poťah matraca (vrátane dodatočného) odolný voči účinkom krvi, moču

Položka č. 4 Lôžko elektricky polohovateľné

Poznámka verejného obstarávateľa:

V nadväznosti na vykonané zmeny verejný obstarávateľ zvážil opodstatnenosť, jasnosť a potrebnosť aj ostatných tech. požiadaviek na predmet zákazky. Sledujúc účel upravuje aj nižšie vymenované tech. požiadavky na predmet zákazky.

Všetky zmeny, ktoré verejný obstarávateľ vykonal sú farebne zvýraznené.

P. č. Parameter

- 5 Vonkajšie rozmery: Dĺžka max. 225 cm
- 9 4-dielna lôžna plocha, pričom každý diel je pevne uchytený s lôžkom
- 48 Poťah matraca (vrátane dodatočného) antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný
- 49 Poťah matraca (vrátane dodatočného) dezinfikovateľný činidlami v koncentráciách pre zdravotníctvo
- 50 Poťah matraca (vrátane dodatočného) odolný voči účinkom krvi, moču
- 51 Dodatočná výplň matraca pri predĺžení lôžnej plochy

Neoddeliteľnou súčasťou tohto vysvetlenia je upravená špecifikácia predmetu zákazky samostatne zverejnená v časti Dokumenty v záväznej pdf verzii a aj v editovateľnej verzii pre účely vyplňania k predloženiu ponuky.

Verejný obstarávateľ oznamuje tieto zmeny dostatočne včas pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, preto nebude predlžovať lehotu.

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO