

Všetkým záujemcom

V Bratislave, dňa 11. novembra 2018

VEC

Vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom Základné medicínske zariadenia (pre Všeob. nem. Rimavská Sobota) – I. kolo

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom Základné medicínske zariadenia uverejnenej dňa 12.10.2018 vo Ú. vestníku EU pod číslom 2018/S 197-444842 a vo Vestníku UVO č 205/2018 zo dňa 15.10.2018 pod číslom 14659 - MST.

Otázka položená vo vzťahu k časť 1, avšak podľa názoru verejného obstarávateľa je potrebné ju vykladať a aplikovať pre všetky časti predmetu zákazky:

Otázka č. 1 (v poradí tohto vysvetlenia):

„ ... v nadväznosti na požiadavku úhrady zábezpeky časť č. 1 vo výške 2 500,00 € je potrebné doriešiť otázku zrážkovej dane.

Metodický pokyn k zdaňovaniu príjmov plynúcich poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (29.12.2017) hovorí nasledovné:

- *Otázka z MP: Držiteľ sa zúčastňuje verejného obstarávania, predmetom ktorého sú dodávky tovarov do nemocníc (poskytovateľom zdravotnej starostlivosti). V niektorých prípadoch je podmienkou účasti vo verejnej súťaži zloženie finančnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa – nemocnice – poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Podlieha aj táto platba zo strany držiteľa zrážkovej dani? Za určitých podmienok uvedená finančná zábezpeka prepadá v prospech poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Je rozdiel v posudzovaní v prípadoch, ak zloží držiteľ zábezpeku a táto mu bude v plnej výške vrátená a v prípadoch, ak táto finančná zábezpeka prepadne v prospech poskytovateľa zdravotnej starostlivosti?*
- *Odpoveď: Podmienkou pre účasť vo verejnej súťaži je zloženie zábezpeky v stanovenej výške. Táto zábezpeka bude vrátená uchádzačom po uzavretí zmluvy alebo po zrušení verejnej súťaže. Za určitých presne stanovených podmienok uvedených v § 38 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 17. 04. 2016, od 18. 04. 2016 podľa podmienok uvedených v § 46 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Zloženie finančnej zábezpeky, ktorú je povinný držiteľ, ktorý sa zúčastňuje verejného obstarávania, zaplatiť verejnému obstarávateľovi (poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti), nie je plnením, z ktorého by sa musela zraziť daň v súlade so znením § 43 ods. 3 písm. o) ZDP. Ale v prípade, ak finančná zábezpeka prepadne v prospech obstarávateľa v súlade s ustanovenými podmienkami verejného obstarávania a v súlade s osobitným predpisom, potom takáto finančná zábezpeka je príjmom, ktorý podlieha dani vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o) ZDP. Z toho dôvodu, že ZDP priamo neupravuje postup platiteľa dane vo vyššie*

uvedenom prípade, bude sa akceptovať vzájomná dohoda držiteľa a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zrážkovú daň podľa § 43 ods. 3 písm. o) ZDP odvedie poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo držiteľ, ktorému by poskytovateľ sumu zrazenej dane vrátil. Týmto nie je dotknutá povinnosť držiteľa zaslať oznámenie správcovi dane podľa § 43 ods. 17 písm. b) ZDP.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že by sme sa mali vopred písomne dohodnúť, že v prípade ak finančná zábezpeka prepadne v prospech obstarávateľa:

- obstarávateľ vráti držiteľovi platbu vo výške zrážkovej dane. V tomto prípade 19 % z 2 500,00 €.*
- alebo zrážkovú daň odvedie poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.*

Môžeme Vás touto cestou poprosiť o záväzné potvrdenie, ktorá z možností vyššie je pre vás akceptovateľná?“

Odpoveď na otázku č. 1:

Uplatneniu zrážkovej dane v zmysle ust. § 43 ods. 3 písm. o) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP) podlieha zábezpeka od uchádzača, ktorá sa v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nevracia uchádzačovi. Verejný obstarávateľ týmto záväzne potvrdzuje, že zrážkovú daň z takto prijatého peňažného plnenia odvedie.

Otázka vo vzťahu k časti 4 Laparoskopická veža:

Otázka č. 2 (v poradí tohto vysvetlenia):

Pol. č. 49 – Ovládanie nastavení prostredníctvom dotykového displeja.

- Otázka: Bude verejný obstarávateľ akceptovať ovládanie nastavení elektrochirurgickej jednotky pomocou tlačidiel?

Pol. č. 47 - Možnosť rozšírenia pre použitie pokročilých bipolárnych inštrumentov.

- Otázka: Čo konkrétnejšie rozumie verejný obstarávateľ pod pojmom "pokročilé bipolárne inštrumenty" ?

Odpovede na otázky vo vzťahu k časti 4 Laparoskopická veža:

Verejný obstarávateľ preskúmal jasnosť uvedených technických požiadaviek vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaného zariadenia.

Verejný obstarávateľ upresňuje špecifikáciu vo vzťahu k nasledovným tech. požiadavkám:

- pol. č. 49 mení nasledovne:
 - „Ovládanie nastavení prostredníctvom dotykového displeja alebo pomocou tlačidiel“
- k pol. č. 47 upresňuje / vysvetľuje:
 - pod pojmom pokročilé bipolárne rozumie inštrumenty umožňujúce zvar (sealling) tkaniva, ciev a ich následné prerušenie.

Neoddeliteľnou súčasťou vysvetlenia je upravený opis predmetu zákazky pre časť 4 Laparoskopická veža v záväznej pdf verzii a editovateľnej verzii pre účely vyplnenia do ponuky.

Otázka vo vzťahu k časti 5 Artroskopická veža:

Otázka č. 3 (v poradí tohto vysvetlenia):

Upraví sa špecifikácia pre časť č. 5: Artroskopická veža tak, ako tomu bolo v prípade obstarávania artroskopickej veže pre nemocnicu v Spišskej Novej Vsi a Topoľčanoch?

Úprava špecifikácie pre nemocnice v Spišskej novej Vsi sa týkala:

- pol. č. 46-50 neuvádza požiadavku na nožné ovládanie ani kombináciu ovládania pedálov;
- pol. č. 50 neuvádza bližšie informácie a požiadavky na set hadíc (typy, množstvo)
- pol. č. 41 neuvádza typ / materiál a veľkosť nastavca na shaver rúčku
- pol. č. 26 neuvádza dodanie artroskopického obturátora
- v časti Artroskopická technika nie je jasné, či sa požaduje 4K Arthroskop pre ideálne zobrazovací reťazce (4K hlave, 4K kamere a 4K monitoru)
- pol. č. 20 sa javí ako nadbytočná, nad štandardné vybavenie artroskopickej veže.

Odpoveď:

Áno, verejný obstarávateľ prehodnotil požadované technické parametre vo vzťahu k svojim reálnym potrebám a upravuje opis predmetu zákazky pre časť 5 Artroskopická veža.

Na základe prehodnotenia svojich potrieb a účelu, ktorý sa kúpou prístroja sleduje, ako i z dôvodu vzájomnej funkčnej súvislosti, sa verejný obstarávateľ rozhodol upraviť nasledovné tech. požiadavky na artroskopickú vežu:

- pol. č. 20 vypúšťa
- pol. č. 26 Vráťane artroskopického trokara s 2 ventilmi, kompatibilného s obturátorom
- pol. č. 41 Násadec na shaver rúčku min. 10 ks, štartovací balík 2 základných typov: min. 5 ks synovialny nádstavec 5mm, min. 5 ks kostný nádstavec / fréza 5mm
- pol. č. 47 Komunikácia shaver pumpa, s ovládaním shavera min. na rúčke shavera a ovládanie pumpy nožné
- pol. č. 50 Vráťane setu hadíc, min. 10 ks celodenný set a min. 10 ks hadíc na jednu operáciu

Verejný obstarávateľ je toho názoru, že pre ideálne 4K zobrazenie je nutné používať v 4K rozlíšení všetky súčasti optického reťazca, **preto je nutné použiť aj 4K artroskop.**

Otázka vo vzťahu k časti 6 Elektrochirurgická jednotka:

Otázka č. 4 (v poradí tohto vysvetlenia):

Pol. č. 7 - Indikácia prietoku prúdu prostredníctvom displeja.

- Otázka: Bude verejný obstarávateľ akceptovať indikáciu prietoku prúdu pomocou svetelného indikátora namiesto displeja?

Odpoveď na otázky vo vzťahu k časti 6 Elektrochirurgická jednotka:

Verejný obstarávateľ preskúmal jasnosť uvedených technických požiadaviek vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaného zariadenia.

Na základe prehodnotenia svojich potrieb a účelu, ktorý sa kúpou prístroja sleduje, ako i z dôvodu vzájomnej funkčnej súvislosti, sa verejný obstarávateľ rozhodol upraviť nasledovné tech. požiadavky na elektrochirurgickú jednotku:

- pol. č. 2 *Možnosť použitia pokročilej bipolárnej koagulácie so spätnou odozvou dostat.koagulácie (zvukový signál)*
- pol. č. 5 *Autostop min. pre pokročilú bipolárnu koaguláciu*
- pol. č. 7 *Indikácia prietoku prúdu prostredníctvom displeja alebo pomocou svetelného indikátora*

Úprava opisu predmetu zákazky pre časť 1 Monitory vitálnych funkcií

Verejný obstarávateľ preskúmal jasnosť technických požiadaviek vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaného zariadenia. Na základe prehodnotenia svojich potrieb a účelu, ktorý sa kúpou prístroja sleduje, ako i z dôvodu vzájomnej funkčnej súvislosti, sa verejný obstarávateľ rozhodol upraviť nasledovné tech. požiadavky na Monitory vitálnych funkcií:

Položka č. 2 - Monitor vitálnych funkcií s invazívnym meraním:

- pol. č. 20 Kompatibilita a obojsmerná komunikácia s nemocničným informačným systémom, zabezpečená konektorom min. Ethernet 100/1000
- pol. č. 21 Kompletné príslušenstvo EKG káble, saturačný senzor, min. 1 kompletný set manžiet na meranie neinvazívneho tlaku krvi obsahujúci (min. 1ks manžety pre novorodenca, min.1 ks pre batol'a/malé dieťa, min.1 ks pre dieťa,min. 1 ks pre dospelého, min.1 ks pre veľkého dospelého a min.1 ks pre dospelého na stehno vrátane konektorov pre každý kus manžety), káble na meranie invazívnych tlakov, príslušenstvo pre meranie teploty

Položka č. 3 - Monitor vitálnych funkcií s neinvazívnym meraním

- pol. č. 12 Rozsah merania respirácie min. (4 - 120) dych/min.
- pol. č. 14 Rozsah merania SpO2 min. (50-100) %
- pol. č. 17 Kompatibilita a obojsmerná komunikácia s nemocničným informačným systémom, zabezpečená konektorom min. Ethernet 100/1000
- pol. č. 18 Kompletné príslušenstvo EKG káble, saturačný senzor, min. 1 kompletný set manžiet na meranie neinvazívneho tlaku krvi obsahujúci (min. 1ks manžety pre novorodenca, min.1 ks pre batol'a/malé dieťa, min.1 ks pre dieťa,min. 1 ks pre dospelého, min.1 ks pre veľkého dospelého a min.1 ks pre dospelého na stehno vrátane konektorov pre každý kus manžety), káble na meranie invazívnych tlakov, príslušenstvo pre meranie teploty

Položka č. 4 - Transportný monitor vitálnych funkcií

- pol. č. 1 Vypúšťa sa.
- pol. č. 20 Kompatibilita a obojsmerná komunikácia s nemocničným informačným systémom, zabezpečená konektorom min. Ethernet 100/1000
- pol. č. 21 Kompletné príslušenstvo EKG káble, saturačný senzor, min. 1 kompletný set manžiet na meranie neinvazívneho tlaku krvi obsahujúci (min. 1ks manžety pre novorodenca, min.1 ks pre batol'a/malé dieťa, min.1 ks pre dieťa,min. 1 ks pre dospelého, min.1 ks pre veľkého dospelého a min.1 ks pre dospelého na stehno vrátane konektorov

pre každý kus manžety, káble na meranie 2 invazívnych tlakov, príslušenstvo pre meranie teploty

Úprava opisu predmetu zákazky pre časť 2 Anesteziologický prístroj

Verejný obstarávateľ preskúmal jasnosť technických požiadaviek vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaného zariadenia. Na základe prehodnotenia svojich potrieb a účelu, ktorý sa kúpou prístroja sleduje, ako i z dôvodu vzájomnej funkčnej súvislosti, sa verejný obstarávateľ rozhodol upraviť nasledovné tech. požiadavky na Anesteziologický prístroj:

- pol. č. 12 Presné dávkovanie plynov pri nízkom (t. j. rovnom alebo menšom ako 1 liter/minútu) a minimálnom (t. j. rovnom alebo menšom ako 0,5 litra/minútu) prítoku čerstvých plynov do dýchacieho okruhu
- pol. č. 13 Minimálne dve pozície na odparovač anestetika a min. 1 ks odparovača anestetika (pre sevofluran)

Úprava opisu predmetu zákazky pre časť 3 Ventilátory

Verejný obstarávateľ preskúmal jasnosť technických požiadaviek vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaného zariadenia. Na základe prehodnotenia svojich potrieb a účelu, ktorý sa kúpou prístroja sleduje, ako i z dôvodu vzájomnej funkčnej súvislosti, sa verejný obstarávateľ rozhodol upraviť nasledovné tech. požiadavky na Ventilátory:

Položka č. 2 - Transportný ventilátor

- pol. č. 1 Transportný ventilátor pre všetky vekové kategórie (dospelý a dieťa)

Neoddeliteľnou súčasťou tohto vysvetlenia sú aj upravené špecifikácie pre jednotlivé časti predmetu zákazky zverejnené v záväznej pdf verzii aj v editovateľnej verzii pre účely vyplňania k predloženiu ponuky.

Verejný obstarávateľ považuje uvedené zmeny za podstatné z pohľadu prípravy ponúk, a preto primerane predĺži lehotu predkladania ponúk prostredníctvom príslušných oznámení, ktoré budú uverejnené vo vestníku v najbližších pracovných dňoch.

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO