



TATRA TENDER

[všetkým známým zájemcom]

V Bratislave, dňa 19.01.2021

## Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2

Verejný obstarávateľ **Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno** (ďalej len „**Verejný obstarávateľ**“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „**Zákon**“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným vo vestníku EÚ zo dňa 22.12.2020 pod zn. 2020/S 249-620048 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 269/2020 zo dňa 23.12.2020 pod značkou 45521 - MST (obe oznámenia ďalej spoločne ako „**Oznámenie**“) verejnú súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom „**Zdravotnícka prístrojová technika IV.**“ (ďalej len „**Verejná súťaž**“).

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o., realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú Verejnú súťaž, a na základe poverenia vykonáva v jeho mene niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Dňa 15.01.2021 nám bola jedným zo záujemcov doručená žiadosť o vysvetlenie podmienok uvedených v súťažných podkladoch. V súlade s ust. § 48 Zákona Vám týmto v mene Verejného obstarávateľa poskytujeme nižšie uvedené vysvetlenie.

### Otázka č. 1 (cit.):

„1. ČASŤ II.: Diagnostická technika Č.položky: 3 - Defibrilátor s EKG monitorom s nastavbou pre deti 2ks

Verejný obstarávateľ požaduje v „Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia“

8	interné pádla	áno	áno/nie
---	---------------	-----	---------

### Otázka č.1.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj zariadenie bez interných pádiel? Interné pádla sa používajú na priamu defibriláciu s priamym kontaktom na srdci. Domnievame sa, že aj keby sa defibrilátor používal na operačnej sále, tak užívateľ nebude používať takéto pádla pretože určite nevykonáva operácie na otvorenom srdci. Tento parameter sa nám javí ako účelový.“

### Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ pod internými pádlami rozumie pádla, ktoré sú pevné a predstavujú neoddeliteľnú súčasť prístroja. Interné pádla slúžia na podanie výboja na tele pacienta (Sternum /Apex). Z uvedeného dôvodu nebude Verejný obstarávateľ akceptovať zariadenie bez interných pádiel.

### Otázka č. 2 (cit.):

„2. ČASŤ II.: Diagnostická technika Č. položky: 4 - Defibrilátor s EKG monitorom 6ks



TATRA TENDER

Verejný obstarávateľ uvádza v „Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia“

8	veľkosť lyžice intraoperačných pádiel	min. 5 veľkostí	áno/nie
9	ovládanie intraoperačných pádiel	áno - na pádlach	áno/nie
33	Dodanie príslušenstva: 1 sada intraoperačných pádiel min. 5 veľkostí s ovládaním na pádlach pre 6 ks defibrilátorov.	áno	áno/nie

Otázka č.2.

*Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj zariadenie bez interných pádiel? Interné pádla sa používajú na priamu defibriláciu s priamym kontaktom na srdci. Domnievame sa, že aj keby sa defibrilátor používal na operačnej sále, tak užívateľ nebude používať takéto pádla pretože určite nevykonáva operácie na otvorenom srdci. Tento parameter sa nám javí ako účelový.“*

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ nevylučuje možnosť použitia prístroja aj pri priamej defibrilácii srdca a z uvedeného dôvodu požaduje dodanie sady intraoperačných pádiel v požadovanom rozsahu. Z uvedeného dôvodu požaduje Verejný obstarávateľ dodanie minimálne 5 rôznych veľkostí intraoperačných pádiel.

S pozdravom,

Mgr. Lucia Štrbová  
Tatra Tender s.r.o.