



[všetkým známým zájemcom]

V Bratislave, dňa 21.01.2021

Vec: Oznámenie o vybavení žiadosti o nápravu

Verejný obstarávateľ **Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno** (ďalej len „**Verejný obstarávateľ**“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „**Zákon**“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným vo vestníku EÚ zo dňa 22.12.2020 pod zn. 2020/S 249-620048 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 269/2020 zo dňa 23.12.2020 pod značkou 45521 - MST (obe oznámenia ďalej spoločne ako „**Oznámenie**“) verejnú súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom „**Zdravotnícka prístrojová technika IV.**“ (ďalej len „**Verejná súťaž**“).

Dňa 14.01.2021 bola Verejnému obstarávateľovi jedným zo záujemcov (ďalej len „**Žiadateľ**“) doručená žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch podľa § 164 ods. 1 písm. b) Zákona (ďalej len „**Žiadosť**“).

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o., ktorá realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú Verejnú súťaž, a na základe poverenia vykonáva v jeho mene niektoré úkony spojené s jej realizáciou, Vám týmto v súlade s ustanovením § 165 ods. 3 písm. a) Zákona oznamuje výsledok vybavenia žiadosti o nápravu.

Vo svojej Žiadosti Žiadateľ uvádza nasledovné skutočnosti a návrh na vybavenie (cit.):

„Opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov:

Preskúmaním súťažných podkladov v dokumente „ZPT_IV_Cast_IX_Vybavenie neurologického oddelenia“ poukazujeme na nasledujúce skutočnosti:

Otázka č. 1:

V Položke č.1. „*EEG prístroj umožňujúci natáčanie záznamov EEG*“ požaduje Verejný obstarávateľ v bode s poradovým číslom 6. „*kanály: min. 32 kanálov, 9 konfigurovateľných ako bipolar AC, 1 konfigurovateľný ako DC*“. Bude Verejný obstarávateľ akceptovať „*kanály: 40 kanálov: 24 monopolárnych, 8 konfigurovateľných ako bipolar AC; 2 DC kanály; 3 kanály pre oximetriu; 1 kanál pre senzor polohy tela; 2 kanály pre respiračné pásy*“ čo bude v konečnom dôsledku vyšší počet kanálov?

...

Otázka č. 4:

V Položke č.1. „*EEG prístroj umožňujúci natáčanie záznamov EEG*“ požaduje Verejný obstarávateľ v bode s poradovým číslom 6. „*Vzorkovacia frekvencia (voliteľná softvérovo): 125, 250, 500, 1000, 2000*“. Bude Verejný obstarávateľ akceptovať „*Vzorkovacia frekvencia (voliteľná softvérovo): 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384*“? Presné hodnoty vzorkovacej frekvencie nie sú pre kvalitu záznamu opodstatnené. Dôležitým parametrom kvality prevodníka je maximálna vzorkovacia frekvencia, ktorú prevodník umožňuje.



T A T R A T E N D E R

Otázka č. 7:

V Položke č.2. „EMG prístroj“ požaduje Verejný obstarávateľ v bode s poradovým číslom 4. „High Frequency filter: 30 HZ - 20 kHz“. Bude Verejný obstarávateľ akceptovať „High Frequency filter: 10 HZ - 10 kHz“?

Takýto rozsah prevyšuje potreby pre vyšetrovanie filtrov a Vami požadované hodnoty vie splniť len jeden dodávateľ. Podľa odporúčaní neurologických spoločností sa pre tento filter pre rôzne vyšetrenia používajú hodnoty 1000-5000 Hz.

...

Otázka č. 8:

V Položke č.2. „EMG prístroj“ požaduje Verejný obstarávateľ v bode s poradovým číslom 4. „Low Frequency filter: 0,2 Hz - 5 kHz“. Bude Verejný obstarávateľ akceptovať „Low Frequency filter: 0,0 Hz - 500 Hz“? Takýto rozsah prevyšuje potreby pre vyšetrovanie filtrov a Vami požadované hodnoty vie splniť len jeden dodávateľ. Podľa odporúčaní neurologických spoločností sa pre tento filter pre rôzne vyšetrenia používajú hodnoty 1-150 Hz.

Výsledok vybavenia žiadosti o nápravu:

Verejný obstarávateľ vo vyššie uvedených bodoch návrhu Žiadateľa vyhovuje, a to nasledovne:

Ad. Otázka č. 1:

Verejný obstarávateľ upraví pôvodný požadovaný technický parameter „kanály: min. 32 kanálov, 9 konfigurovateľných ako bipolar AC, 1 konfigurovateľný ako DC“ Položky č. 1 EEG prístroj umožňujúci natáčanie záznamov EEG Časti IX. predmetu zákazky uvedený pod p.č. 6 v Podrobnej špecifikácii pre túto časť predmetu zákazky uvedenej v Prílohe č. B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov nasledovne: „min. 32 kanálov, min. 8 konfigurovateľných ako bipolar AC, min. 1 konfigurovateľný ako DC“.

Ad. Otázka č. 4:

Verejný obstarávateľ upraví pôvodný požadovaný technický parameter „Vzorkovacia frekvencia (voliteľná softvérovo): 125, 250, 500, 1000, 2000“ Položky č. 1 EEG prístroj umožňujúci natáčanie záznamov EEG Časti IX. predmetu zákazky uvedený pod p.č. 6 v Podrobnej špecifikácii pre túto časť predmetu zákazky uvedenej v Prílohe č. B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov nasledovne: „Vzorkovacia frekvencia (voliteľná softvérovo) minimálne v rozsahu : 125 - 2000 Hz“

Ad. Otázka č. 7:

Verejný obstarávateľ upraví pôvodný požadovaný technický parameter „High Frequency filter: 30 HZ - 20 kHz“ Položky č. 2 EMG prístroj Časti IX. predmetu zákazky uvedený pod p.č. 4 v Podrobnej špecifikácii pre túto časť predmetu zákazky uvedenej v Prílohe č. B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov nasledovne: „High Frequency filter min. v rozsahu: 30 HZ - 10 kHz“

Ad. Otázka č. 8:

Verejný obstarávateľ upraví pôvodný požadovaný technický parameter „Low Frequency filter: 0,2 Hz - 5 kHz“ Položky č. 2 EMG prístroj Časti IX. predmetu zákazky uvedený pod p.č. 4 v Podrobnej špecifikácii pre túto časť





TATRA TENDER

predmetu zákazky uvedenej v Prílohe č. B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov nasledovne: „*Low Frequency filter min. v rozsahu: 0,2 HZ - 500 Hz*“.

Vyššie uvedené parametre budú Verejným obstarávateľom bezodkladne upravené formou oznámenia o zmene súťažných podkladov.

S pozdravom,


TATRA TENDER
Tatra Tender s.r.o.
Krčméryho 16
811 04 Bratislava


Mgr. Lucia Štrbová
Tatra Tender s.r.o.