



TATRA TENDER

[všetkým známým zájemcom]

V Bratislave, dňa 19.02.2021

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4

Verejný obstarávateľ **Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno** (ďalej len „**Verejný obstarávateľ**“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „**Zákon**“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným vo vestníku EÚ zo dňa 22.12.2020 pod zn. 2020/S 249-620048 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 269/2020 zo dňa 23.12.2020 pod značkou 45521 - MST (obe oznámenia ďalej spoločne ako „**Oznámenie**“) verejnú súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom „**Zdravotnícka prístrojová technika IV.**“ (ďalej len „**Verejná súťaž**“).

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o., realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú Verejnú súťaž, a na základe poverenia vykonáva v jeho mene niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Dňa 16.02.2021 nám bola jedným zo záujemcov doručená žiadosť o vysvetlenie podmienok uvedených v súťažných podkladoch. V súlade s ust. § 48 Zákona Vám týmto v mene Verejného obstarávateľa poskytujeme nižšie uvedené vysvetlenie, avšak nie šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, keďže záujemca nepožiadala o vysvetlenie dostatočne vopred.

Otázka č. 1 (cit.):

„*Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia : Položka č. 2 - Transportný ventilátor*

Požadovaná hodnota: Hmotnosť samotnej ventilačnej jednotky vrátane internej batérie max. 7 kg

Otázka: Je možné predložiť prístroj – transportný ventilátor - s hmotnosťou do 13 kg?

Požadovaná hodnota: Inspiračný tlak nastaviteľný min. od 5 do 55 mbar

Otázka: Je možné predložiť prístroj s rozsahom inspiračného tlaku od 6 do 55 mbar?

Požadovaná hodnota: PEEP / CPAP min. od 0 do 30 mbar

Otázka: Je možné ponúknuť rozsah parametra PEEP / CPAP min. od 0 do 25 mbar?

Požadovaná hodnota: Akustický a optický - viditeľný v 360° horizontálnej rovine

Otázka: Je možné ponúknuť prístroj s akustickým a optickým alarmom – viditeľný v 180° horizontálnej rovine?“

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ stanovil minimálne požiadavky na predmet zákazky v súlade so Zákonom a zároveň tak, aby v plnej miere zodpovedal jeho potrebám a účelu na ktorý sa bude využívať, preto Verejný obstarávateľ trvá na stanovených min. požiadavkách. Uchádzačom ponúkané zariadenie musí spĺňať všetky minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre tak, ako ich Verejný obstarávateľ stanovil. V prípade ak uchádzač ponúkne zariadenie, ktoré nebude spĺňať stanovené min. požiadavky, Verejný obstarávateľ nemôže takúto ponuku akceptovať, a táto bude musieť byť z verejnej súťaže vylúčená.

S pozdravom,

Mgr. Lucia Štrbová
Tatra Tender s.r.o.
Tatra Tender s.r.o.
Krčméryho 16
977 01 Brezno