



TATRA TENDER

[všetkým známým zájemcom]

V Bratislave, dňa 25.01.2021

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3

Verejný obstarávateľ **Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno** (ďalej len „**Verejný obstarávateľ**“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „**Zákon**“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným vo vestníku EÚ zo dňa 22.12.2020 pod zn. 2020/S 249-620048 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 269/2020 zo dňa 23.12.2020 pod značkou 45521 - MST (obe oznámenia ďalej spoločne ako „**Oznámenie**“) verejnú súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom „**Zdravotnícka prístrojová technika IV.**“ (ďalej len „**Verejná súťaž**“).

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o., realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú Verejnú súťaž, a na základe poverenia vykonáva v jeho mene niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Dňa 22.01.2021 nám boli jedným zo záujemcov doručené žiadosti o vysvetlenie podmienok uvedených v súťažných podkladoch. V súlade s ust. § 48 Zákona Vám týmto v mene Verejného obstarávateľa poskytujeme nižšie uvedené vysvetlenie.

Otázka č. 1 (cit.):

„V položke 3 a 4 v časti II obstarávateľ požaduje Ukladanie dát na SD kartu. Bude obstarávateľ akceptovať ukladanie na USB kľúč?“

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ požaduje ukladanie dát na SD kartu z praktického dôvodu. SD karta sa vkladá do prístroja (defibrilátora) a SD karta zostáva umiestnená vo vnútri prístroja (defibrilátora) a USB kľúč po vložení do prístroja (defibrilátora) zostáva na povrchu prístroja (defibrilátora) a presahuje ochranný obal prístroja (defibrilátora) a pri manipulácii s prístrojom (defibrilátorom) hrozí výrazné riziko poškodenia pamäťového média i portu. Z uvedeného praktického dôvodu nebude Verejný obstarávateľ akceptovať ukladanie na USB kľúč.

Otázka č. 2 (cit.):

„V časti II, položke 4 obstarávateľ žiada "veľkosť lyžice intraoperačných pádiel - min. 5 veľkostí" - bude obstarávateľ akceptovať 3 veľkosti v rozsahu od 1 - 3" ? Obstarávateľ požaduje ovládanie na intraoperačných pádlach - je myslené ovládanie na externých pádlach?“

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ požaduje 5 veľkostí intraoperačných pádiel s ovládaním na pádlach. Podávanie výboja intraoperačnými pádlami znamená vysoko riskantnú procedúru a z uvedeného dôvodu je k danému zásahu nutné pristupovať čo najcitlivejšie. Toto zaistiť len čo najpresnejšie spárovanie veľkostí srdca a pádiel. 5 rôznych veľkostí intraoperačných pádiel predstavuje dlhodobo používaný a uznávaný štandard pri internej defibrilácii. Z dôvodu zachovania použiteľnosti defibrilátora pre všetky skupiny pacientov, je dodanie 3 rôznych veľkostí (1-3) nedostačujúce. Z uvedeného dôvodu Verejný obstarávateľ trvá na minimálne 5-tich rôznych veľkostiach



TATRA TENDER

intraoperačných pádiel. Čo sa týka ovládania pádiel, zo špecifikácie jasne vyplýva, že Verejný obstarávateľ požaduje podanie výboja (ovládanie) na všetkých pevných pádlach, okrem podania výboja (ovládania) na externých stimulačných jednorázových nalepovacích pádlach.

S pozdravom,

Mgr. Lucia Štrbová
Tatra Tender s.r.o.