

[všetkým známým zájemcom]

V Bratislave, dňa 19.02.2021

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4

Verejný obstarávateľ **Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno** (ďalej len „**Verejný obstarávateľ**“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „**Zákon**“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným vo vestníku EÚ zo dňa 22.12.2020 pod zn. 2020/S 249-620048 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 269/2020 zo dňa 23.12.2020 pod značkou 45521 - MST (obe oznámenia ďalej spoločne ako „**Oznámenie**“) verejnú súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom „**Zdravotnícka prístrojová technika IV.**“ (ďalej len „**Verejná súťaž**“).

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o., realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú Verejnú súťaž, a na základe poverenia vykonáva v jeho mene niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Dňa 16.02.2021 nám bola jedným zo záujemcov doručená žiadosť o vysvetlenie podmienok uvedených v súťažných podkladoch. V súlade s ust. § 48 Zákona Vám týmto v mene Verejného obstarávateľa poskytujeme nižšie uvedené vysvetlenie, avšak nie šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, keďže záujemca nepožiadal o vysvetlenie dostatočne vopred.

Otázka č. 1 (cit.):

„Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia : Položka č. 2 - Transportný ventilátor

Požadovaná hodnota: Hmotnosť samotnej ventilačnej jednotky vrátane internej batérie max. 7 kg

Otázka: Je možné predložiť prístroj – transportný ventilátor - s hmotnosťou do 13 kg?

Požadovaná hodnota: Inspiračný tlak nastaviteľný min. od 5 do 55 mbar

Otázka: Je možné predložiť prístroj s rozsahom inspiračného tlaku od 6 do 55 mbar?

Požadovaná hodnota: PEEP / CPAP min. od 0 do 30 mbar

Otázka: Je možné ponúknuť rozsah parametra PEEP / CPAP min. od 0 do 25 mbar?

Požadovaná hodnota: Akustický a optický - viditeľný v 360° horizontálnej rovine

Otázka: Je možné ponúknuť prístroj s akustickým a optickým alarmom – viditeľný v 180° horizontálnej rovine?

Chceme ponúknuť prístroj, ktorý plne vyhovuje požiadavkám na transportné ventilátory ako aj plne pokrýva potreby pacientov od novorodencov po dospelých. Vami zadané rozsahy parametrov plní len konkrétny produkt konkrétneho výrobcu.“

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ stanovil minimálne požiadavky na predmet zákazky v súlade so Zákonom a zároveň tak, aby v plnej miere zodpovedal jeho potrebám a účelu na ktorý sa bude využívať, preto Verejný obstarávateľ trvá na stanovených min. požiadavkách. Uchádzačom ponúkané zariadenie musí spĺňať všetky minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre tak, ako ich Verejný obstarávateľ stanovil. V prípade ak uchádzač ponúkne zariadenie, ktoré nebude spĺňať stanovené min. požiadavky, Verejný obstarávateľ nemôže takúto ponuku akceptovať, a táto bude musieť byť z verejnej súťaže vylúčená.

S pozdravom,

Mgr. Lucia Štrbová
Tatra Tender s.r.o.