

KÚPNA ZMLUVA č. 51/VO/K2/2021

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej tiež len „Zmluva“)

Kupujúci:

Obchodné meno: **Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.**
Sídlo: Banisko 273/1, 977 01 Brezno
IČO: 31 908 969
DIČ: 2021607687
IČ DPH: SK2021607687
koná: Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2777 8739

(ďalej len „Kupujúci“)

a

Predávajúci:

Obchodné meno: **R A D I X spol. s r.o.**
Sídlo: Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 00615803
DIČ: 2020451653
IČ DPH: SK2020451653
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro , vložka číslo: 156/S
V mene spoločnosti koná: Martin Renčo, konateľ
IBAN: SK83 1111 0000 0066 2071 8002
SWIFT: UNCRSKBX

(ďalej len „Predávajúci“)

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu v súlade s výsledkom súťaže na obstaranie časti č. V predmetu nadlimitnej zákazky s názvom **Zdravotnícka prístrojová technika IV.**, ktorá bola vyhlásená zverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo **Vestníku verejného obstarávania č. 269/2020, zo dňa 23.12.2020 pod číslom 45521 - MST** a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie **EÚ/S S249, zo dňa 22.12.2020, pod číslom 620048-2020-SK** (ďalej len „Verejná súťaž“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákon o verejnom obstarávaní“).

Ponuka Predávajúceho bola vo Verejnej súťaži vyhodnotená ako úspešná, na základe čoho sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu, ktorá upravuje práva a povinnosti Zmluvných strán pri dodaní predmetu zákazky Predávajúcim Kupujúcemu.

Predmet Zmluvy bude financovaný z 95 % z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Kupujúcemu Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Poskytovateľ NFP“), pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov Kupujúceho.

Čl. I

Predmet Zmluvy

- 1.1. Predmetom Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu hnuiteľné veci uvedené v bode 1.2 tejto Zmluvy (ďalej tiež len „**Predmet kúpy**“ alebo „**tovar**“) a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu za riadne dodaný tovar dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v článku II. tejto Zmluvy.
- 1.2. Predmet kúpy musí byť nový, nerepasovaný a nepoužívaný. Predmet kúpy tvoria nižšie uvedené veci vrátane súvisiacich služieb bližšie definovaných v Prílohe č. 1 Špecifikácia predmetu kúpy tejto Zmluvy:

Časť č.: V - Vybavenie centrálnych operačných sál

Č.p.	Názov	Množstvo (ks)	Identifikácia predmetu kúpy
1.	Vŕtací a oscilačný motorový systém	1	<i>DeSoutter Medical - MBQ 707 Orthodrive Lite</i>
2.	Elektrochirurgický generátor	1	<i>KARL STORZ, AUTOCON III 300, UH 300E, elektrochirurgický koagulátor</i>

Predmet kúpy je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto Zmluvy – Špecifikácia predmetu kúpy.

- 1.3. Súčasťou dodania Predmetu kúpy je aj poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné užívanie tovaru na účel, na ktorý sú vyrobené a určené, a to najmä, no nie len výlučne:
 - 1.3.1. návod na použitie/obsluhu tovaru v slovenskom, resp. v českom jazyku,
 - 1.3.2. záručný list,
 - 1.3.3. všetky ďalšie doklady a dokumenty vyžadované platnou legislatívou SR a Európskej únie, ktoré sú potrebné k riadnemu užívaniu tovaru na požadovaný účel,
 - 1.3.4. vyhlásenia o zhode alebo CE certifikáty pre jednotlivé tovary tvoriace Predmet kúpy,
 - 1.3.5. iné doklady v zmysle Prílohy č. 1 Špecifikácia predmetu kúpy tejto Zmluvy.
- 1.4. Predávajúci sa zároveň zaväzuje, že súčasťou dodania Predmetu kúpy v rámci dohodnutej kúpnej ceny uvedenej v článku II. tejto Zmluvy je aj: **Časť V. Vybavenie centrálnych operačných sál** poskytnutie záruky na Predmet kúpy v zmysle čl. IV tejto Zmluvy.

Čl. II

Kúpna cena a platobné podmienky

- 2.1 Kúpna cena je stanovená dohodou Zmluvných strán na základe cenovej ponuky Predávajúceho predloženej vo Verejnej súťaži, ktorá je uvedená v **Prílohe č. 2 – Cenová tabuľka** tejto Zmluvy a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len ako “**Kúpna cena**”).
- 2.2 Celková Kúpna cena za dodaný Predmet kúpy a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: **29 380,00 EUR**

Sadzba DPH: **5 876,00 EUR**

Cena s DPH: **35 256,00 EUR**

(slovom: *Tridsaťpäťtisícdvestopäťdesiatšesť eur a nula centov*)

(ďalej aj ako „**Kúpna cena**“)
- 2.3 Kúpnu cenou sa rozumie konečná cena vrátane všetkých ciel a daňových poplatkov, nákladov súvisiacich s dodaním Predmetu kúpy podľa bodu 1.2 článku I. Zmluvy na miesto dodania dohodnuté touto Zmluvou ako aj nákladov na odstraňovanie väd v záručnej lehote podľa článku IV. Zmluvy ako aj všetkých ďalších

služieb, činností, výkonov a ostatných nákladov Predávajúceho v súvislosti s predajom Predmetu kúpy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

- 2.4 Kupujúci neposkytuje za Predmet kúpy zálohu ani nijaké preddavky z Kúpnej ceny.
- 2.5 Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru na zaplatenie Predmetu kúpy až po potvrdení dodania Predmetu kúpy zo strany Kupujúceho podpisom protokolu o dodaní a prevzatí tovaru podľa bodu 3.4 článku III. tejto Zmluvy.
- 2.6 Splatnosť faktúry je (60) šesťdesiat dní od jej preukázaného doručenia Kupujúcemu. Peňažný záväzok Kupujúceho vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom pripísania príslušnej sumy v prospech účtu Predávajúceho.
- 2.7 Faktúra musí byť vystavená v súlade s § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany budú pri fakturácii podľa tejto Zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, pokiaľ im z tohto zákona takáto povinnosť vyplýva.
- 2.8 Faktúra (daňový doklad) musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- obchodné meno Predávajúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty,
 - bankové spojenie Predávajúceho (názov a adresa banky Predávajúceho, SWIFT kód),
 - číslo bankového účtu v tvare IBAN,
 - názov Kupujúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne Kupujúceho a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené,
 - poradové číslo faktúry,
 - dátum dodania predmetu plnenia Kupujúcemu, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 - dátum vyhotovenia faktúry,
 - množstvo a druh dodaného tovaru,
 - základ dane z pridanej hodnoty (ďalej aj ako „DPH“), jednotkovú cenu bez DPH a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 - sadzbu DPH, údaj o oslobodení od DPH alebo v prípadoch, ak Predávajúci neuplatňuje na faktúre DPH z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť DPH, s uvedením príslušného ustanovenia právnych predpisov, ktoré to odôvodňujú,
 - výšku DPH spolu v mene EUR,
 - celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta,
 - číslo a názov Zmluvy,
 - názov Projektu Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno
- 2.9 Na účely fakturácie sa za deň dodania Predmetu kúpy Kupujúcemu považuje deň podpísania Protokolu o dodaní obidvomi Zmluvnými stranami v zmysle bodu 3.4 článku III. tejto Zmluvy.

Čl. III

Miesto a lehota dodania Predmetu kúpy a preberanie Predmetu kúpy

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že miestom dodania Predmetu kúpy je adresa sídla Kupujúceho: Nemocnica s poliklinikou Brezno n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Predmet kúpy podľa tejto Zmluvy bude dodaný do:
- Časť V. - Vybavenie centrálnych operačných sál
(9) deviatich týždňov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.**
- 3.3 Povinnosť Predávajúceho dodať Kupujúcemu Predmet kúpy je splnená tým, že dodá Predmet kúpy na miesto dodania v dohodnutom množstve a kvalite a Kupujúcemu umožní s Predmetom kúpy nakladať (t.

j. Predmet kúpy prevziať) v dohodnutom mieste dodania. Kupujúci sa zaväzuje prevziať Predmet kúpy v dohodnutom mieste dodania.

- 3.4 O riadnom dodaní Predmetu kúpy Predávajúci a Kupujúci spíšu protokol o dodaní a prevzatí tovaru (ďalej len „**Preberací protokol**“). Preberací protokol musí obsahovať minimálne nasledovné náležitosti: identifikačné údaje Predávajúceho a Kupujúceho, množstvo dodaného tovaru, sumu predmetného plnenia, informáciu o poskytnutých súvisiacich službách v zmysle Prílohy č. 1 Špecifikácia predmetu kúpy tejto Zmluvy, miesto dodania Predmetu kúpy, dátum vyhotovenia Preberacieho protokolu, podpisy oprávnených osôb za Predávajúceho a Kupujúceho.
- 3.5 Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie Predmetu kúpy v prípade, ak nie je dodaný v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.

Či. IV

Záruka a zodpovednosť za vady

- 4.1 Predávajúci sa zaväzuje, že Predmet kúpy bude spĺňať dohodnutý účel a vlastnosti vyplývajúce z Prílohy č. 1 – Špecifikácia predmetu kúpy a zároveň bude spĺňať technické požiadavky uvedené v súťažných podkladoch k Verejnej súťaži a následne uvedené v ponuke Predávajúceho.
- 4.2 Záručná doba na: **časť V. - Vybavenie centrálnych operačných sál**
- Predmet kúpy je (24) dvadsaťštyri mesiacov odo dňa jeho prevzatia zo strany Kupujúceho.
- 4.3 Dátum prevzatia Predmetu kúpy bude uvedený na Preberacom protokole podľa bodu 3.4 článku III. tejto Zmluvy.
- 4.4 Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí Kupujúci uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú. Kupujúci je povinný vady tovaru bez zbytočného odkladu po ich zistení písomne oznámiť kontaktnej osobe Predávajúceho uvedenej v bode 9.3.1 tejto Zmluvy (ďalej len „**uplatnenie záruky**“). Oznámenie o vadách tovaru musí obsahovať:
- 4.4.1 identifikáciu Zmluvy,
 - 4.4.2 presnú identifikáciu Predmetu kúpy podľa Zmluvy, resp. Prílohy č. 1 – Špecifikácia Predmetu kúpy,
 - 4.4.3 popis vady Predmetu kúpy alebo spôsob, akým sa vada prejavuje,
 - 4.4.4 určenie spôsobu uspokojenia nároku zo záruky.
- 4.5 V uplatnení záruky je Kupujúci povinný určiť, aké nároky si uplatňuje zo záruky. V prípade oprávnenej reklamácie môže Kupujúci požadovať podľa svojho uváženia:
- 4.5.1 vrátenie zaplatenej Kúpnej ceny za Predmet kúpy vykazujúci vady akosti a/alebo vady druhu,
 - 4.5.2 zľavu z kúpnej ceny za Predmet kúpy vykazujúci vady akosti,
 - 4.5.3 výmenu Predmet kúpy vykazujúceho vady akosti za bezchybný tovar a/alebo vady druhu tovaru za Predmet kúpy identifikovaný v Zmluve, resp. Prílohe č. 1 – Špecifikácia Predmetu kúpy,
 - 4.5.4 opravu Predmetu kúpy vykazujúceho vady akosti, ak sú vady opraviteľné.
- 4.6 Popri nárokoch ustanovených v bode 4.5 tejto Zmluvy má Kupujúci nárok na náhradu škody.
- 4.7 V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.5.1 a 4.5.2 vyššie tohto článku Zmluvy je Predávajúci povinný vystaviť a doručiť Kupujúcemu dobropis (oprava základu dane s náležitosťami podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov) so splatnosťou (30) tridsať dní odo dňa jeho doručenia Kupujúcemu.
- 4.8 V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.5.3 vyššie tohto článku Zmluvy je Predávajúci povinný vymeniť Predmet kúpy vykazujúci vady akosti a /alebo vady druhu za bezchybný Predmet kúpy.

- 4.9 V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.5.4 vyššie tohto článku Zmluvy je Predávajúci povinný na servisnú odozvu maximálne do (12) dvanásť hodín odo dňa doručenia uplatnenia záruky v zmysle bodu 4.4 vyššie a na vykonanie servisného zásahu maximálne do 24 hodín odo dňa doručenia uplatnenia záruky. Predávajúci je povinný odstrániť vady, resp. poruchy Predmetu kúpy, t. j. uvedenie Predmetu kúpy do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom na mieste, resp. v lehote najneskôr do 48 hodín odo dňa doručenia uplatnenia záruky v zmysle bodu 4.4 vyššie. V prípade, ak si charakter a predmet vady, resp. poruchy vyžaduje dlhšiu dobu opravy (t. j. odstránenie vady, resp. poruchy si vyžaduje prevzatie Predmetu kúpy do opravy alebo zabezpečenie originálneho náhradného dielca na Predmet kúpy od výrobcu) a pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodli inak platí, že Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu na vlastné náklady zabezpečiť odobratie reklamovaného Predmetu kúpy vykazujúceho vady akosti, resp. poruchy a /alebo vady druhu z miesta dodania. Predávajúci je v tomto prípade povinný najneskôr do (3) troch pracovných dní odo dňa doručenia uplatnenia záruky na vlastné náklady dodať Kupujúcemu do miesta dodania náhradný Predmet kúpy v kvalite dohodnutej podľa tejto Zmluvy (ďalej len „**náhradný Predmet kúpy**“). Na dodanie a preberanie náhradného Predmetu kúpy sa primerane uplatnia príslušné ustanovenia týkajúce sa dodania a preberania Predmetu kúpy podľa tejto Zmluvy.
- 4.10 Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym užívaním Predmetu kúpy alebo neodbornou manipuláciou s Predmetom kúpy, resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Rovnako Predávajúci nezodpovedá za vady Predmetu kúpy, ktoré vzniknú v dôsledku vyššej moci (vis maior) alebo vandalizmu.
- 4.11 Záruka zaniká pred uplynutím záručnej doby, najmä ak:
- bol Predmet kúpy zo strany Kupujúceho alebo z jeho podnetu pozmenený nedovoleným spôsobom, odlišujúcim sa od jeho technického riešenia,
 - bol Predmet kúpy používaný na činnosti v rozpore s jeho účelom.
- 4.12 V prípade uplatňovania nárokov z väd Predmetu kúpy v rámci záručnej doby Kupujúcim sa primerane uplatnia príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Čl. V **Zmluvné sankcie**

- 5.1 Za omeškanie Predávajúceho s riadnym dodaním Predmetu kúpy alebo jeho časti má Kupujúci nárok na sankciu vo výške 0,05 % Kúpnej ceny, resp. časti Kúpnej ceny za každý čo i len začatý deň omeškania. Omeškanie trvajúce viac ako (30) tridsať dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy.
- 5.2 Za omeškanie Kupujúceho so zaplatením Kúpnej ceny má Predávajúci nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý čo i len začatý deň omeškania.
- 5.3 V prípade omeškania Predávajúceho so splnením povinnosti odstrániť vady Predmetu kúpy alebo jeho časti podľa článku IV. tejto zmluvy, zaplatí Predávajúci Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý aj začatý deň omeškania až do odstránenia vady.
- 5.4 Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty si oprávnená strana uplatní doručením penalizačnej faktúry druhej Zmluvnej strane so splatnosťou (14) štrnásť dní odo dňa jej doručenia povinnej Zmluvnej strane. Vznikom povinnosti Predávajúceho zaplatiť zmluvnú pokutu a ani jej skutočným zaplatením nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti Predávajúceho a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená, pričom zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.

Čl. VI **Vlastnícke právo a zodpovednosť za škodu**

- 6.1 Vlastnícke právo k Predmetu kúpy, resp. k jeho časti prechádza na Kupujúceho prevzatím Predmetu kúpy, tzn. okamihom podpisu Preberacieho protokolu zo strany Kupujúceho podľa bodu 3.4 článku III. tejto Zmluvy s vyznačením riadneho dodania Predmetu kúpy.
- 6.2 Nebezpečenstvo škody a riziko náhodnej skazy na Predmete kúpy, resp. jeho časti prechádza na Kupujúceho až momentom podpisania Preberacieho protokolu. Do momentu podpisania Preberacieho protokolu znáša nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy, resp. jeho časti Predávajúci.

ČI. VII

Ukončenie Zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov

- 7.1 Táto zmluva trvá až do okamihu riadneho dodania Predmetu kúpy vrátane súvisiacich služieb v zmysle Prílohy č. 1 Špecifikácia predmetu kúpy tejto Zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Táto zmluva zanikne aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednou zo Zmluvných strán.
- 7.2 V prípade zániku Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto Zmluva zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
- 7.3 Od tejto Zmluvy možno písomne odstúpiť iba v zákonom stanovených prípadoch a v prípadoch uvedených v tejto Zmluve.
- 7.4 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy najmä v prípade, ak:
 - 7.4.1 v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Predávajúceho pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní,
 - 7.4.2 Zmluva nemala byť uzavretá s Predávajúcim v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,
 - 7.4.3 Predávajúci je v omeškaní s dodaním Predmetu kúpy o viac ako (30) tridsať dní,
 - 7.4.4 Predávajúci koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a na písomnú výzvu Kupujúceho toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
 - 7.4.5 Predávajúci nebol v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplývala zo Zákona o verejnom obstarávaní, alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora,
 - 7.4.6 Predávajúci nebude opakovane, aj napriek predchádzajúcej výzvy Kupujúceho dodržiavať postup a plniť povinnosti vyplývajúce z bodu 3.4 tejto Zmluvy.
- 7.5 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Kupujúci poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považuje, ak sa Kupujúci dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako (30) tridsať dní od dohodnutého termínu splatnosti faktúry. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že Predávajúci je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.
- 7.6 Právne účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
- 7.7 Ukončením platnosti tejto Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, okrem nárokov na úhradu už poskytnutého plnenia, spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok Kupujúceho na bezplatné odstránenie zistených väd dodania, resp. záručných väd.

Čl. VIII

Subdodávateľa

- 8.1 Predávajúci je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 – Zoznam subdodávateľov tejto Zmluvy. V zozname subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého subdodávateľa vo finančnom vyjadrení z celkovej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Ak to vyplýva zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“), musí byť subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 8.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Predávajúci záujem zmeniť alebo doplniť svojich subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
- 8.2.1 subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS, ak táto povinnosť vyplýva z uvedeného zákona,
- 8.2.2 subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené),
- 8.2.3 Predávajúci oznámi Kupujúcemu návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.
- 8.3 Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 8.2.3 tohto článku Zmluvy a aktualizovaným znením Prílohy č. 3 Zoznam subdodávateľov musí Predávajúci predložiť Kupujúcemu najneskôr (3) tri pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Kupujúci má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 8.2 vyššie.
- 8.4 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto článku Zmluvy.
- 8.5 V prípade, ak Predávajúci využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy subdodávateľa, Predávajúci za konanie subdodávateľa voči Kupujúcemu zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám.
- 8.6 V prípade porušenia niektorej z povinností Predávajúceho podľa bodov 8.1 až 8.3 tohto článku Zmluvy (napr. neodovzdanie zoznamu subdodávateľov, neoznámenie prípadnej zmeny subdodávateľa, nenahradenie subdodávateľa v prípade výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora počas trvania tejto Zmluvy) je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 10 000,00 EUR (slovom: desaťtisíc euro) za každé jednotlivé porušenie týchto povinností, a to aj opakovane.

Čl. IX

Záverečné ustanovenia

- 9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 9.2 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 9.3 Zmluvné strany pre účely tejto Zmluvy určujú kontaktné osoby zodpovedné za komunikáciu v súvislosti s touto zmluvou takto:

9.3.1 za Predávajúceho:

meno: *Ing. Simona Lalíková*
tel: +421 918 674 643
e-mail: *obstaravanie@gmail.com*

9.3.2 za Kupujúceho:

meno: *Ing. Ľubomír Grác*
tel: +421 903 500 475
e-mail: *grac@nspbr.sk*

- 9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou, tzn. akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s touto Zmluvou, si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme písomnosť zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte v odbernej lehote, písomnosť sa považuje za doručeníu tretím dňom po vrátení písomnosti odosielateľovi, aj keď sa adresát o obsahu uloženej písomnosti nedozvedel. Pre operatívnu komunikáciu Zmluvných strán sa môže využívať forma elektronickej komunikácie, napr. v podobe emailu, pričom platia údaje určené pre elektronickej komunikáciu podľa bodu 9.3., pre odstránenie pochybností takouto formou nie je prípustná komunikácia týkajúca sa ukončenia platnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra, takéto doručenie je možné výlučne v bežných úradných hodinách.
- 9.5 Predávajúci nie je oprávnený dohodnúť sa s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho.
- 9.6 Z dôvodu, že predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku s Poskytovateľom NFP (ďalej len „Zmluva o NFP“), zaväzuje sa Predávajúci strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s predmetom tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
- 9.6.1 Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
 - 9.6.2 Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - 9.6.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - 9.6.4 orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - 9.6.5 splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - 9.6.6 Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - 9.6.7 osoby prizvané orgánmi podľa bodu 9.6.1 až 9.6.6 vyššie v súlade s príslušnými Právnymi predpismi. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- Predávajúci je povinný strpieť kontrolu zo strany Poskytovateľa NFP v zmysle Zmluvy o NFP medzi poskytovateľom a prijímateľom NFP.
- 9.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Kupujúci obdrží dva (2) rovnopisy a Predávajúci obdrží dva (2) rovnopisy.
- 9.8 Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ak v tejto Zmluve nie je ustanovené inak.

- 9.9 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvy strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim právnemu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.
- 9.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 9.11 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1 Špecifikácia Predmetu kúpy
 - Príloha č. 2 Cenová tabuľka
 - Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

V Brezne, dňa 03.05.2021

V Banskej Bystrici, dňa 26.03.2021

Kupujúci:

Predávajúci



Za Nemocnicu s
Ing. Jaroslav Ma

no n.o.

Za R A D I X spol. s r.o.
Martin Renčo, konateľ

Nemocnica s n.o. Banská Bystrica, n.o.
Banisko 273 / 1, 977 01 Brezno, IČO: 31 908 969
zápis v registri neziskových organizácií Oš res. úradu
Banská Bystrica pod reg. č. OIVS/VO-14 / 2002

Názov predmetu zákazky:
Zdravotnícka prístrojová technika IV.

Časť V.: Vybavenie centrálnych operačných sál

Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplní ak je to relevantné
uchádzačom ponúkaný produkt musí SPLEŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu		Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		POZNÁMKA	
DeSoutter Medical - MBQ 707 Orthodrive Lite					
Položka č. 1 - Vrtací a oscilačný motorový systém požadovaný počet: 1 ks		(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)	
P. č.	Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. V TOMTO STĽPCI UVEDTE PONÚKANÉ PARAMETRE	2.
1	Modulárna rukoväť s možnosťou pripojenia rôznych adaptérov/nadstavcov pre všetky ortopedické výkony, počet adaptérov/nadstavcov	min. 23	uvedte hodnotu	29	
2	Ergonomická, tichá a ľahká rukoväť, váha	max. 722g	uvedte hodnotu	713 g	
3	Rukoväť má plynule meniteľnú rýchlosť	min. v rozsahu od 0-1350 ot/min	uvedte hodnotu	0-1350 ot/min	
4	Rukoväť vyrobená z tvrdeného anodizovaného hliníka	áno	áno/nie	áno	
5	Motor v rukováti	typ DC striedavý motor	uvedte hodnotu	DC striedavý motor	
6	Rukoväť vysoko hermeticky uzavretá	áno	áno/nie	áno	
7	Rukoväť a nadstavce umývateľné a autokávovateľné	áno	áno/nie	áno	
8	Rukoväť - kanyliácia	min. 4,4 mm	uvedte hodnotu	4,2 mm	
9	Rukoväť - výkon 274W	min. 274W	uvedte hodnotu	uvedte hodnotu	
10	Elektrická ochrana	typ BF	uvedte hodnotu	typ BF	
11	Rukoväť možné pripojiť na rôzne zdroje energie:	áno	áno/nie	áno	
12	Sterilné batérie	Li-Ion 13,2V veľká 2500 mAh a 1100 malá mAh kapacity	uvedte hodnotu	Li-Ion 13.2V veľká 2500mAh malá 1100 mAh	
13	Aseptické batéria (nesterilné)	Li-Ion10.95V malá 2000 mAh & 14.6V veľká 2000 mAh kapacita	uvedte hodnotu	uvedte hodnotu	
14	Batérie s ukazovateľom stupňa nabitia	áno	áno/nie	áno	
15	Nabíjačka batérií:	áno	áno/nie	áno	
16	Stanica - min. 4 pozície na nabíjanie s funkcou diagnostiky, automatickej kontroly a obnovy, ozdravenia	áno	áno/nie	áno	
17	Nabíjačka - plne automatický inteligentný mikroprocesor	áno	áno/nie	áno	
18	Všetky veľkosti sterilných a nesterilných batérií možné nabíjať v rovnakom čase	áno	áno/nie	áno	
19	Štandardný čas nabíjania	min. v rozsahu od 5-45 min v závislosti od vybitia batérie	uvedte hodnotu	5-45 min. V závislosti od vybitia batérie	
20	Touch-screen LCD užívateľský display	áno	áno/nie	áno	
21	Display - signalizácia plnosti nabitia, nabíjanie, koniec nabíjania, ozdravenie, poškodenie	áno	áno/nie	áno	
22	Vrtací nadstavec	Ø vrtáka 0,5-7,4 mm, otáčky variabilné do min. v rozsahu od 0-1350 ot/min	uvedte hodnotu	0,5-7,4 mm, 0-1350 ot/min	
23	rýchlospolka AO	áno	áno/nie	áno	
24	Nadstavec veľká sagitálna píłka s variabilnými kmitmi	do 13500 kmitov	uvedte hodnotu	13500	
25	Nadstavec na Kirchnerove dráty a piny kanyliácia	min. v rozsahu od 0,7-4,0 mm	uvedte hodnotu	0,7 - 4,0	
26	Frezovací nadstavec otáčky	min. v rozsahu od 0-330 ot/min	uvedte hodnotu	0-330 ot/min	
27	Možnosť pripojiť pulznú laváž a univerzálnu vrtiacu hlavu pre rôzne nadstavce	áno	áno/nie	áno	
Osobitné požiadavky na plnenie:			Osobitné požiadavky na plnenie:		
28	Záruka v mesiacoch	min. 24	uvedte hodnotu	24 mesiacov	
29	Doprava na miesto dodania	áno	áno/nie	áno	
30	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno	áno/nie	áno	
31	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky	áno	áno/nie	áno	
32	Prvé zaškolenie obsluhy	áno	áno/nie	áno	
33	nový prístroj nepoužívaný	áno	áno/nie	áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Banskej Bystrici
Dňa: 26.3.2021

2

I. s. r. o.

Bystrica

51653

2

orthodrive®
lite



**KONTAKTUJTE NÁS
PRE BEZPLATNÉ
ODSKÚŠANIE!**


LACNEJŠIA • ĽAHŠIA • MENEJ VIBRÁCIÍ • VYSOKÝ VÝKON!

www.de-soutter.com

Dokáže viac, dlhší čas a s vyšším výkonom!

Nová LITE rukoväť

- Najľahší systém pre veľké kosti na trhu, prináša nekompromisný výkon v porovnaní s váhou systému.
- Výborná ergonómia rukoväte pre lepší komfort operátora.
- Jednoduchá manipulácia s násadcami - jednoducho **"push and click"** - zatlačte kým sa násadec nezaklikne a ste pripravení na použitie!



Inovačný dizajn upínacej hlavy

- Inovačný mechanizmus nasadzovania pílových listov **"Zero Play - nulová vôľa"** eliminuje nechcené vibrácie a hluk.
- Vysoká spoľahlivosť upínacej hlavy je docieľená redukciami mechanickej vôľe vnútri mechanizmu píly.
- Jednoduché nasadenie pílového listu pomocou pohybu "push and click" - zatlačením a zakliknutím.












Flexibilita celého systému

- Úplná kompatibilita s existujúcimi produktami firmy DeSoutter.
- Systém Orthodrive® Lite poskytuje väčšiu flexibilitu tým, že je ho možné použiť aj na veľké kosti aj na operácie v traumatológii bez ovplyvnenia výkonu systému.

Technické informácie a objednávanie zariadenia

Špecifikácie násadca







Model	MBQ-707	MBQ-708
Diel č.	1289334	1289444
Rýchlosť (pri používaní GQ-707)	D 0 - 1200 rpm	D +  0 - 1200 rpm
		D +  0 - 600 rpm
	R 0 - 330 rpm	R +  0 - 330 rpm
		R +  0 - 160 rpm
Rýchlosť (pri používaní RQ-70x)	0 - 330 rpm	 0 - 330 rpm
		 0 - 160 rpm
Rýchlosť (pri používaní DQ-70x)	0 - 1350 rpm	 0 - 1350 rpm
		 0 - 650 rpm
Priemer kanylového systému	4.4 mm	
Typ ochrany	 Ochrana typu BF	
Ochranná trieda	Trieda 1	
Ochrana krytu	IPX0 – bežné vybavenie	

Prevádzkový režim

Tieto násadce sú určené pre prerušovanú prevádzku. Pracovný cyklus závisí od používaného doplnku.

Typ doplnku	S vratným pohybom	Sagitálny	Rotačný
Pracovný cyklus	30 sek zapnutý / 2 min vypnutý	1 min zapnutý / 4 min vypnutý	
Opakovania	3	4	
Doba chladenia	2 hodiny		

Podmienky prostredia

Prostredie	prevádzka	skladovanie a preprava
Teplota (°C)		
Relatívna vlhkosť (%)		
Atmosférický tlak (kPa)		

Doplnky

Skľučovadlá Q-Series

Opis	Kapacita	Kanylový systém (mm)	Diel č.
S kľúčom	0.5 - 4.0 mm (5/32 inch)	3.2	15360
	0.5 - 7.4 mm (1/4 inch)	4.4	15370
Bez kľúča	0.3 - 3.0 mm (1/8 inch)	3.0	15380
	0.3 - 7.4 mm (1/4 inch)	4.2	15390
Malý AO Synthes	-	2.1	15480
Veľký AO Synthes	-	4.4	15490
Hudson	-	4.4	15530
Trinkle	-	4.4	15540
Zimmer	-	4.4	15460
Hudson/Zimmer	-	4.4	15470
DHS	-	4.4	15500
Harris	-	4.4	17130
Targon TX	-	4.4	17930

Rotačné doplnky pre skľučovadlá

Opis	Diel č.
Kľúč pre skľučovadlo 0.5 - 4.0 mm	8780
Kľúč pre skľučovadlo 0.5 - 7.4 mm	30062

Spoločnosť De Soutter Medical ponúka na výber rôzne adaptéry pre skľučovadlá kompatibilné s týmto zariadením. Podrobnejšie technické špecifikácie a informácie o spôsobe objednávania doplnkov nájdete v predajných katalógoch alebo kontaktujte miestneho zástupcu spoločnosti De Soutter Medical.

Kombinované doplnky pre skľučovadlá Q-Series

Model	Opis	Kanylový systém	Diel č.
GQ-707	Kombinácia vŕtania/výstružníka	4.4	17570

Doplňky pre skľučovadlá Q-Series

Model	Opis	Kanylový systém	Diel č.
DQ-707	Vítačka	4.4	17580
RQ-707	Výstružník	4.4	17590

Doplňky pre vŕtanie

Model	Opis	Kapacita	Kanylový systém	Diel č.
DQ-708	S kľúčom	0.5 - 7.4 mm	4.4	17600
DQ-708	Malý AO Synthes	-	2.1	17610

Doplňky pre vystružovanie

Model	Opis	Kapacita	Kanylový systém	Diel č.
RQ-708	Veľký AO Synthes	-	4.4	17620
RQ-708	Hudson/Zimmer kombinácia	-	4.4	17630
RQ-708	Hudson	-	4.4	17840
RQ-708	Zimmer	-	4.4	17850

Ďalšie doplnky

Model	Opis	Rýchlosť	Čepeľ / Kapacita	Diel č.
KQ-707	Sagitálna píłka	0 - 13,500 cpm	De Soutter Medical S89	17640
NQ-707	Malá sagitálna píłka	0 - 20,000 cpm	De Soutter Medical S88-1xx a S88-2xx	17680
CQ-707	Píłka s vratným pohybom	0 - 13,500 cpm	De Soutter Medical S84-3xx	17660
P20-7xx	Čerpadlová súprava ^a	0 - 1300 rpm	-	pozri katalóg
TQ-707	Rádiolucenčný adaptér	0 - 1300 rpm	-	17690
WQ-707	Zavádzač drôtu	0 - 1300 rpm	0.7 - 4.0 mm	17700
WQ-708	Zavádzač drôtu	0 - 1300 rpm	0.6 - 2.0 mm	18240
PQ-707	Zavádzač klincov	0 - 1300 rpm	1.8 - 3.2 mm	18220
PQ-708	Zavádzač klincov	0 - 1300 rpm	2.6 - 4.0 mm	18230

a. Vyžaduje sa pre DQ-707

Príslušenstvo pre napájanie

Batériové systémy

Malé batérie sa odporúčajú pre aplikácie s ľahšou prevádzkou a v prípadoch, kedy je veľká batéria nepraktická pre použitie.

Stredne veľké batérie sa odporúčajú pre aplikácie, pri ktorých je dôležitá malá hmotnosť alebo malý rozmer batérie.

Veľké batérie sa odporúčajú pre aplikácie, pri ktorých je dôležitá dlhá životnosť batérie alebo vysoký výkon napájania.

Batériové systém NiMH

Model	Opis	Napätie	Kapacita	Diel č.
AB-701	Stredne veľká aseptická batéria	10.8 V	1950 mAh	15340
AH-701	Držiak na stredne veľkú aseptickú batériu	-	-	15670
AS-701	Kryt na stredne veľkú aseptickú batériu	-	-	15890

Model	Opis	Napätie	Kapacita	Diel č.
AB-702	Veľká aseptická batéria	14.4 V	1950 mAh	15350
AH-702	Držiak na veľkú aseptickú batériu	-	-	15680
AS-702	Kryt na veľkú aseptickú batériu	-	-	15900

Systém lítiovej batérie

Model	Opis	Napätie	Kapacita	Diel č.
AB-703	Malá aseptická lítiová batéria	10.95 V	2000 mAh (21.9 Wh)	17910
AH-703	Držiak na malú aseptickú lítiovú batériu	-	-	18080
AS-703	Kryt na malú aseptickú lítiovú batériu	-	-	18100

Model	Opis	Napätie	Kapacita	Diel č.
AB-704	Veľká aseptická lítiová batéria	14.6 V	2000 mAh (29.2 Wh)	17920
AH-704	Držiak na veľkú sterilnú lítiovú batériu	-	-	18090
AS-704	Kryt na veľkú sterilnú lítiovú batériu	-	-	18110

Model	Opis	Napätie	Kapacita	Diel č.
SB-703	Malá sterilná lítiová batéria	13.2 V	1100 mAh (14.5 Wh)	17210
SB-704	Veľká sterilná lítiová batéria	13.2 V	2500 mAh (33 Wh)	17220

Nabíjačka na batérie

Batérie spoločnosti De Soutter Medical je možné nabíjať pomocou nabíjačky modelu BC-700 s rôznymi vymeniteľnými nabíjacími adaptérmi.

Okrem toho je pre nabíjanie batérií zo série 700 dostupná špeciálna nabíjačka s jednou stanicou pre nabíjanie.

Model	Typ batérie	Priehradky	Diel č.
BC-700	Všetky batérie De Soutter Medical určené pre ortopédiu	4	rôzne
BC-705	AB-701, AB-702	1	17980
BC-706	SB-703, SB-704	1	17990
BC-707	AB-703	1	18000
BC-708	AB-704	1	18010

Podrobnejšie informácie o možnostiach nabíjania a informácie o spôsobe objednávanía doplnkov nájdete v predajných katalógoch alebo kontaktujte miestneho zástupcu spoločnosti De Soutter Medical.

Káblové napájanie

Na napájanie násadcov modelu CM-700 je možné použiť systém napájania PS-700/701. Samostatný výstup na systéme PS-700 umožňuje napájať aj ďalšie vhodné násadce pomocou CM-600.

Model	Opis	Napätie	Diel č.
PS-700	Napájanie	9.6 V or 15 V	15710
PS-701	Napájanie	15 V	17870
CM-700	Modul s kabelážou	-	15720

Príslušenstvo pre sterilizáciu

Spoločnosť De Soutter Medical ponúka k zariadeniu celú škálu sterilizačných doplnkov, vrátane drôtených košov, sterilizačných nádob a rôzne možnosti vkladania.

Podrobnejšie informácie o sterilizačných doplnkoch a informácie o spôsobe ich objednávanía nájdete v predajných katalógoch alebo kontaktujte miestneho zástupcu spoločnosti De Soutter Medical.

Názov predmetu zákazky:
Zdravotnícka prístrojová technika IV.

Časť V.: Vybavenie centrálnych operačných sál

Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplňa ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĺŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom

požadovanom rozsahu

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu		Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu			POZNÁMKA
KARL STORZ, AUTOCON III 300, UH 300E, elektrochirurgický koagulátor					
Položka č. 2 - Elektrochirurgický generátor požadovaný počet: 1 ks		(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"			(napr. dopĺňajúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č.	Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. V TOMTO STĽPCI UVEDTE PONÚKANÉ PARAMETRE	2.
1	HF Elektrochirurgická jednotka pre interdisciplinárne použitie	áno	áno/nie	áno	
2	Farebný dotykový displej s vysokým rozlíšením	min. 9 "	uvedte hodnotu	áno, 9"	
3	Možnosť uloženia aplikačných postupov s textom a parametrami	min. 300	uvedte hodnotu	áno, 300	
4	Servisný port USB na aktualizáciu softvéru	áno	áno/nie	áno	
5	Vysokofrekvenčný výstup	min. 1 unipolárny a min. 1 bipolárny	uvedte hodnotu	áno, 1 unipolárny a 1 bipolárny výstup	
6	Unipolárna zásuvka	min. 5mm, 4 mm zásuvka, 3-kolíkovej typ US	uvedte hodnotu	áno, 5mm, 4 mm a 3-kolíkovej typ US	
7	Bipolárna zásuvka:	2 kolíkovej typ US (28,58 mm)	uvedte hodnotu	áno, 2 kolíkovej typ US (28,58 mm)	
8	Možné pripojenie dvoch nožných spínačov.	áno	áno/nie	áno	
9	Prepínanie medzi dvoma zásuvkami pomocou nožného spínača mimo sterilnej oblasti.	áno	áno/nie	áno	
10	Prepínanie funkcií medzi režimami / nastaveniami na jednej zásuvke nožným spínačom mimo sterilnej oblasti.	áno	áno/nie	áno	
11	Voliteľná aktivácia funkcií HF pomocou nožného alebo ručného spínača.	áno	áno/nie	áno	
12	Autotest všetkých relevantných parametrov a funkcií pre maximálnu bezpečnosť pacienta a používateľa.	áno	áno/nie	áno	
13	Zabudovaná regulácia napätia a regulácia oblúka.	áno	áno/nie	áno	
14	Rezacie režimy unipolárne.	min. 12	uvedte hodnotu	áno, 12 režimov	
15	Koagulačné režimy unipolárne.	min. 7	uvedte hodnotu	áno, 7 režimov	
16	Rezné režimy bipolárne.	min. 3	uvedte hodnotu	áno, 3 režimov	
17	Koagulačné režimy bipolárne.	min. 8	uvedte hodnotu	áno, 8 režimov	
18	Bezpečnostné systémy:	áno	áno/nie	áno	
19	Automatický test jednotky	áno	áno/nie	áno	
20	Systém na monitorovanie neutrálnych elektród (dynamická a dvojdielna: jedno a dvojdielna neutrálna elektróda)	áno	áno/nie	áno	
21	Novorodenecký režim (s obmedzením generátora na 50 wattov unipolárny)	áno	áno/nie	áno	
22	Monitor zvodového prúdu LF / HF	áno	áno/nie	áno	
23	Čas aktivácie	áno	áno/nie	áno	
24	Vypínateľná HF aktivácia.	áno	áno/nie	áno	
25	Unipolárny generátor	s maximálnym výkonom min. 400 W / 75 ohmov VF	uvedte hodnotu	áno, s výkonom 400 W/75 ohmov VF	
26	Bipolárny generátor	s maximálnym výkonom min.200 W / 75 ohmov VF	uvedte hodnotu	áno, s výkonom 200 W/75 ohmov VF	
27	Presné nastavenie výkonu a čiastočné obmedzenie výkonu v krokoch	min.1 watt	uvedte hodnotu	áno, 1 watt	
28	Pre unipolárne rezanie je možné nastaviť rôzne efekty hemostázy	min. 9, v závislosti od použitého režimu	uvedte hodnotu	áno, 9 v závislosti od použitého režimu	
29	Funkcia bipolárneho automatického štartu.	áno	áno/nie	áno	
30	Režim na použitie s bipolárnymi nástrojmi MIS (LAP).	áno	áno/nie	áno	
31	HF elektrochirurgická jednotka.	áno	áno/nie	áno	
32	Napájací kábel.	áno	áno/nie	áno	
Osobitné požiadavky na plnenie:		Osobitné požiadavky na plnenie:			
33	Záruka v mesiacoch	min. 24	uvedte hodnotu	24 mesiacov	
34	Doprava na miesto dodania	áno	áno/nie	áno	
35	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno	áno/nie	áno	
36	Vykonalenie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky	áno	áno/nie	áno	
37	Prvé zaškolenie obsluhy	áno	áno/nie	áno	
38	Nový prístroj nepoužívaný	áno	áno/nie	áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.



V: Banskej Bystrici
Dňa: 26.3.2021



Martín Renčo
konateľ R A D I X spol. s r.o.

Produktový a technický list elektrochirurgického generátora zn. KARL STORZ

Ref. č. UH300E AUTOCON elektrochirurgický koagulátor 1 ks

Ref. č. UF902 dvojpedál 1 ks



- Vysokofrekvenčná elektrochirurgická jednotka pre interdisciplinárne použitie s pohodlnou manipuláciou prostredníctvom 9" farebnej dotykovej obrazovky s vysokým rozlíšením (kapacitná), chránenej bezpečnostným sklom.
- 300 aplikačných procedúr uložitelných s textom a parametrami.
- Servisný port USB pre aktualizácie softvéru.
- Vybavený 1 unipolárnym a 1 bipolárnym vysokofrekvenčným výstupom.
- Unipolárna zásuvka: 5 mm KARL STORZ / Erbe VIO, 4mm, 3-kolíkový americký typ US
- Bipolárna zásuvka 2- kolíkový americký typ (28,58 mm).
- Výstupy CF pre najvyššiu bezpečnosť pacientov a používateľov.
- Možné pripojenie dvoch nožných spínačov.
- Funkcia prepínania medzi dvoma zásuvkami nožným spínačom mimo sterilnej oblasti.
- Prepínanie funkcií medzi režimami / nastaveniami na jednej zásuvke nožným spínačom mimo sterilnej oblasti.
- Voliteľná aktivácia HF funkcií buď nožným alebo ručným spínačom.

- Autotest všetkých relevantných parametrov a funkcií pre maximálnu bezpečnosť pacienta a používateľa
- Logické usporiadanie a farebné prevedenie funkčných prvkov.
- Zabudovaná regulácia napätia a regulácia oblúka
- 12 režimov rezania unipolárne.
- 7 koagulačných režimov unipolárnych.
- 3 režimy rezania bipolárne.
- 8 koagulačných režimov bipolárne
- Automatický test jednotky
- Monitorovanie neutrálnych elektród Systém EASY (dynamický a dvojdielny; jedno- a dvojdielna neutrálna elektróda)
- Novorodenecký režim (s obmedzením generátora na 50 W unipolárny)
- Monitor zvodového prúdu LF / HF
- Čas aktivácie
- Vypínateľná HF aktivácia
- Unipolárny generátor s maximálnym výkonom 400 W / 75 ohmov.
- Bipolárny generátor s maximálnym výkonom 200 W / 75 ohmov.
- Presné nastavenie výkonu a čiastočné obmedzenie výkonu v krokoch po 1 watte.
- Pre unipolárne rezanie je možné nastaviť rôzne účinky hemostázy (maximálne 9, v závislosti od použitého režimu).
- Bipolárna funkcia automatického štartu
- Režim pre použitie s bipolárnymi prístrojmi MIS (LAP)
- HF elektrochirurgická jednotka
- Napájací kábel

Zdroj:

Karl Storz Návod a manuály

<https://www.karlstorz.com/de/en/index.htm>

Zdroj:
Karl Storz Návodů a manuály

<https://www.karlstorz.com/de/en/index.htm>



Radix Slovakia
Radix Slovakia
Radix Slovakia
Radix Slovakia
Radix Slovakia

CENOVÁ TABUĽKA ČASŤ Č. V - VYBAVENIE CENTRÁLNYCH OPERAČNÝCH SÁL

č.p.	Názov položky Opis položky	Množstvo (ks)	Jednotková cena v EUR bez DPH	Celková cena za položku v EUR bez DPH	DPH v EUR (sadzba 20 %)	Celková cena za položku v EUR vrátane DPH
1.	Vŕtací a oscilačný motorový systém	1	17 024,00	17 024,00	3 404,80	20 428,80
2.	Elektrochirurgický generátor	1	12 356,00	12 356,00	2 471,2	14 827,20
Celková cena za Časť V. v EUR bez DPH				29 380,00		
Výška DPH v EUR (sadzba 20 %)				5 876,00		
Celková cena za Časť V. v EUR vrátane DPH				35 256,00		

V Banskej Bystrici, dňa 26.03.2021



Martin Renčo
konateľ R A D I X spol. s r.o.

ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV

Uchádzač **R A D I X spol. s r.o.**, Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica, zastúpený konateľom Martinom Renčom,

týmto vyhlasuje,

že **nemá v úmysle** zadať podiel zákazky subdodávateľom a celý predmet zákazky uskutoční vlastnými kapacitami

Názov subdodávateľa	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky z celého predmetu zákazky v %	Podiel subdodávky z celého predmetu zákazky v EUR bez DPH	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Informácie o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa			Podiel subdodávky v %	Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH
			meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia		
							<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
							<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie

V Banskej Bystrici, dňa 26.03.2021



Martin Renčo
konateľ R A D I X spol. s r.o.

