

Verejný obstarávateľ :	Názov: Sídlo: Štatutárny orgán/štatutár: IČO: DIČ: IČ DPH: Bankové spojenie: IBAN: (ďalej len „verejný obstarávateľ“)	Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Banisko 273/1, 977 01 Brezno Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ 31 908 969 2021607687 SK2021607687 Tatra banka, a.s. SK74 1100 0000 0026 2777 8739
Typ zákazky:	Verejná súťaž	
Predmet zákazky:	Zdravotnícka prístrojová technika IV.	

## Identifikačné údaje uchádzača

### Ponuku predkladá uchádzač na časť č.1, č.3. č.4

Názov:	Unotech spol. s r.o.		
Štatutár:	Ing. Peter Havier, konateľ spoločnosti v zastúpení Ing. Róbert Kútny, na základe plnomocenstva		
Sídlo:	Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín		
IČO:	314 24 562	Web:	www.unotech.sk
<b>Kontaktná osoba pre komunikáciu s verejným obstarávateľom :</b>			
Meno a priezvisko:	e-mail:		Telefón:
Simona Pacifico	pacifico@unotech.sk		0910287615
<b>Kontaktná osoba pre elektronickú aukciu:</b>			
Meno a priezvisko:	e-mail:		Telefón:
Simona Pacifico	pacifico@unotech.sk		032-6505021

.....  
Ing. Peter Havier, konateľ spoločnosti  
v zastúpení Ing. Róbert Kútny,  
na základe plnomocenstva

## PLNOMOCENSTVO

**UNOTECH, spol. s r.o.**

so sídlom: Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

IČO: 31 424 562

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1564/R

konajúca prostredníctvom: Ing. Peter Havier, konateľ

(ďalej len ako „*Splnomocniteľ*“)

týmto

*s p l n o m o c ň u j e m*

**Ing. Róberta Kútneho, rodeného Kútneho**

s trvalým pobytom: Školská 394/7, Trenčín - Zlatovce

narodený: 22.05.1964

rodné číslo: 640522/6476

štátny občan Slovenskej republiky

aby konal v mene Splnomocniteľa voči tretím osobám v plnom rozsahu a zastupoval Splnomocniteľa, pri všetkých právnych úkonoch hmotnoprávneho a procesnoprávneho charakteru, bez ohľadu na ich charakter, a to i v prípade, ak sa inak na takýto úkon vyžaduje osobitné plnomocenstvo, vrátane úkonov súvisiacich s konaniami pred právnickými alebo fyzickými osobami.

Splnomocnenec je bez akýchkoľvek obmedzení oprávnený najmä, no nielen, uzatvárať zmluvy, robiť iné právne úkony, podpisovať v mene Splnomocniteľa, preberať listiny a iné písomnosti právnických alebo fyzických osôb, zaväzovať splnomocniteľa a prijímať v jeho mene plnenia, nadobúdať v jeho mene majetok a pod.

Splnomocniteľ:

Plnomocenstvo prijímam v plnom rozsahu.


V Trenčíne, dňa 28. 09. 2020

V Trenčíne, dňa 28. 09. 2020

Ing. Peter Havier  
konateľ  
UNOTECH, spol. s r.o.

Ing. Róbert Kútňy,  
rodený Kútňy

PLNOMOCENSTVO



## OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Peter Havier**, dátum narodenia **21.1.1964**, r.č. **640121/6734**, bytom **Trenčín, K Mlyniskám 457/1, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EJ082007**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 719852/2020**.

Trenčín dňa 29.9.2020



.....  
Ing. Lucia Šveláňová  
zamestnanec poverený notárom

**Upozornenie!** Notár legalizáciou  
neosvedčuje pravdivosť skutočností  
uvádzaných v listine (§58 ods. 4  
Notárskeho poriadku)

## Príloha č.A.2: Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov a podmienkach verejnej súťaže

Unotech spol. s r.o., zastúpený Ing. Peter Havier, konateľ, vzastúpení Ing. Róbert Kútňy na základe plnomocenstva, ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejnej súťaže na obstaranie nadlimitnej zákazky **Zdravotnícka prístrojová technika IV.** vyhlásenej verejným obstarávateľom **Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno** (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania 269/2020 zo dňa 23.12.2020 pod číslom 45521 – MST a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie 2020/S 249-620048 zo dňa 22.12.2020 (ďalej len „verejná súťaž“), týmto

čestne vyhlasujem, že

**1) v súvislosti s konfliktom záujmov v zmysle § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO“) v rámci zadávania tejto zákazky,**

- som nevyrýjal a nebudem vyrýjať voči žiadnej osobe na strane obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 ZVO („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v užšej súťaži,
- neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie;

**2) v súvislosti s akceptáciou podmienok tejto verejnej súťaže,**

- že v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasím so všetkými podmienkami verejnej súťaže uvedenými v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže, v súťažných podkladoch pre vypracovanie ponúk a ich prílohách, ktoré som v súvislosti s touto verejnou súťažou prevzal, vrátane obchodných podmienok (návrh zmluvy), ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov pre vypracovanie ponuky, a
- všetky mnou predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;

**3) v súvislosti s využitím subdodávateľov v rámci realizácie predmetu zákazky,**

- v prípade uzavretia záväzkového vzťahu s obstarávateľom na vyššie uvedený predmet obstarávania:
  - ☒ nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,
  - ☐ informácie o subdodávateľoch uvediem obstarávateľovi najneskôr v čase uzavretia zmluvy (napr. z dôvodu, že v čase predkladania ponuky mi informácie o subdodávateľoch nie sú známe),
  - ☐ budem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov v nasledovnom rozsahu:

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Informácie o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	Podiel subdodávky	Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné
---------------	-------	-----	--	-------------------	---



			meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia	v %	prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH
							<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
							<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie

**4) v súvislosti s vypracovaním ponuky v zmysle § 49 ods. 5 ZVO,**

- sme ako uchádzač vypracovali túto ponuku
  - ☒ samostatne,
  - ☐ s využitím služieb alebo podkladov nasledovných osôb (pozn.: osôb odlišných od zamestnancov uchádzača):

Obchodné meno / názov	Sídlo / adresa pobytu	IČO (ak bolo pridelené)

*\*Pri vyplňaní berte, prosím, do úvahy metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 14.02.2019, východiskom ktorého je dôvodová správa k novele zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá v súvislosti s uvedením údajov osoby, ktorej služby uchádzač využil uvádza, že v praxi sa vyskytujú prípady, keď sa v tom istom verejnom obstarávaní objavujú ponuky obsahujúce rovnaké chyby, formulácie, prípadne iné znaky, ktoré sa javia ako indície protisúťažného správania. V rámci prešetrovania možného protisúťažného konania sa následne zistí, že podklady pre uchádzačov pripravoval ten istý externý subjekt, a tak sa pristúpilo k zavedeniu povinnosti uviesť údaje o takomto subjekte v ponuke. Vzhľadom na uvedené je možné vyjadriť názor, že v prípade, ak sa na vypracovaní ponuky podieľal iný subjekt (napr. subdodávateľ) túto skutočnosť uchádzač uvedie.*

**5) v súvislosti s ochranou osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2019 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZoOÚ“),**

- v rozsahu, v akom to predpisuje ZoOÚ, som si od všetkých dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú obsiahnuté v mojej ponuke, zabezpečil všetky potrebné súhlasy so spracovaním osobných údajov za účelom podania tejto ponuky a poučil všetky dotknuté osoby o spôsobe a rozsahu spracovania ich osobných údajov na účel podania tejto ponuky a
- všetky dotknuté osoby mi udelili svoj súhlas na to, aby tieto osobné údaje boli poskytnuté, a aby ich ďalej za deklarovaným účelom spracovával tak obstarávateľ ako aj spoločnosť Tatra Tender s.r.o., ktorá pre obstarávateľa vykonáva niektoré činnosti spojené s realizáciou tohto verejného obstarávania.

V Trenčíne dňa 19.2.2021

Ing. Peter Havier, konateľ  
v zastúpení Ing. Róbert Kútňý  
na základe plnomocenstva

## Príloha č. D.1 súťažných podkladov

Uchádzač vyberie alternatívne časti návrhu zmluvy [Alt. 1: Časť I. / Alt. 2: Časť II. / Alt. 3: Časť III. / Alt. 4: Časť IV. / Alt. 5: Časť V. / Alt. 6: Časť VI. / Alt. 7: Časť VII. / Alt. 8: Časť VIII. / Alt. 9: Časť IX.] podľa toho, na ktorú časť predmetu zákazky predkladá ponuku.

### KÚPNA ZMLUVA č. .... / .....

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej tiež len „Zmluva“)

#### Kupujúci:

Obchodné meno:	Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Sídlo:	Banisko 273/1, 977 01 Brezno
IČO:	31 908 969
DIČ:	2021607687
IČ DPH:	SK2021607687
koná:	Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK74 1100 0000 0026 2777 8739

(ďalej len „Kupujúci“)

a

#### Predávajúci:

Obchodné meno:	Unotech, spol. s r.o.
Sídlo:	Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
IČO:	31424562
DIČ:	2020384322
IČ DPH:	SK2020384322
Spoločnosť zapísaná:	v Obchodnom registri Okresného súdu <i>Trenčín</i> oddiel: <i>Sro</i> , vložka číslo: 1564/R
V mene spoločnosti koná:	Ing. Peter Havier, konateľ V zastúpení Ing. Róbert Kútny, na základe plnomocenstva
IBAN:	SK42 1100 0000 0026 2027 0836
SWIFT:	TATRSKBX

(ďalej len „Predávajúci“)

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

### Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu v súlade s výsledkom súťaže na obstaranie Časť I. nadlimitnej zákazky s názvom **Zdravotnícka prístrojová technika IV.**, ktorá bola vyhlásená zverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania 269/2020 zo dňa 23.12.2020 pod číslom 45521 – MST a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie 2020/S 249-620048] zo dňa 22.12.2020 (ďalej len „Verejná súťaž“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákon o verejnom obstarávaní“).

Ponuka Predávajúceho bola vo Verejnej súťaži vyhodnotená ako úspešná, na základe čoho sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu, ktorá upravuje práva a povinnosti Zmluvných strán pri dodaní predmetu zákazky Predávajúcim Kupujúcemu.

Predmet Zmluvy bude financovaný z 95 % z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Kupujúcemu Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Poskytovateľ NFP“), pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov Kupujúceho.

**Čl. I**  
**Predmet Zmluvy**

- 1.1. Predmetom Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu hnuiteľné veci uvedené v bode 1.2 tejto Zmluvy (ďalej tiež len „**Predmet kúpy**“ alebo „**tovar**“) a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu za riadne dodaný tovar dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v článku II. tejto Zmluvy.
- 1.2. Predmet kúpy musí byť nový, nerepasovaný a nepoužívaný. Predmet kúpy tvoria nižšie uvedené veci vrátane súvisiacich služieb bližšie definovaných v Prílohe č. 1 Špecifikácia predmetu kúpy tejto Zmluvy:

**Alt. 1: Časť I.**

Č.p.	Názov	Množstvo (ks)	Identifikácia predmetu kúpy
1.	Infúzny systém pozostávajúci s dokovacej stanice a troch infúzných zariadení	13	FESENIUS KABI / Agilia Connect / Z018644 Injectomat Agilia SP MC , Z019644 Volumat Agilia VP MC, Z0Z074620 Dokovacia stanica Agilia Link4+, Z073160 Agilia Rolling Stands /
2.	Infúzny systém pozostávajúci z dokovacej stanice a troch infúzných zariadení, kombinovateľný s inými zariadeniami	7	FESENIUS KABI / Agilia Connect / Z018644 Injectomat Agilia SP MC , Z019644 Volumat Agilia VP MC, Z0Z074620 Dokovacia stanica Agilia Link4+, Z073160 Agilia Rolling Stands /

Predmet kúpy je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto Zmluvy – Špecifikácia predmetu kúpy.

- 1.3. Súčasťou dodania Predmetu kúpy je aj poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné užívanie tovaru na účel, na ktorý sú vyrobené a určené, a to najmä, no nie len výlučne:
- 1.3.1. návod na použitie/obsahu tovaru v slovenskom, resp. v českom jazyku,
  - 1.3.2. záručný list,
  - 1.3.3. všetky ďalšie doklady a dokumenty vyžadované platnou legislatívou SR a Európskej únie, ktoré sú potrebné k riadnemu užívaniu tovaru na požadovaný účel,
  - 1.3.4. vyhlásenia o zhode alebo CE certifikáty pre jednotlivé tovary tvoriace Predmet kúpy,
  - 1.3.5. iné doklady v zmysle Prílohy č. 1 Špecifikácia predmetu kúpy tejto Zmluvy.
- 1.4. Predávajúci sa zároveň zaväzuje, že súčasťou dodania Predmetu kúpy v rámci dohodnutej kúpnej ceny uvedenej v článku II. tejto Zmluvy je aj:

**Alt. 1: Časť I.,**

**Čl. II**  
**Kúpna cena a platobné podmienky**

- 2.1 Kúpna cena je stanovená dohodou Zmluvných strán na základe cenovej ponuky Predávajúceho predloženej vo Verejnej súťaži, ktorá je uvedená v Prílohe č. 2 – Cenová tabuľka tejto Zmluvy a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len ako “**Kúpna cena**”).



2.2 Celková Kúpna cena za dodaný Predmet kúpy a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: **92 740,00** EUR

Sadzba DPH: **18 548,00** EUR

Cena s DPH: **111 288,00** EUR

(slovom: **stojedemásttisícdeväťstoosemdesiatosem** EUR)

(ďalej aj ako „Kúpna cena“)

2.3 Kúpnu cenou sa rozumie konečná cena vrátane všetkých ciel a daňových poplatkov, nákladov súvisiacich s dodaním Predmetu kúpy podľa bodu 1.2 článku I. Zmluvy na miesto dodania dohodnuté touto Zmluvou ako aj nákladov na odstraňovanie väd v záručnej lehote podľa článku IV. Zmluvy ako aj všetkých ďalších služieb, činností, výkonov a ostatných nákladov Predávajúceho v súvislosti s predajom Predmetu kúpy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

2.4 Kupujúci neposkytuje za Predmet kúpy zálohu ani nijaké preddavky z Kúpnej ceny.

2.5 Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru na zaplatenie Predmetu kúpy až po potvrdení dodania Predmetu kúpy zo strany Kupujúceho podpisom protokolu o dodaní a prevzatí tovaru podľa bodu 3.4 článku III. tejto Zmluvy.

2.6 Splatnosť faktúry je (60) šesťdesiat dní od jej preukázaného doručenia Kupujúcemu. Peňažný záväzok Kupujúceho vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom pripísania príslušnej sumy v prospech účtu Predávajúceho.

2.7 Faktúra musí byť vystavená v súlade s § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany budú pri fakturácii podľa tejto Zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, pokiaľ im z tohto zákona takáto povinnosť vyplýva.

2.8 Faktúra (daňový doklad) musí obsahovať nasledovné náležitosti:

- obchodné meno Predávajúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty,
- bankové spojenie Predávajúceho (názov a adresa banky Predávajúceho, SWIFT kód),
- číslo bankového účtu v tvare IBAN,
- názov Kupujúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne Kupujúceho a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené,
- poradové číslo faktúry,
- dátum dodania predmetu plnenia Kupujúcemu, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
- dátum vyhotovenia faktúry,
- množstvo a druh dodaného tovaru,
- základ dane z pridanej hodnoty (ďalej aj ako „DPH“), jednotkovú cenu bez DPH a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
- sadzbu DPH, údaj o oslobodení od DPH alebo v prípadoch, ak Predávajúci neuplatňuje na faktúre DPH z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť DPH, s uvedením príslušného ustanovenia právnych predpisov, ktoré to odôvodňujú,
- výšku DPH spolu v mene EUR,
- celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta,
- číslo a názov Zmluvy,
- názov Projektu Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno

2.9 Na účely fakturácie sa za deň dodania Predmetu kúpy Kupujúcemu považuje deň podpísania Protokolu o dodaní obidvomi Zmluvnými stranami v zmysle bodu 3.4 článku III. tejto Zmluvy.

**Čl. III**  
**Miesto a lehota dodania Predmetu kúpy a**  
**preberanie Predmetu kúpy**

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že miestom dodania Predmetu kúpy je adresa sídla Kupujúceho: Nemocnica s poliklinikou Brezno n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Predmet kúpy podľa tejto Zmluvy bude dodaný do:

**Alt. 1: Časť I.**

(4) štyroch týždňov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.

- 3.3 Povinnosť Predávajúceho dodať Kupujúcemu Predmet kúpy je splnená tým, že dodá Predmet kúpy na miesto dodania v dohodnutom množstve a kvalite a Kupujúcemu umožní s Predmetom kúpy nakladať (t. j. Predmet kúpy prevziať) v dohodnutom mieste dodania. Kupujúci sa zaväzuje prevziať Predmet kúpy v dohodnutom mieste dodania.
- 3.4 O riadnom dodaní Predmetu kúpy Predávajúci a Kupujúci spíšu protokol o dodaní a prevzatí tovaru (ďalej len „**Preberací protokol**“). Preberací protokol musí obsahovať minimálne nasledovné náležitosti: identifikačné údaje Predávajúceho a Kupujúceho, množstvo dodaného tovaru, sumu predmetného plnenia, informáciu o poskytnutých súvisiacich službách v zmysle Prílohy č. 1 Špecifikácia predmetu kúpy tejto Zmluvy, miesto dodania Predmetu kúpy, dátum vyhotovenia Preberacieho protokolu, podpisy oprávnených osôb za Predávajúceho a Kupujúceho.
- 3.5 Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie Predmetu kúpy v prípade, ak nie je dodaný v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.

**Čl. IV**  
**Záruka a zodpovednosť za vady**

- 4.1 Predávajúci sa zaväzuje, že Predmet kúpy bude spĺňať dohodnutý účel a vlastnosti vyplývajúce z Prílohy č. 1 – Špecifikácia predmetu kúpy a zároveň bude spĺňať technické požiadavky uvedené v súťažných podkladoch k Verejnej súťaži a následne uvedené v ponuke Predávajúceho.
- 4.2 Záručná doba na:
- Predmet kúpy je (24) dvadsaťštyri mesiacov odo dňa jeho prevzatia zo strany Kupujúceho.
- 4.3 Dátum prevzatia Predmetu kúpy bude uvedený na Preberacom protokole podľa bodu 3.4 článku III. tejto Zmluvy.
- 4.4 Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí Kupujúci uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú. Kupujúci je povinný vady tovaru bez zbytočného odkladu po ich zistení písomne oznámiť kontaktnej osobe Predávajúceho uvedenej v bode 9.3.1 tejto Zmluvy (ďalej len „**uplatnenie záruky**“). Oznámenie o vadách tovaru musí obsahovať:
- 4.4.1 identifikáciu Zmluvy,
  - 4.4.2 presnú identifikáciu Predmetu kúpy podľa Zmluvy, resp. Prílohy č. 1 – Špecifikácia Predmetu kúpy,
  - 4.4.3 popis vady Predmetu kúpy alebo spôsob, akým sa vada prejavuje,
  - 4.4.4 určenie spôsobu uspokojenia nároku zo záruky.
- 4.5 V uplatnení záruky je Kupujúci povinný určiť, aké nároky si uplatňuje zo záruky. V prípade oprávnenej reklamácie môže Kupujúci požadovať podľa svojho uváženia:
- 4.5.1 vrátenie zaplatenej Kúpnej ceny za Predmet kúpy vykazujúci vady akosti a/alebo vady druhu,
  - 4.5.2 zľavu z kúpnej ceny za Predmet kúpy vykazujúci vady akosti,



- 4.5.3 výmenu Predmet kúpy vykazujúceho vady akosti za bezchybný tovar a/alebo vady druhu tovaru za Predmet kúpy identifikovaný v Zmluve, resp. Prílohe č. 1 – Špecifikácia Predmetu kúpy,
- 4.5.4 opravu Predmetu kúpy vykazujúceho vady akosti, ak sú vady opraviteľné.
- 4.6 Popri nárokoch ustanovených v bode 4.5 tejto Zmluvy má Kupujúci nárok na náhradu škody.
- 4.7 V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.5.1 a 4.5.2 vyššie tohto článku Zmluvy je Predávajúci povinný vystaviť a doručiť Kupujúcemu dobropis (oprava základu dane s náležitosťami podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov) so splatnosťou (30) tridsať dní odo dňa jeho doručenia Kupujúcemu.
- 4.8 V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.5.3 vyššie tohto článku Zmluvy je Predávajúci povinný vymeniť Predmet kúpy vykazujúci vady akosti a /alebo vady druhu za bezchybný Predmet kúpy.
- 4.9 V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.5.4 vyššie tohto článku Zmluvy je Predávajúci povinný na servisnú odozvu maximálne do (12) dvanásť hodín odo dňa doručenia uplatnenia záruky v zmysle bodu 4.4 vyššie a na vykonanie servisného zásahu maximálne do 24 hodín odo dňa doručenia uplatnenia záruky. Predávajúci je povinný odstrániť vady, resp. poruchy Predmetu kúpy, t. j. uvedenie Predmetu kúpy do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom na mieste, resp. v lehote najneskôr do 48 hodín odo dňa doručenia uplatnenia záruky v zmysle bodu 4.4 vyššie. V prípade, ak si charakter a predmet vady, resp. poruchy vyžaduje dlhšiu dobu opravy (t. j. odstránenie vady, resp. poruchy si vyžaduje prevzatie Predmetu kúpy do opravy alebo zabezpečenie originálneho náhradného dielca na Predmet kúpy od výrobcu) a pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodli inak platí, že Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu na vlastné náklady zabezpečiť odobratie reklamovaného Predmetu kúpy vykazujúceho vady akosti, resp. poruchy a /alebo vady druhu z miesta dodania. Predávajúci je v tomto prípade povinný najneskôr do (3) troch pracovných dní odo dňa doručenia uplatnenia záruky na vlastné náklady dodať Kupujúcemu do miesta dodania náhradný Predmet kúpy v kvalite dohodnutej podľa tejto Zmluvy (ďalej len „**náhradný Predmet kúpy**“). Na dodanie a preberanie náhradného Predmetu kúpy sa primerane uplatnia príslušné ustanovenia týkajúce sa dodania a preberania Predmetu kúpy podľa tejto Zmluvy.
- 4.10 Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym užívaním Predmetu kúpy alebo neodbornou manipuláciou s Predmetom kúpy, resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Rovnako Predávajúci nezodpovedá za vady Predmetu kúpy, ktoré vzniknú v dôsledku vyššej moci (vis maior) alebo vandalizmu.
- 4.11 Záruka zaniká pred uplynutím záručnej doby, najmä ak:
- bol Predmet kúpy zo strany Kupujúceho alebo z jeho podnetu pozmenený nedovoleným spôsobom, odlišujúcim sa od jeho technického riešenia,
  - bol Predmet kúpy používaný na činnosti v rozpore s jeho účelom.
- 4.12 V prípade uplatňovania nárokov z väd Predmetu kúpy v rámci záručnej doby Kupujúcim sa primerane uplatnia príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

## Čl. V

### Zmluvné sankcie

- 5.1 Za omeškanie Predávajúceho s riadnym dodaním Predmetu kúpy alebo jeho časti má Kupujúci nárok na sankciu vo výške 0,05 % Kúpnej ceny, resp. časti Kúpnej ceny za každý čo i len začatý deň omeškania. Omeškanie trvajúce viac ako (30) tridsať dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy.
- 5.2 Za omeškanie Kupujúceho so zaplatením Kúpnej ceny má Predávajúci nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý čo i len začatý deň omeškania.

- 5.3 V prípade omeškania Predávajúceho so splnením povinnosti odstrániť vady Predmetu kúpy alebo jeho časti podľa článku IV. tejto zmluvy, zaplatí Predávajúci Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý aj začatý deň omeškania až do odstránenia vady.
- 5.4 Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty si oprávnená strana uplatní doručením penalizačnej faktúry druhej Zmluvnej strane so splatnosťou (14) štrnásť dní odo dňa jej doručenia povinnej Zmluvnej strane. Vznikom povinnosti Predávajúceho zaplatiť zmluvnú pokutu a ani jej skutočným zaplatením nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti Predávajúceho a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená, pričom zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.

## **Čl. VI**

### **Vlastnícke právo a zodpovednosť za škodu**

- 6.1 Vlastnícke právo k Predmetu kúpy, resp. k jeho časti prechádza na Kupujúceho prevzatím Predmetu kúpy, tzn. okamihom podpisu Preberacieho protokolu zo strany Kupujúceho podľa bodu 3.4 článku III. tejto Zmluvy s vyznačením riadneho dodania Predmetu kúpy.
- 6.2 Nebezpečenstvo škody a riziko náhodnej skazy na Predmete kúpy, resp. jeho časti prechádza na Kupujúceho až momentom podpísania Preberacieho protokolu. Do momentu podpísania Preberacieho protokolu znáša nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy, resp. jeho časti Predávajúci.

## **Čl. VII**

### **Ukončenie Zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov**

- 7.1 Táto zmluva trvá až do okamihu riadneho dodania Predmetu kúpy vrátane súvisiacich služieb v zmysle Prílohy č. 1 Špecifikácia predmetu kúpy tejto Zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Táto zmluva zanikne aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednou zo Zmluvných strán.
- 7.2 V prípade zániku Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto Zmluva zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
- 7.3 Od tejto Zmluvy možno písomne odstúpiť iba v zákonom stanovených prípadoch a v prípadoch uvedených v tejto Zmluve.
- 7.4 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy najmä v prípade, ak:
- 7.4.1 v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Predávajúceho pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní,
  - 7.4.2 Zmluva nemala byť uzavretá s Predávajúcim v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,
  - 7.4.3 Predávajúci je v omeškaní s dodaním Predmetu kúpy o viac ako (30) tridsať dní,
  - 7.4.4 Predávajúci koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a na písomnú výzvu Kupujúceho toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
  - 7.4.5 Predávajúci nebol v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplývala zo Zákona o verejnom obstarávaní, alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora,
  - 7.4.6 Predávajúci nebude opakovane, aj napriek predchádzajúcej výzvy Kupujúceho dodržiavať postup a plniť povinnosti vyplývajúce z bodu 3.4 tejto Zmluvy.

- 7.5 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Kupujúci poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považuje, ak sa Kupujúci dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako (30) tridsať dní od dohodnutého termínu splatnosti faktúry. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že Predávajúci je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.
- 7.6 Právne účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
- 7.7 Ukončením platnosti tejto Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, okrem nárokov na úhradu už poskytnutého plnenia, spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok Kupujúceho na bezplatné odstránenie zistených väd dodania, resp. záručných väd.

## **Čl. VIII**

### **Subdodávateľia**

- 8.1 Predávajúci je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 – Zoznam subdodávateľov tejto Zmluvy. V zozname subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého subdodávateľa vo finančnom vyjadrení z celkovej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Ak to vyplýva zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“), musí byť subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 8.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Predávajúci záujem zmeniť alebo doplniť svojich subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
- 8.2.1 subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS, ak táto povinnosť vyplýva z uvedeného zákona,
- 8.2.2 subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené),
- 8.2.3 Predávajúci oznámi Kupujúcemu návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.
- 8.3 Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 8.2.3 tohto článku Zmluvy a aktualizovaným znením Prílohy č. 3 Zoznam subdodávateľov musí Predávajúci predložiť Kupujúcemu najneskôr (3) tri pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Kupujúci má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 8.2 vyššie.
- 8.4 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto článku Zmluvy.
- 8.5 V prípade, ak Predávajúci využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy subdodávateľa, Predávajúci za konanie subdodávateľa voči Kupujúcemu zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám.
- 8.6 V prípade porušenia niektorej z povinností Predávajúceho podľa bodov 8.1 až 8.3 tohto článku Zmluvy (napr. neodovzdanie zoznamu subdodávateľov, neoznámenie prípadnej zmeny subdodávateľa, nenahradenie subdodávateľa v prípade výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora počas trvania tejto Zmluvy) je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 10 000,00 EUR (slovom: desaťtisíc euro) za každé jednotlivé porušenie týchto povinností, a to aj opakovane.



## Čl. IX Záverečné ustanovenia

- 9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 9.2 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 9.3 Zmluvné strany pre účely tejto Zmluvy určujú kontaktné osoby zodpovedné za komunikáciu v súvislosti s touto zmluvou takto:
- 9.3.1 za Predávajúceho:
- meno: *Simona Pacifico, B.S.B.A.*  
tel: *+421910287615*  
e-mail: *pacifico@unotech.sk*
- 9.3.2 za Kupujúceho:
- meno: *[doplní Kupujúci najneskôr pri podpise Zmluvy]*  
tel: *[doplní Kupujúci najneskôr pri podpise Zmluvy]*  
e-mail: *[doplní Kupujúci najneskôr pri podpise Zmluvy]*
- 9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou, tzn. akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s touto Zmluvou, si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme písomnosť zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte v odbernej lehote, písomnosť sa považuje za doručенú tretím dňom po vrátení písomnosti odosielateľovi, aj keď sa adresát o obsahu uloženej písomnosti nedozvedel. Pre operatívnu komunikáciu Zmluvných strán sa môže využívať forma elektronickej komunikácie, napr. v podobe emailu, pričom platia údaje určené pre elektronicnú komunikáciu podľa bodu 9.3., pre odstránenie pochybností takouto formou nie je prípustná komunikácia týkajúca sa ukončenia platnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra, takéto doručenie je možné výlučne v bežných úradných hodinách.
- 9.5 Predávajúci nie je oprávnený dohodnúť sa s tretou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho.
- 9.6 Z dôvodu, že predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku s Poskytovateľom NFP (ďalej len „Zmluva o NFP“), zaväzuje sa Predávajúci strieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
- 9.6.1 Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
- 9.6.2 Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- 9.6.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- 9.6.4 orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- 9.6.5 splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

- 9.6.6 Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  
9.6.7 osoby prizvané orgánmi podľa bodu 9.6.1 až 9.6.6 vyššie v súlade s príslušnými Právnymi predpismi. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

Predávajúci je povinný strpieť kontrolu zo strany Poskytovateľa NFP v zmysle Zmluvy o NFP medzi poskytovateľom a prijímateľom NFP.

- 9.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Kupujúci obdrží dva (2) rovnopisy a Predávajúci obdrží dva (2) rovnopisy.
- 9.8 Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ak v tejto Zmluve nie je ustanovené inak.
- 9.9 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvy strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim právnomu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.
- 9.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 9.11 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1 Špecifikácia Predmetu kúpy *[predloží úspešný uchádzač - bude v súlade s jeho ponukou a Časťou B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov]*
- Príloha č. 2 Cenová tabuľka *[predloží uchádzač vo svojej ponuke]*
- Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov *[predloží úspešný uchádzač najneskôr pri podpise Zmluvy]*

V Brezne, dňa .....

V Trenčíne dňa 19.2.2021

Kupujúci:

Predávajúci:

\_\_\_\_\_  
Za Nemocnicu s poliklinikou Brezno n.o.  
Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ

\_\_\_\_\_  
Za Unotech spol. s r.o. Ing. Peter Havier, konateľ  
v zastúpení Ing. Róbert Kútny, na základe  
plnomocenstva



Názov predmetu zákazky:  
Zdravotnícka prístrojová technika IV.

Časť I.: Infúzna technika

### Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplňa ak je to relevantné  
uchádzačom ponúkaný produkt musí SPŮŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		POZNÁMKA
<b>FESENIUS KABI / Agilia Connect / Z018644 Injectomat Agilia SP MC, Z019644 Volumat Agilia VP MC, Z074620 Dokovacia stanica Agilia Link4+, Z073160 Agilia Rolling Stands /</b>			(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
<b>Položka č. 2 - Infúzny systém pozostávajúci z dokovacej stanice a troch infúzných zariadení, kombinovateľný s inými zariadeniami</b>					
požadovaný počet: 7 ks					
P. č.	Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. V TOMTO STĽPCI uvedte ponúkané parametre	2.
	Lineárny dávkovač	2 ks	uvedte hodnotu	Z018644 Injectomat Agilia SP MC	
1	Rýchlosť prietoku	min. v rozsahu 0,1 - 1 150 ml/hod.	uvedte hodnotu	0,1 - 1 200 ml/hod.	
2	Možnosť zvyšovania prietoku o 0,01 ml	áno	áno/nie	Áno	
3	Presnosť rýchlosti prietoku prístroja so striekačkou	max. +- 3%	uvedte hodnotu	± 3%	
4	Objemy použiteľných striekačiek v ml	min. 5, 10, 20, 30, 50, 60	uvedte hodnotu	5,10, 20, 30, 50, 60	
5	Databáza kompatibilných striekačiek dostupných na SK trhu	min. BD, B. Braun, Terumo, Fresenius	uvedte hodnotu	Áno	
6	Kontinuálny režim	áno	áno/nie	Áno	
7	Programovateľný režim	áno	áno/nie	Áno	
8	Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie	áno	áno/nie	Áno	
9	Výpočet dávky priamo v pumpe	áno	áno/nie	Áno	
10	Minimálne dostupné jednotky dávky:	ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, µg/min, µg/h, µg/kg/min, µg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m, /h, mg/m, /24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/24h, mU/min,	uvedte hodnotu	nanog/kg/h, nanog/kg/min, nanog/kg/h, microg/min, microg/h, microg/kg/min, microg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m²/h, mg/m²/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mjednotka/kg/min, mjednotka/kg/h, Jednotka/min, jednotka/h, jednotka/kg/min, jednotka/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h, ml/kg/24 h, ml/kg/h,	
11	Možnosť nastavenia dávky vzhľadom na hmotnosť, čas	áno	áno/nie	Áno	
12	Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie	min v rozsahu 0,1 - 999 ml	uvedte hodnotu	0,1 - 999,9 ml	
13	Prednastavenie celkového požadovaného času infúzie	min. v rozsahu 1 min. až 90 hodín	uvedte hodnotu	1 min - 96 hodín	
14	Bolus	min. v rozsahu 10 - 1 200 ml/h	uvedte hodnotu	0,1 - 1 200 ml/hod.	
15	Objem bolusu	min. v rozsahu 0,1 - 80 ml	uvedte hodnotu	0,1 - 99,9 ml	
16	Manuálny bolus	áno	áno/nie	Áno	
17	Automatický bolus	áno	áno/nie	Áno	
18	KVO	min. v rozsahu 0,1 - 4 ml/hod.	uvedte hodnotu	0,1 - 5 ml	
19	Záznam udalostí s dátumom a časom	min. počet 1200	uvedte hodnotu	1 500	
20	Dlhá pauza - Standby	min. v rozsahu 1 min. - 10 hod	uvedte hodnotu	1 min - 24 hod	
21	Knižnica liekov	áno	áno/nie	Áno	
22	Možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov	áno	áno/nie	Áno	
23	Počet liekov v knižnici liekov	min. 250	uvedte hodnotu	2850	
24	Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku	áno	áno/nie	Áno	
25	Tlakové limity oklúzneho tlaku	min. v rozsahu 100 - 900 mmHg	uvedte hodnotu	50 - 900 mm/Hg	
26	Počet stupňov nastavenia oklúzneho tlaku	min. 10	uvedte hodnotu	22	
27	Systém dynamického tlaku	áno	áno/nie	Áno	
28	Manuálne uchytenie striekačky pri vkladaní	min. manuálne (ak nemá automatické, prípadne poloautomatické)	uvedte hodnotu	Manuálne	
29	Kontrola polohy a uchytenia striekačky	áno	áno/nie	Áno	

30	Mechanická ochrana proti nežiaducemu bolusu	áno	áno/nie	Áno	
31	Signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne	áno	áno/nie	Áno	
32	Textová identifikácia alarmu	áno	áno/nie	Áno	
33	Možnosť nastavenia hlasitosti zvukového alarmu	áno	áno/nie	Áno	
34	Alarm nesprávnej polohy a uchytenia striekačky	áno	áno/nie	Áno	
35	Tlakový alarm s automatickým odbúraním bolusu do striekačky	áno	áno/nie	Áno	
36	Pred alarm konca striekačky	áno	áno/nie	Áno	
37	Alarm konca striekačky	áno	áno/nie	Áno	
38	Alarm odpojenia od elektrickej siete	áno	áno/nie	Áno	
39	Dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie	áno	áno/nie	Áno	
40	Koniec Standby (dlhá pauza)	áno	áno/nie	Áno	
41	Alarm vybitia batérie	áno	áno/nie	Áno	
42	Porucha prístroja	áno	áno/nie	Áno	
43	Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti	áno	áno/nie	Áno	
44	Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah	áno	áno/nie	Áno	
45	Predalarm konca striekačky	áno	áno/nie	Áno	
46	Predalarm vybitia batérie	áno	áno/nie	Áno	
47	Predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času	áno	áno/nie	Áno	
48	Výdrž Li-Ion batérie pri 5 ml/h	min. 10 hod.	uvedte hodnotu	viac ako 13 hod	
49	Doba Li-Ion nabíjania batérie	max. 9 hod.	uvedte hodnotu	menej ako 6 hod	
50	Odolnosť voči vode	min. IP 22	uvedte hodnotu	IP 22	
51	Možnosť upravenia hodnôt parametrov podľa požiadaviek užívateľa cez servis	áno	áno/nie	Áno	
52	Súčasťou pumpy rúčka na prenášanie	áno	áno/nie	Áno	
53	Súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu	áno	áno/nie	Áno	
54	Súčasťou pumpy sieťový kábel s napájaním na 240 V	áno	áno/nie	Áno	
55	Možnosť uchytenia v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii (univerzálnosť)	áno	áno/nie	Áno	
56	Softvér v Slovenskom / Českom jazyku	áno	áno/nie	Slovenský jazyk	
57	Možnosť uzamknutia klávesnice	áno	áno/nie	Áno	
	Volumetrická pumpa	1 ks	uvedte hodnotu	Z019644 Volumat Agilia VP MC	
58	Rýchlosť prietoku v ml/h	min. 0,1 - 1300 ml	uvedte hodnotu	0,1 - 1 500 ml	
59	Presnosť rýchlosti prietoku so setom v %	max ± 5 %	uvedte hodnotu	± 5 %	
60	Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI) v ml	min. v rozsahu 0,1 - 9999 ml	uvedte hodnotu	0,1 - 9 999 ml	
61	Kontinuálny režim	áno	áno/nie	Áno	
62	Režim - Dávka/objem za čas	áno	áno/nie	Áno	
63	Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie	áno	áno/nie	Áno	
64	Programovateľný režim	áno	áno/nie	Áno	
65	Automatické zabránenie voľného toku infúzie do žily pacienta pri vytiahnutí setu z pumpy	áno	áno/nie	Áno	
66	Výpočet dávky priamo v pumpe	áno	áno/nie	Áno	
67	Minimálne dostupné jednotky dávky:	ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, µg/min, µg/h, µg/kg/min, µg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m./h, mg/m./24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h,	uvedte hodnotu	nanog/h, nanog/kg/min, nanog/kg/h, microg/min, microg/h, microg/kg/min, microg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m²/h, mg/m²/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h,	
68	Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI) v ml.	min. 0,1 - 9999 ml	uvedte hodnotu	0,1 - 9 999 ml	
69	Prednastavenie celkového požadovaného času infúzie (TTBI) (hod:min)	min. 1 min - 110 hodín	uvedte hodnotu	1 min - 168 hod	
70	Manuálne plnenie	áno	áno/nie	Áno	
71	Plnenie s použitím odzvuďňovacej/plniacej funkcie pumpy	áno	áno/nie	Áno	
72	Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom	áno	áno/nie	Áno	
73	Rýchlosť podania bolusu v ml/h	min. v rozsahu 1 - 1300 ml	uvedte hodnotu	0,1 - 1 500	
74	Objem bolusu v ml	min. v rozsahu ml 1 - 1000	uvedte hodnotu	0,1 - 1 000 ml	
75	Manuálny bolus	áno	áno/nie	Áno	
76	Automatický bolus	áno	áno/nie	Áno	
77	Záznam udalostí s dátumom a časom	min. 1100	uvedte hodnotu	1 500	
78	Dlhá pauza - Standby	min. v rozsahu 1 min. - 10 hod.	uvedte hodnotu	1 min - 24 hod	
79	Knižnica liekov	áno	áno/nie	Áno	
80	Možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov	áno	áno/nie	Áno	
81	Počet liekov v knižnici liekov	min. 250	uvedte hodnotu	3 000	



81	Počet liekov v knižnici liekov	min. 250	uvedte hodnotu	3 000	
82	Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku	áno	áno/nie	Áno	
83	Tlakové limity oklúzneho tlaku v mmHg	min. 100 - 750	uvedte hodnotu	50 - 750 mmHg	
84	Antibolusový systém	áno	áno/nie	Áno	
85	Počet stupňov nastavenia oklúzneho tlaku	min. 10	uvedte hodnotu	19	
86	Bezpečnostné prvky - Alarmy a predalarmy	áno	áno/nie	Áno	
87	Signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne	áno	áno/nie	Áno	
88	Textová identifikácia alarmu	áno	áno/nie	Áno	
89	Možnosť nastavenia hlasitosti zvukového alarmu	áno	áno/nie	Áno	
90	Kontrola správnej inštalácie setu	áno	áno/nie	Áno	
91	Súprava s bezpečnostnou svorkou voči voľnému prietoku	áno	áno/nie	Áno	
92	Alarm hornej oklúzie	áno	áno/nie	Áno	
93	Alarm dolnej oklúzie	áno	áno/nie	Áno	
94	Alarm zle zatvorených dvierok	áno	áno/nie	Áno	
95	Vzduchový alarm - jednorázová bublina, kumulovaný vzduch	áno	áno/nie	Áno	
96	Možnosť nastaviť citlivosť senzora na vzduchový alarm	áno	áno/nie	Áno	
97	Alarm pri nepovolennej odchýlke prietoku oproti nastaveniu	áno	áno/nie	Áno	
98	Kvapkový alarm ak je k pumpe pripojený kvapkový senzor	áno	áno/nie	Áno	
99	Dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie	áno	áno/nie	Áno	
100	Alarm pri dosiahnutí nastaveného objemu a času	áno	áno/nie	Áno	
101	Alarm odpojenia od elektrickej siete	áno	áno/nie	Áno	
102	Koniec Standby (dlhá pauza)	áno	áno/nie	Áno	
103	Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti	áno	áno/nie	Áno	
104	Alarm vybitia batérie	áno	áno/nie	Áno	
105	Porucha prístroja	áno	áno/nie	Áno	
106	Predalarm vybitia batérie	áno	áno/nie	Áno	
107	Predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času	áno	áno/nie	Áno	
108	Kontrola chyby komunikačného spojenia (v dokovacej stanici)	áno	áno/nie	Áno	
109	Varovanie o nutnosti preventívnej údržby	áno	áno/nie	Áno	
110	Možnosť prevádzky prístroja bez kvapkového detektoru	áno	áno/nie	Áno	
111	Výdrž Li-Ion batérie pri 25 ml/h v hod.	min. 6 hodín	uvedte hodnotu	viac ako 9 hod	
112	Doba nabíjania Li-Ion batérie v hod.	max. 7 hodín	uvedte hodnotu	menej ako 6 hod	
113	Odolnosť proti vode (IP22/IPX1/IPX2/IPX4)	min. IP 22	uvedte hodnotu	IP22	
114	Možnosť upravenia hodnot parametrov podľa požiadaviek užívateľa cez servis	áno	áno/nie	Áno	
115	Možnosť uchytenia v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii (univerzálnosť)	áno	áno/nie	Áno	
116	Ochrana peristaltiky proti zatečeniu (odolnosť)	áno	áno/nie	Áno	
117	Súčasťou pumpy rúčka na prenášanie	áno	áno/nie	Áno	
118	Súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu	áno	áno/nie	Áno	
119	Súčasťou pumpy sieťový kábel s napájaním na 240 V	áno	áno/nie	Áno	
120	Softvér v Slovenskom / Českom jazyku	áno	áno/nie	Slovenský jazyk	
121	Možnosť uzamknutia klávesnice	áno	áno/nie	Áno	
	<b>Dokovacia stanica na pojazdnom stojane</b>	<b>1 ks</b>	uvedte hodnotu	Z0Z074620 Dokovacia stanica Agilia Link4+, Z073160 Agilia Rolling Stands	
122	počet pozícií pre infúznú techniku	min.4	uvedte hodnotu	4	
123	Vstavaný Li-Ion akumulátor zabezpečujúci prevádzku pri výpadku napájania 230 V	áno	áno/nie	Áno	
124	Možnosť prepojenia dokovacej stanice s centrálnym monitorom pacientských monitorov.	áno	áno/nie	Áno	
125	Svetelná signalizácia na dokovacej stanici, že je infúzna technika v predalarme, alarme.	áno	áno/nie	Áno	
126	Možnosť zapojenia dokovacej stanice do nemocničnej informačnej siete a na centrálny monitor	áno	áno/nie	Áno	
127	Jednotlivé pozície umožňujúce vkladanie volumetrickej aj lineárnej pumpy bez použitia náradia	áno	áno/nie	Áno	
<b>Osobitné požiadavky na plnenie:</b>			<b>Osobitné požiadavky na plnenie:</b>		
128	Záruka v mesiacoch	min. 24	uvedte hodnotu	24 mesiacov na prístroje,	Odo dňa uvedenia prístrojov do prevádzky. Uvedenie prístrojov do prevádzky najneskôr do 30 dní od dodania. BTK každé dva roky.
129	Doprava na miesto dodania	áno	áno/nie	Áno	
130	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno	áno/nie	Áno	
131	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie do prevádzky	áno	áno/nie	Áno	
132	Prvé zaškolenie obsluhy	áno	áno/nie	Áno	
133	nový prístroj nepoužívaný	áno	áno/nie	Áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Trenčín

Dňa: 19.2.2021

Ing. Róbert Kútny, na základe  
plnomocenstva

Názov predmetu zákazky:  
Zdravotnícka prístrojová technika IV.

Časť I.: Infúzna technika

## Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplňa ak je to relevantné  
uchádzačom ponúkaný produkt musí SPLŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		POZNÁMKA
FESENIUS KABI / Agilia Connect / Z018644 Injectomat Agilia SP MC, Z019644 Volumat Agilia VP MC, Z074620 Dokovacia stanica Agilia Link4+, Z073160 Agilia Rolling Stands /			(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
<b>Položka č. 1 - Infúzny systém pozostávajúci s dokovacej stanice a troch infúzných zariadení</b> požadovaný počet: 13 ks					
P. č.	Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. V TOMTO STĽPCI uvedte ponúkané parametre	2.
	Lineárny dávkovač	2 ks	uvedte hodnotu	Z018644 Injectomat Agilia SP MC	
1	Rýchlosť prietoku	min. v rozsahu 0,1 - 1 150 ml/hod.	uvedte hodnotu	0,1 - 1 200 ml/hod.	
2	Možnosť zvyšovania prietoku o 0,01 ml	áno	áno/nie	Áno	
3	Presnosť rýchlosti prietoku prístroja so striekačkou	max. +- 3%	uvedte hodnotu	± 3%	
4	Objemy použiteľných striekačiek v ml	min. 5,10, 20, 30, 50, 60	uvedte hodnotu	5,10, 20, 30, 50, 60	
5	Databáza kompatibilných striekačiek dostupných na SK trhu	min. BD, B. Braun, Terumo, Fresenius	uvedte hodnotu	Áno	
6	Kontinuálny režim	áno	áno/nie	Áno	
7	Programovateľný režim	áno	áno/nie	Áno	
8	Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie	áno	áno/nie	Áno	
9	Výpočet dávky priamo v pumpe	áno	áno/nie	Áno	
10	Minimálne dostupné jednotky dávky:	ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, µg/min, µg/h, µg/kg/min, µg/kg/h,mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m./h, mg/m./24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min,	uvedte hodnotu	nanog/h, nanog/kg/min, nanog/kg/h, microg/min, microg/h, microg/kg/min, microg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m²/h, mg/m²/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mjednotka/kg/min, mjednotka/kg/h, Jednotka/min, jednotka/h, jednotka/kg/min, jednotka/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h, ml/kg/24 h, ml/kg/h,	
11	Možnosť nastavenia dávky vzhľadom na hmotnosť, čas	áno	áno/nie	Áno	
12	Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie	min v rozsahu 0,1 - 999 ml	uvedte hodnotu	0,1 - 999,9 ml	
13	Prednastavenie celkového požadovaného času infúzie	min. v rozsahu 1 min. až 90 hodín	uvedte hodnotu	1 min - 96 hodín	
14	Bolus	min. v rozsahu 10 - 1 200 ml/h	uvedte hodnotu	0,1 - 1 200 ml/hod.	
15	Objem bolusu	min. v rozsahu 0,1 - 80 ml	uvedte hodnotu	0,1 - 99,9 ml	
16	Manuálny bolus	áno	áno/nie	Áno	
17	Automatický bolus	áno	áno/nie	Áno	
18	KVO	min. v rozsahu 0,1 - 4 ml/hod.	uvedte hodnotu	0,1 - 5 ml	
19	Záznam udalostí s dátumom a časom	min. počet 1200	uvedte hodnotu	1 500	
20	Dlhá pauza - Standby	min. v rozsahu 1 min. - 10 hod	uvedte hodnotu	1 min - 24 hod	
21	Knižnica liekov	áno	áno/nie	Áno	
22	Možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov	áno	uvedte hodnotu	Áno	
23	Počet liekov v knižnici liekov	min. 250	uvedte hodnotu	2850	
24	Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku	áno	áno/nie	Áno	
25	Tlakové limity oklúzneho tlaku	min. v rozsahu 100 - 900 mmHg	uvedte hodnotu	50 - 900 mm/Hg	
26	Počet stupňov nastavenia oklúzneho tlaku	min. 10	uvedte hodnotu	22	
27	Systém dynamického tlaku	áno	áno/nie	Áno	
28	Manuálne uchytenie striekačky pri vkladaní	min. manuálne (ak nemá automatické, prípadne poloaautomatické)	uvedte hodnotu	Manuálne	
29	Kontrola polohy a uchytenia striekačky	áno	áno/nie	Áno	
30	Mechanická ochrana proti nežiaducemu bolusu	áno	áno/nie	Áno	



31	Signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne	áno	áno/nie	Áno	
32	Textová identifikácia alarmu	áno	áno/nie	Áno	
33	Možnosť nastavenia hlasitosti zvukového alarmu	áno	áno/nie	Áno	
34	Alarm nesprávnej polohy a uchytenia striekačky	áno	áno/nie	Áno	
35	Tlakový alarm s automatickým odbúraním bolusu do striekačky	áno	áno/nie	Áno	
36	Pred alarm konca striekačky	áno	áno/nie	Áno	
37	Alarm konca striekačky	áno	áno/nie	Áno	
38	Alarm odpojenia od elektrickej siete	áno	áno/nie	Áno	
39	Dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie	áno	áno/nie	Áno	
40	Koniec Standby (dlhá pauza)	áno	áno/nie	Áno	
41	Alarm vybitie batérie	áno	áno/nie	Áno	
42	Porucha prístroja	áno	áno/nie	Áno	
43	Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti	áno	áno/nie	Áno	
44	Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah	áno	áno/nie	Áno	
45	Predalarm konca striekačky	áno	áno/nie	Áno	
46	Predalarm vybitia batérie	áno	áno/nie	Áno	
47	Predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času	áno	áno/nie	Áno	
48	Výdrž Li-Ion batérie pri 5 ml/h	min. 10 hod.	uvedte hodnotu	viac ako 13 hod	
49	Doba nabíjania Li-Ion batérie	max. 9 hod.	uvedte hodnotu	menej ako 6 hod	
50	Odolnosť voči vode	min. IP 22	uvedte hodnotu	IP 22	
51	Možnosť upravenia hodnôt parametrov podľa požiadaviek užívateľa cez servis	áno	áno/nie	Áno	
52	Súčasťou pumpy rúčka na prenášanie	áno	áno/nie	Áno	
53	Súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu	áno	áno/nie	Áno	
54	Súčasťou pumpy sieťový kábel s napájaním na 240 V	áno	áno/nie	Áno	
55	Možnosť uchytenia v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii (univerzálnosť)	áno	áno/nie	Áno	
56	Softvér v Slovenskom / Českom jazyku	áno	áno/nie	Slovenský jazyk	
57	Možnosť uzamknutia klávesnice	áno	áno/nie	Áno	
	<b>Volumetrická pumpa</b>	<b>1 ks</b>	uvedte hodnotu	Z019644 Volumat Agilia VP MC	
58	Rýchlosť prietoku v ml/h	min. 0,1 - 1300 ml	uvedte hodnotu	0,1 - 1 500 ml	
59	Presnosť rýchlosti prietoku so setom v %	max ± 5%	uvedte hodnotu	± 5%	
60	Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI) v ml	min. v rozsahu 0,1 - 9999 ml	uvedte hodnotu	0,1 - 9 999 ml	
61	Kontinuálny režim	áno	áno/nie	Áno	
62	Režim - Dávka/objem za čas	áno	áno/nie	Áno	
63	Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie	áno	áno/nie	Áno	
64	Programovateľný režim	áno	áno/nie	Áno	
65	Automatické zabránenie voľného toku infúzie do žily pacienta pri vytiahnutí setu z pumpy	áno	áno/nie	Áno	
66	Výpočet dávky priamo v pumpe	áno	áno/nie	Áno	
67	Minimálne dostupné jednotky dávky:	ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, µg/min, µg/h, µg/kg/min, µg/kg/h,mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m./h, mg/m./24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h,	uvedte hodnotu	nanog/h, nanog/kg/min, nanog/kg/h, microg/min, microg/h, microg/kg/min, microg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m²/h, mg/m²/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, ml/kg/24 h, ml/kg/h,	
68	Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI) v ml.	min. 0,1 - 9999 ml	uvedte hodnotu	0,1 - 9 999 ml	
69	Prednastavenie celkového požadovaného času infúzie (TTBI) (hod:min)	min. 1 min - 110 hodín	uvedte hodnotu	1 min - 168 hod	
70	Manuálne plnenie	áno	áno/nie	Áno	
71	Plnenie s použitím odzvuďňovacej/plniacej funkcie pumpy	áno	áno/nie	Áno	
72	Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom	áno	áno/nie	Áno	
73	Rýchlosť podania bolusu v ml/h	min. v rozsahu 1 - 1300 ml	uvedte hodnotu	0,1 - 1 500	
74	Objem bolusu v ml	min. v rozsahu ml 1 - 700	uvedte hodnotu	0,1 - 1 000 ml	
75	Manuálny bolus	áno	áno/nie	Áno	
76	Automatický bolus	áno	áno/nie	Áno	
77	Záznam udalostí s dátumom a časom	min. 1100	uvedte hodnotu	1 500	
78	Dlhá pauza - Standby	min. v rozsahu 1 min. - 10 hod.	uvedte hodnotu	1 min - 24 hod	
79	Knižnica liekov	áno	áno/nie	Áno	
80	Možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov	áno	áno/nie	Áno	
81	Počet liekov v knižnici liekov	min. 250	uvedte hodnotu	3 000	
82	Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku	áno	áno/nie	Áno	
83	Tlakové limity oklúzneho tlaku v mmHg	min. 100 - 750	uvedte hodnotu	50 - 750 mmHg	



79	Knižnica liekov	áno	áno/nie	Áno	
80	Možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov	áno	áno/nie	Áno	
81	Počet liekov v knižnici liekov	min. 250	uvedte hodnotu	3 000	
82	Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku	áno	áno/nie	Áno	
83	Tlakové limity oklúzneho tlaku v mmHg	min. 100 - 750	uvedte hodnotu	50 - 750 mmHg	
84	Antibolusový systém	áno	áno/nie	Áno	
85	Počet stupňov nastavenia oklúzneho tlaku	min. 10	uvedte hodnotu	19	
86	Bezpečnostné prvky - Alarmy a predalarmy	áno	áno/nie	Áno	
87	Signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne	áno	áno/nie	Áno	
88	Textová identifikácia alarmu	áno	áno/nie	Áno	
89	Možnosť nastavenia hlasitosti zvukového alarmu	áno	áno/nie	Áno	
90	Kontrola správnej inštalácie setu	áno	áno/nie	Áno	
91	Súprava s bezpečnostnou svorkou voči voľnému prietoku	áno	áno/nie	Áno	
92	Alarm hornej oklúzie	áno	áno/nie	Áno	
93	Alarm dolnej oklúzie	áno	áno/nie	Áno	
94	Alarm zle zatvorených dvierok	áno	áno/nie	Áno	
95	Vzduchový alarm - jednorázová bublina, kumulovaný vzduch	áno	áno/nie	Áno	
96	Možnosť nastaviť citlivosť senzora na vzduchový alarm	áno	áno/nie	Áno	
97	Alarm pri nepovolennej odchýlke prietoku oproti nastaveniu	áno	áno/nie	Áno	
98	Kvapkový alarm ak je k pumpe pripojený kvapkový senzor	áno	áno/nie	Áno	
99	Dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie	áno	áno/nie	Áno	
100	Alarm pri dosiahnutí nastaveného objemu a času	áno	áno/nie	Áno	
101	Alarm odpojenia od elektrickej siete	áno	áno/nie	Áno	
102	Koniec Standby (dlhá pauza)	áno	áno/nie	Áno	
103	Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti	áno	áno/nie	Áno	
104	Alarm vybitia batérie	áno	áno/nie	Áno	
105	Porucha prístroja	áno	áno/nie	Áno	
106	Predalarm vybitia batérie	áno	áno/nie	Áno	
107	Predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času	áno	áno/nie	Áno	
108	Kontrola chyby komunikačného spojenia (v dokovacej stanici)	áno	áno/nie	Áno	
109	Varovanie o nutnosti preventívnej údržby	áno	áno/nie	Áno	
110	Možnosť prevádzky prístroja bez kvapkového detektoru	áno	áno/nie	Áno	
111	Výdrž Li-Ion batérie pri 25 ml/h v hod.	min. 6 hodín	uvedte hodnotu	viac ako 9 hod	
112	Doba nabíjania Li-Ion batérie v hod.	max. 7 hodín	uvedte hodnotu	menej ako 6 hod	
113	Odolnosť proti vode (IP22/IPX1/IPX2/IPX4)	min. IP 22	uvedte hodnotu	IP22	
114	Možnosť upravenia hodnôt parametrov podľa požiadaviek užívateľa cez servis	áno	áno/nie	Áno	
115	Možnosť uchytienia v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii (univerzálnosť)	áno	áno/nie	Áno	
116	Ochrana peristaltiky proti zatečeniu (odolnosť)	áno	áno/nie	Áno	
117	Súčasťou pumpy rúčka na prenášanie	áno	áno/nie	Áno	
118	Súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu	áno	áno/nie	Áno	
119	Súčasťou pumpy sieťový kábel s napájaním na 240 V	áno	áno/nie	Áno	
120	Softvér v Slovenskom / Českom jazyku	áno	áno/nie	Slovenský jazyk	
121	Možnosť uzamknutia klávesnice	áno	áno/nie	Áno	
	Dokovacia stanica na pojazdnom stojane	1 ks	uvedte hodnotu	Z0Z074620 Dokovacia stanica Agilia Link4+, Z073160 Agilia Rolling Stands	
122	počet pozícií pre infúznú techniku	min.4	uvedte hodnotu	4	
123	Vstavaný Li-Ion akumulátor zabezpečujúci prevádzku pri výpadku napájania 230 V	áno	áno/nie	Áno	
124	možnosť prepojenia dokovacej stanice s centrálnym monitorom patientských monitorov.	áno	áno/nie	Áno	
125	Svetelná signalizácia na dokovacej stanici, že je infúzna technika v predalarme, alarme.	áno	áno/nie	Áno	
126	možnosť zapojenia dokovacej stanice do nemocničnej informačnej siete a na centrálny monitor	áno	áno/nie	Áno	
127	jednotlivé pozície umožňujúce vkladanie volumetrickej aj lineárnej pumpy bez použitia náradia	áno	áno/nie	Áno	
Osobitné požiadavky na plnenie:			Osobitné požiadavky na plnenie:		
128	Záruka v mesiacoch	min. 24	uvedte hodnotu	24 mesiacov na prístroje,	Odo dňa uvedenia prístrojov do prevádzky. Uvedenie prístrojov do prevádzky najneskôr do 30 dní od dodania.
129	Doprava na miesto dodania	áno	áno/nie	Áno	
130	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno	áno/nie	Áno	
131	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie do prevádzky	áno	áno/nie	Áno	
132	Prvé zaškolenie obsluhy	áno	áno/nie	Áno	
133	nový prístroj nepoužívaný	áno	áno/nie	Áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Trenčín  
Dňa: 19.2.2021

Ing. Róbert Kútňny, na základe  
plnomocenstva

## Príloha č.C.1: Návrh na plnenie kritéria

### NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny.

Predmet zákazky: **Zdravotnícka prístrojová technika IV.** – [uchádzač doplní označenie Časti, na ktorú uchádzač predkladá ponuku - Časť I.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:	Unotech spol. s r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín	
Uchádzač je registrovaným platiteľom DPH v SR:	Áno <input checked="" type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:	Najnižšia cena predmetu zákazky	

Názov kritéria	Merná jednotka	Návrh uchádzača		
		bez DPH	Hodnota DPH (%)	s DPH
Najnižšia cena	Celková cena v EUR <u>bez DPH</u>	92 740,00	20	111 288,00

V Trenčíne dňa 19.2.2021

---

Ing. Peter Havier, konateľ  
v zastúpení Ing. Róbert Kútny  
na základe plnomocenstva

## Príloha č.C.2: Cenová tabuľka

### 1 CENOVÁ TABUĽKA PRE ČASŤ I. PREDMETU ZÁKAZKY

č.p.	Názov položky Opis položky	Množstvo (ks)	Jednotková cena v EUR bez DPH	Celková cena za položku v EUR bez DPH	DPH v EUR (sadzba 20 %)	Celková cena za položku v EUR vrátane DPH
1.	Infúzny systém pozostávajúci s dokovacej stanice a troch infúzných zariadení	13	4 637,00	60 281,00	12 056,20	72 337,20
2.	Infúzny systém pozostávajúci z dokovacej stanice a troch infúzných zariadení, kombinovateľný s inými zariadeniam	7	4 637,00	32 459,00	6 491,80	38 950,80
Celková cena za Časť I. v EUR bez DPH				92 740,00		
Výška DPH v EUR (sadzba 20 %)				18 548,00		
Celková cena za Časť I. v EUR vrátane DPH				111 288,00		

V Trenčíne dňa 19.2.2021

---

Ing. Peter Havier, konateľ  
v zastúpení Ing. Róbert Kútny  
na základe plnomocenstva



## Príloha č. D.1 súťažných podkladov

Uchádzač vyberie alternatívne časti návrhu zmluvy [Alt. 1: Časť I. / Alt. 2: Časť II. / Alt. 3: Časť III. / Alt. 4: Časť IV. / Alt. 5: Časť V. / Alt. 6: Časť VI. / Alt. 7: Časť VII. / Alt. 8: Časť VIII. / Alt. 9: Časť IX.] podľa toho, na ktorú časť predmetu zákazky predkladá ponuku.

### KÚPNA ZMLUVA č. .... / .....

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej tiež len „Zmluva“)

#### Kupujúci:

Obchodné meno:	<b>Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.</b>
Sídlo:	Banisko 273/1, 977 01 Brezno
IČO:	31 908 969
DIČ:	2021607687
IČ DPH:	SK2021607687
koná:	Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK74 1100 0000 0026 2777 8739

(ďalej len „Kupujúci“)

a

#### Predávajúci:

Obchodné meno:	<b>Unotech, spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
IČO:	31424562
DIČ:	2020384322
IČ DPH:	SK2020384322
Spoločnosť zapísaná:	v Obchodnom registri Okresného súdu <i>Trenčín</i> oddiel: <i>Sro</i> , vložka číslo: 1564/R
V mene spoločnosti koná:	Ing. Peter Havier, konateľ V zastúpení Ing. Róbert Kútny, na základe plnomocenstva
IBAN:	SK42 1100 0000 0026 2027 0836
SWIFT:	TATRSKBX

(ďalej len „Predávajúci“)

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

### Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu v súlade s výsledkom súťaže na obstaranie **Časť III.** predmetu nadlimitnej zákazky s názvom **Zdravotnícka prístrojová technika IV.**, ktorá bola vyhlásená zverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania 269/2020 zo dňa 23.12.2020 pod číslom 45521 – MST a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie 2020/S 249-620048] zo dňa 22.12.2020 (ďalej len „Verejná súťaž“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákon o verejnom obstarávaní“).

Ponuka Predávajúceho bola vo Verejnej súťaži vyhodnotená ako úspešná, na základe čoho sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu, ktorá upravuje práva a povinnosti Zmluvných strán pri dodaní predmetu zákazky Predávajúcim Kupujúcemu.

Predmet Zmluvy bude financovaný z 95 % z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Kupujúcemu Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Poskytovateľ NFP“), pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov Kupujúceho.

**Čl. I**  
**Predmet Zmluvy**

- 1.1. Predmetom Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu hnuiteľné veci uvedené v bode 1.2 tejto Zmluvy (ďalej tiež len „**Predmet kúpy**“ alebo „**tovar**“) a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu za riadne dodaný tovar dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v článku II. tejto Zmluvy.
- 1.2. Predmet kúpy musí byť nový, nerepasovaný a nepoužívaný. Predmet kúpy tvoria nižšie uvedené veci vrátane súvisiacich služieb bližšie definovaných v Prílohe č. 1 Špecifikácia predmetu kúpy tejto Zmluvy:

**Alt. 3: Časť III.**

Č.p.	Názov	Množstvo (ks)	Identifikácia predmetu kúpy
1.	Kompaktný, mobilný inhalačný anestéziologický prístroj s integrovaným ventilátorom a monitorom ventilačných parametrov (tlak a objem)	1	GE Healthcare/GE/Carestation 650 a B105/Carestation 650 a B105M Patient monitor
2.	Transportný ventilátor	1	Stephan/ EVE
3.	Anestéziologický prístroj strednej triedy	1	GE Healthcare/GE/Avance CS2 a B155/Avance CS2 a B155 Patient monitor
4.	Systém na monitorovanie pacientov skladajúci sa z kompaktných patientskych monitorov strednej triedy vybavených meraním 3, 5, alebo 12 zvodov EKG	1	GE Healthcare/GE/6 ks B125 1 ks Carescape Central station/6 ks B125M Patient monitor a 1 ks Carescape central station
5.	Monitor vitálnych funkcií pacienta	2	GE Healthcare/GE/B105/B105M Patient monitor
6.	Modulárny monitor vitálnych funkcií s možnosťou budúceho rozšírenia o ďalšie moduly monitorovania	4	GE Healthcare/GE/B125/B125M Patient monitor
7.	Servoventilátor vyššej triedy	1	GE Healthcare / R860

Predmet kúpy je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto Zmluvy – Špecifikácia predmetu kúpy.

- 1.3. Súčasťou dodania Predmetu kúpy je aj poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné užívanie tovaru na účel, na ktorý sú vyrobené a určené, a to najmä, no nie len výlučne:
- 1.3.1. návod na použitie/obsluhu tovaru v slovenskom, resp. v českom jazyku,
- 1.3.2. záručný list,
- 1.3.3. všetky ďalšie doklady a dokumenty vyžadované platnou legislatívou SR a Európskej únie, ktoré sú potrebné k riadnemu užívaniu tovaru na požadovaný účel,
- 1.3.4. vyhlásenia o zhode alebo CE certifikáty pre jednotlivé tovary tvoriace Predmet kúpy,



1.3.5. iné doklady v zmysle Prílohy č. 1 Špecifikácia predmetu kúpy tejto Zmluvy.

- 1.4. Predávajúci sa zároveň zaväzuje, že súčasťou dodania Predmetu kúpy v rámci dohodnutej kúpnej ceny uvedenej v článku II. tejto Zmluvy je aj:

**Časť III.,**

poskytnutie záruky na Predmet kúpy v zmysle čl. IV tejto Zmluvy.

**Čl. II**

**Kúpna cena a platobné podmienky**

- 2.1 Kúpna cena je stanovená dohodou Zmluvných strán na základe cenovej ponuky Predávajúceho predloženej vo Verejnej súťaži, ktorá je uvedená v Prílohe č. 2 – Cenová tabuľka tejto Zmluvy a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len ako „Kúpna cena“).
- 2.2 Celková Kúpna cena za dodaný Predmet kúpy a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:
- Cena bez DPH: 173 065,00 EUR
- Sadzba DPH: 34 613,00 EUR
- Cena s DPH: 207 678,00 EUR
- (slovom: *dvestosedemtisícšesťstosedemdesiatosem* EUR)
- (ďalej aj ako „Kúpna cena“)
- 2.3 Kúpnu cenou sa rozumie konečná cena vrátane všetkých ciel a daňových poplatkov, nákladov súvisiacich s dodaním Predmetu kúpy podľa bodu 1.2 článku I. Zmluvy na miesto dodania dohodnuté touto Zmluvou ako aj nákladov na odstraňovanie väd v záručnej lehote podľa článku IV. Zmluvy ako aj všetkých ďalších služieb, činností, výkonov a ostatných nákladov Predávajúceho v súvislosti s predajom Predmetu kúpy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- 2.4 Kupujúci neposkytuje za Predmet kúpy zálohu ani nijaké preddavky z Kúpnej ceny.
- 2.5 Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru na zaplatenie Predmetu kúpy až po potvrdení dodania Predmetu kúpy zo strany Kupujúceho podpisom protokolu o dodaní a prevzatí tovaru podľa bodu 3.4 článku III. tejto Zmluvy.
- 2.6 Splatnosť faktúry je (60) šesťdesiat dní od jej preukázaného doručenia Kupujúcemu. Peňažný záväzok Kupujúceho vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom pripísania príslušnej sumy v prospech účtu Predávajúceho.
- 2.7 Faktúra musí byť vystavená v súlade s § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany budú pri fakturácii podľa tejto Zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, pokiaľ im z tohto zákona takáto povinnosť vyplýva.
- 2.8 Faktúra (daňový doklad) musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- obchodné meno Predávajúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty,
  - bankové spojenie Predávajúceho (názov a adresa banky Predávajúceho, SWIFT kód),
  - číslo bankového účtu v tvare IBAN,
  - názov Kupujúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne Kupujúceho a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené,
  - poradové číslo faktúry,
  - dátum dodania predmetu plnenia Kupujúcemu, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
  - dátum vyhotovenia faktúry,
  - množstvo a druh dodaného tovaru,

- základ dane z pridanej hodnoty (ďalej aj ako „DPH“), jednotkovú cenu bez DPH a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
  - sadzbu DPH, údaj o oslobodení od DPH alebo v prípadoch, ak Predávajúci neuplatňuje na faktúre DPH z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť DPH, s uvedením príslušného ustanovenia právnych predpisov, ktoré to odôvodňujú,
  - výšku DPH spolu v mene EUR,
  - celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta,
  - číslo a názov Zmluvy,
  - názov Projektu Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno
- 2.9 Na účely fakturácie sa za deň dodania Predmetu kúpy Kupujúcemu považuje deň podpísania Protokolu o dodaní obidvomi Zmluvnými stranami v zmysle bodu 3.4 článku III. tejto Zmluvy.

### Čl. III

#### Miesto a lehota dodania Predmetu kúpy a preberanie Predmetu kúpy

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že miestom dodania Predmetu kúpy je adresa sídla Kupujúceho: Nemocnica s poliklinikou Brezno n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Predmet kúpy podľa tejto Zmluvy bude dodaný do:

#### **Časť III.**

(8) ôsmich týždňov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.

- 3.3 Povinnosť Predávajúceho dodať Kupujúcemu Predmet kúpy je splnená tým, že dodá Predmet kúpy na miesto dodania v dohodnutom množstve a kvalite a Kupujúcemu umožní s Predmetom kúpy nakladať (t. j. Predmet kúpy prevziať) v dohodnutom mieste dodania. Kupujúci sa zaväzuje prevziať Predmet kúpy v dohodnutom mieste dodania.
- 3.4 O riadnom dodaní Predmetu kúpy Predávajúci a Kupujúci spíšu protokol o dodaní a prevzatí tovaru (ďalej len „**Preberací protokol**“). Preberací protokol musí obsahovať minimálne nasledovné náležitosti: identifikačné údaje Predávajúceho a Kupujúceho, množstvo dodaného tovaru, sumu predmetného plnenia, informáciu o poskytnutých súvisiacich službách v zmysle Prílohy č. 1 Špecifikácia predmetu kúpy tejto Zmluvy, miesto dodania Predmetu kúpy, dátum vyhotovenia Preberacieho protokolu, podpisy oprávnených osôb za Predávajúceho a Kupujúceho.
- 3.5 Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie Predmetu kúpy v prípade, ak nie je dodaný v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.

### Čl. IV

#### Záruka a zodpovednosť za vady

- 4.1 Predávajúci sa zaväzuje, že Predmet kúpy bude spĺňať dohodnutý účel a vlastnosti vyplývajúce z Prílohy č. 1 – Špecifikácia predmetu kúpy a zároveň bude spĺňať technické požiadavky uvedené v súťažných podkladoch k Verejnej súťaži a následne uvedené v ponuke Predávajúceho.
- 4.2 Záručná doba na: **Časť III.**,  
Predmet kúpy je (24) dvadsaťštyri mesiacov odo dňa jeho prevzatia zo strany Kupujúceho.
- 4.3 Dátum prevzatia Predmetu kúpy bude uvedený na Preberacom protokole podľa bodu 3.4 článku III. tejto Zmluvy.
- 4.4 Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí Kupujúci uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú. Kupujúci je povinný vady tovaru bez zbytočného odkladu po ich zistení písomne

- oznámiť kontaktnej osobe Predávajúceho uvedenej v bode 9.3.1 tejto Zmluvy (ďalej len „**uplatnenie záruky**“). Oznámenie o vadách tovaru musí obsahovať:
- 4.4.1 identifikáciu Zmluvy,
  - 4.4.2 presnú identifikáciu Predmetu kúpy podľa Zmluvy, resp. Prílohy č. 1 – Špecifikácia Predmetu kúpy,
  - 4.4.3 popis vady Predmetu kúpy alebo spôsob, akým sa vada prejavuje,
  - 4.4.4 určenie spôsobu uspokojenia nároku zo záruky.
- 4.5 V uplatnení záruky je Kupujúci povinný určiť, aké nároky si uplatňuje zo záruky. V prípade oprávnenej reklamácie môže Kupujúci požadovať podľa svojho uváženia:
- 4.5.1 vrátenie zaplatenej Kúpnej ceny za Predmet kúpy vykazujúci vady akosti a/alebo vady druhu,
  - 4.5.2 zľavu z kúpnej ceny za Predmet kúpy vykazujúci vady akosti,
  - 4.5.3 výmenu Predmet kúpy vykazujúceho vady akosti za bezchybný tovar a/alebo vady druhu tovaru za Predmet kúpy identifikovaný v Zmluve, resp. Prílohe č. 1 – Špecifikácia Predmetu kúpy,
  - 4.5.4 opravu Predmetu kúpy vykazujúceho vady akosti, ak sú vady opraviteľné.
- 4.6 Popri nárokoch ustanovených v bode 4.5 tejto Zmluvy má Kupujúci nárok na náhradu škody.
- 4.7 V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.5.1 a 4.5.2 vyššie tohto článku Zmluvy je Predávajúci povinný vystaviť a doručiť Kupujúcemu dobropis (oprava základu dane s náležitosťami podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov) so splatnosťou (30) tridsať dní odo dňa jeho doručenia Kupujúcemu.
- 4.8 V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.5.3 vyššie tohto článku Zmluvy je Predávajúci povinný vymeniť Predmet kúpy vykazujúci vady akosti a /alebo vady druhu za bezchybný Predmet kúpy.
- 4.9 V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.5.4 vyššie tohto článku Zmluvy je Predávajúci povinný na servisnú odozvu maximálne do (12) dvanásť hodín odo dňa doručenia uplatnenia záruky v zmysle bodu 4.4 vyššie a na vykonanie servisného zásahu maximálne do 24 hodín odo dňa doručenia uplatnenia záruky. Predávajúci je povinný odstrániť vady, resp. poruchy Predmetu kúpy, t. j. uvedenie Predmetu kúpy do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom na mieste, resp. v lehote najneskôr do 48 hodín odo dňa doručenia uplatnenia záruky v zmysle bodu 4.4 vyššie. V prípade, ak si charakter a predmet vady, resp. poruchy vyžaduje dlhšiu dobu opravy (t. j. odstránenie vady, resp. poruchy si vyžaduje prevzatie Predmetu kúpy do opravy alebo zabezpečenie originálneho náhradného dielca na Predmet kúpy od výrobcu) a pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodli inak platí, že Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu na vlastné náklady zabezpečiť odobratie reklamovaného Predmetu kúpy vykazujúceho vady akosti, resp. poruchy a /alebo vady druhu z miesta dodania. Predávajúci je v tomto prípade povinný najneskôr do (3) troch pracovných dní odo dňa doručenia uplatnenia záruky na vlastné náklady dodať Kupujúcemu do miesta dodania náhradný Predmet kúpy v kvalite dohodnutej podľa tejto Zmluvy (ďalej len „**náhradný Predmet kúpy**“). Na dodanie a preberanie náhradného Predmetu kúpy sa primerane uplatnia príslušné ustanovenia týkajúce sa dodania a preberania Predmetu kúpy podľa tejto Zmluvy.
- 4.10 Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym užívaním Predmetu kúpy alebo neodbornou manipuláciou s Predmetom kúpy, resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Rovnako Predávajúci nezodpovedá za vady Predmetu kúpy, ktoré vzniknú v dôsledku vyššej moci (vis maior) alebo vandalizmu.
- 4.11 Záruka zaniká pred uplynutím záručnej doby, najmä ak:
- bol Predmet kúpy zo strany Kupujúceho alebo z jeho podnetu pozmenený nedovoleným spôsobom, odlišujúcim sa od jeho technického riešenia,
  - bol Predmet kúpy používaný na činnosti v rozpore s jeho účelom.
- 4.12 V prípade uplatňovania nárokov z väd Predmetu kúpy v rámci záručnej doby Kupujúcim sa primerane uplatnia príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.



## **Čl. V**

### **Zmluvné sankcie**

- 5.1 Za omeškanie Predávajúceho s riadnym dodaním Predmetu kúpy alebo jeho časti má Kupujúci nárok na sankciu vo výške 0,05 % Kúpnej ceny, resp. časti Kúpnej ceny za každý čo i len začatý deň omeškania. Omeškanie trvajúce viac ako (30) tridsať dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy.
- 5.2 Za omeškanie Kupujúceho so zaplatením Kúpnej ceny má Predávajúci nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý čo i len začatý deň omeškania.
- 5.3 V prípade omeškania Predávajúceho so splnením povinnosti odstrániť vady Predmetu kúpy alebo jeho časti podľa článku IV. tejto zmluvy, zaplatí Predávajúci Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý aj začatý deň omeškania až do odstránenia vady.
- 5.4 Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty si oprávnená strana uplatní doručením penalizačnej faktúry druhej Zmluvnej strane so splatnosťou (14) štrnásť dní odo dňa jej doručenia povinnej Zmluvnej strane. Vznikom povinnosti Predávajúceho zaplatiť zmluvnú pokutu a ani jej skutočným zaplatením nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti Predávajúceho a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená, pričom zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.

## **Čl. VI**

### **Vlastnícke právo a zodpovednosť za škodu**

- 6.1 Vlastnícke právo k Predmetu kúpy, resp. k jeho časti prechádza na Kupujúceho prevzatím Predmetu kúpy, tzn. okamihom podpisu Preberacieho protokolu zo strany Kupujúceho podľa bodu 3.4 článku III. tejto Zmluvy s vyznačením riadneho dodania Predmetu kúpy.
- 6.2 Nebezpečenstvo škody a riziko náhodnej skazy na Predmete kúpy, resp. jeho časti prechádza na Kupujúceho až momentom podpísania Preberacieho protokolu. Do momentu podpísania Preberacieho protokolu znáša nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy, resp. jeho časti Predávajúci.

## **Čl. VII**

### **Ukončenie Zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov**

- 7.1 Táto zmluva trvá až do okamihu riadneho dodania Predmetu kúpy vrátane súvisiacich služieb v zmysle Prílohy č. 1 Špecifikácia predmetu kúpy tejto Zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Táto zmluva zanikne aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednou zo Zmluvných strán.
- 7.2 V prípade zániku Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto Zmluva zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
- 7.3 Od tejto Zmluvy možno písomne odstúpiť iba v zákonom stanovených prípadoch a v prípadoch uvedených v tejto Zmluve.
- 7.4 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy najmä v prípade, ak:
  - 7.4.1 v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Predávajúceho pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní,
  - 7.4.2 Zmluva nemala byť uzavretá s Predávajúcim v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,

- 7.4.3 Predávajúci je v omeškaní s dodaním Predmetu kúpy o viac ako (30) tridsať dní,
- 7.4.4 Predávajúci koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a na písomnú výzvu Kupujúceho toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
- 7.4.5 Predávajúci nebol v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplývala zo Zákona o verejnom obstarávaní, alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora,
- 7.4.6 Predávajúci nebude opakovane, aj napriek predchádzajúcej výzvy Kupujúceho dodržiavať postup a plniť povinnosti vyplývajúce z bodu 3.4 tejto Zmluvy.
- 7.5 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Kupujúci poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považuje, ak sa Kupujúci dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako (30) tridsať dní od dohodnutého termínu splatnosti faktúry. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že Predávajúci je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.
- 7.6 Právne účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
- 7.7 Ukončením platnosti tejto Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, okrem nárokov na úhradu už poskytnutého plnenia, spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok Kupujúceho na bezplatné odstránenie zistených väd dodania, resp. záručných väd.

## **Čl. VIII**

### **Subdodávateľa**

- 8.1 Predávajúci je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 – Zoznam subdodávateľov tejto Zmluvy. V zozname subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého subdodávateľa vo finančnom vyjadrení z celkovej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Ak to vyplýva zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“), musí byť subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 8.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Predávajúci záujem zmeniť alebo doplniť svojich subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
- 8.2.1 subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS, ak táto povinnosť vyplýva z uvedeného zákona,
- 8.2.2 subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené),
- 8.2.3 Predávajúci oznámi Kupujúcemu návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.
- 8.3 Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 8.2.3 tohto článku Zmluvy a aktualizovaným znením Prílohy č. 3 Zoznam subdodávateľov musí Predávajúci predložiť Kupujúcemu najneskôr (3) tri pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Kupujúci má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 8.2 vyššie.
- 8.4 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto článku Zmluvy.
- 8.5 V prípade, ak Predávajúci využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy subdodávateľa, Predávajúci za konanie subdodávateľa voči Kupujúcemu zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám.

- 8.6 V prípade porušenia niektorej z povinností Predávajúceho podľa bodov 8.1 až 8.3 tohto článku Zmluvy (napr. neodovzdanie zoznamu subdodávateľov, neoznámenie prípadnej zmeny subdodávateľa, nenahradenie subdodávateľa v prípade výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora počas trvania tejto Zmluvy) je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 10 000,00 EUR (slovom: desaťtisíc euro) za každé jednotlivé porušenie týchto povinností, a to aj opakovane.

## Čl. IX Záverečné ustanovenia

- 9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 9.2 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 9.3 Zmluvné strany pre účely tejto Zmluvy určujú kontaktné osoby zodpovedné za komunikáciu v súvislosti s touto zmluvou takto:
- 9.3.1 za Predávajúceho:
- meno: *Simona Pacifico, B.S.B.A.*  
tel: *+421910287615*  
e-mail: *pacifico@unotech.sk*
- 9.3.2 za Kupujúceho:
- meno: *[doplní Kupujúci najneskôr pri podpise Zmluvy]*  
tel: *[doplní Kupujúci najneskôr pri podpise Zmluvy]*  
e-mail: *[doplní Kupujúci najneskôr pri podpise Zmluvy]*
- 9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou, tzn. akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s touto Zmluvou, si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme písomnosť zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte v odbernej lehote, písomnosť sa považuje za doručенú tretím dňom po vrátení písomnosti odosielateľovi, aj keď sa adresát o obsahu uloženej písomnosti nedozvedel. Pre operatívnu komunikáciu Zmluvných strán sa môže využívať forma elektronickej komunikácie, napr. v podobe emailu, pričom platia údaje určené pre elektronickú komunikáciu podľa bodu 9.3., pre odstránenie pochybností takouto formou nie je prípustná komunikácia týkajúca sa ukončenia platnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra, takéto doručenie je možné výlučne v bežných úradných hodinách.
- 9.5 Predávajúci nie je oprávnený dohodnúť sa s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho.
- 9.6 Z dôvodu, že predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku s Poskytovateľom NFP (ďalej len „Zmluva o NFP“), zaväzuje sa Predávajúci strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:



- 9.6.1 Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
- 9.6.2 Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- 9.6.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- 9.6.4 orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- 9.6.5 splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- 9.6.6 Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- 9.6.7 osoby prizvané orgánmi podľa bodu 9.6.1 až 9.6.6 vyššie v súlade s príslušnými Právnymi predpismi. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

Predávajúci je povinný strpieť kontrolu zo strany Poskytovateľa NFP v zmysle Zmluvy o NFP medzi poskytovateľom a prijímateľom NFP.

- 9.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Kupujúci obdrží dva (2) rovnopisy a Predávajúci obdrží dva (2) rovnopisy.
- 9.8 Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ak v tejto Zmluve nie je ustanovené inak.
- 9.9 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvy strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim právnomu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.
- 9.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 9.11 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy:
  - Príloha č. 1 Špecifikácia Predmetu kúpy [predloží úspešný uchádzač - bude v súlade s jeho ponukou a Časťou B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov]
  - Príloha č. 2 Cenová tabuľka [predloží uchádzač vo svojej ponuke]
  - Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov [predloží úspešný uchádzač najneskôr pri podpise Zmluvy]

V Brezne, dňa .....

V Trenčíne dňa 19.2.2021

Kupujúci:

Predávajúci:

Za Nemocnicu s poliklinikou Brezno n.o.  
Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ

Za Unotech spol. s r.o. Ing. Peter Havier, konateľ  
v zastúpení Ing. Róbert Kútny, na základe  
plnomocenstva

Názov predmetu zákazky:  
Zdravotnícka prístrojová technika IV.

Časť III.: Anestéziologická a monitorovacia technika a ventilátory

### Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplňa ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPLŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v

plnom požadovanom rozsahu

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		POZNÁMKA
GE Healthcare/GE/Carestation 650 a B105/Carestation 650 a B105M Patient monitor			(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
<b>Položka č. 1 - Kompaktný, mobilný inhalačný anestéziologický prístroj s integrovaným ventilátorom a monitorom ventilačných parametrov (tlak a objem)</b> požadovaný počet: 1 ks					
P. č.	Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1.	2.
1	Elektrické napájanie 230V / 50Hz so záložným napájaním vstavaným akumulátorom so štandardnou prevádzkou	min. 90 min	uvedte hodnotu	Áno, 90 minút	Aespire View Dash 4000
2	Prehľadný farebný ovládací panel anestéziologického prístroja	uhlopriečka min. 15"	uvedte hodnotu	Áno, 15" farebný displej	Aespire View Dash 4000
3	Nastaviteľný objem v objemovo riadených režimoch	v min. rozsahu 20 až 1500 ml	uvedte hodnotu	Áno, 20 -1500 ml	Aespire View Dash 4000
4	Nastaviteľný tlak v dýchacích cestách	v min. rozsahu 5 - 60 cmH2O	uvedte hodnotu	Áno, v rozsahu 5 -60 cmH2O	Aespire View Dash 4000
5	Nastaviteľný pomer I:E	v min. rozsahu 2 : 1 až 1 : 8	uvedte hodnotu	Áno, v rozsahu 4:1 až 1:8	Aespire View Dash 4000
6	Nastaviteľný inspiračný čas	v min. rozsahu 0,2 až 5 s	uvedte hodnotu	Áno, 0,2 -5 s	Aespire View Dash 4000
7	Nastaviteľná inspiračná pauza	v min. rozsahu 5 - 50 %	uvedte hodnotu	Áno, 5-60 %	Aespire View Dash 4000
8	Nastaviteľná frekvencia dýchania	v min. rozsahu 4 - 100 dych	uvedte hodnotu	Áno, 4-100 dych/min	Aespire View Dash 4000
9	Nastaviteľný Peep	v min. rozsahu 4 - 30 cmH2O	uvedte hodnotu	Áno, 4-30 cmH2O	Aespire View Dash 4000
10	Nastaviteľný prietokový trigger	v min. rozsahu 0,2 až 10 l/min	uvedte hodnotu	Áno, 0 a 0,2- 10l/min	Aespire View Dash 4000
11	Dodatočný nastaviteľný vývod kyslíka na nosné okuliare alebo masku	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Dash 4000
12	Zmiešavač čerstvej zmesi s digitálnym zobrazením umožňujúci presné dávkovanie plynov, zabezpečujúci hypoxickú ochranu pacienta	áno	áno/nie	Áno,	Aespire View Dash 4000
13	Zobrazenie spotreby plynov použitých pri operačnom výkone na obrazovke anestéziologického prístroja	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Dash 4000
14	Anestéziologický prístroj s uzavretým resp. polouzavretým systémom dýchacieho okruhu, s možnosťou zariadenia dávkovačov anestetika a absorbérom CO2 (v jednorázovom aj opakovateľnom prevedení absorbéra ), vrátane vedenia low flow anestézie a presného dávkovania koncentrácie zložiek plynov v čerstvej zmesi	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Dash 4000
15	Malý objem patientskeho okruhu a absorbéru CO2 pre rýchly úvod do anestézie	áno	áno/nie		Aespire View Dash 4000
16	<b>Ventilačné režimy:</b> objemová ventilácia, tlaková ventilácia, tlakovo riadená s garantovaným objemom, PSV, SIMV, CPAP, manuálna a spontánna ventilácia	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Dash 4000
17	Súčasťou anestéziologického prístroja musí byť integrovaný analyzátor plynov so senzormi nespotrebného charakteru pre monitorovanie inšpirovaných a expirovaných koncentrácií plynov O2, N2O, CO2 a anestetik s vyhodnotením parametra minimálnej alveolárnej koncentrácie MAC s korekciou na vek pacienta, MACage a BAL	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Dash 4000
18	<b>Monitoring spirometrie:</b> Vt insp/ exp, MV insp/ exp, PEEP, Ppeak, Pplat, Compliance, Rezistencia, slučky pľúcnej mechaniky (tlakobjem,prietok objem) zobrazenie pľúcnej mechaniky s hodnotami vo forme parametrov, kríviek a slučiek"	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Dash 4000
19	Odvod prebytočnej zmesi anestetických plynov	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Dash 4000
20	Odsávačka biologických materiálov z dýchacích ciest	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Dash 4000
21	Prístroj musí byť vybavený rozhraním pre ukladanie dát USB, LAN	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Dash 4000
22	Zobrazenie parametrov a kríviek musí byť užívateľom nastaviteľné, podľa jeho potrieb	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Dash 4000
23	Monitor vitálnych funkcií	áno	áno/nie		Aespire View Dash 4000

24	Monitor s možnosťou budúceho rozšírenia o ďalšie moduly	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Dash 4000
25	Prehľadný farebný displej	uhlopriečka min. 10"	uvedte hodnotu	Áno, 10,1" uhlopriečka	Aespire View Dash 4000
26	Možnosť kontinuálneho sledovania potrebných údajov	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Dash 4000
27	Elektrické napájanie 230V / 50Hz so záložným napájaním vstavaným akumulátorom s výdržou dostatočnou v prípade výpadku minimálne 120 minút	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Dash 4000
28	Súčasný zobrazenie	min. 6 kriviek	uvedte hodnotu	Áno, až 12 kriviek	Aespire View Dash 4000
29	Grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov v dĺžke minimálne 72 hodín	áno	áno/nie	Áno, 168 hodín	Aespire View Dash 4000
30	Užívateľom nastaviteľné hranice alarmov všetkých parametrov	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Dash 4000
31	Meranie základných fyziologických funkcií pacienta : EKG , respirácia , SpO2 , Teplota 2x, neinvazívny TK	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Dash 4000
32	EKG so zobrazením min. 3, 5 zvodov Možnosť výberu zvodov I, II, III, aVR, aVL, a VF	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Dash 4000
33	Meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu.	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Dash 4000
34	Schopnosť analýzy ST segmentu, meranie ST elevácie a ST depresie a možnosťou zobrazíť ST trendy	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Dash 4000
35	Meranie respirácie	v min. rozsahu 4 až 120 dych/min	uvedte hodnotu	Áno, 4 - 120 dych/min	Aespire View Dash 4000
36	Hodnota SpO2 zobrazená v% , meranie pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky, SpO2 v rozsahu 0 až 100%	áno	áno/nie	Áno, 0 až 100%	Aespire View Dash 4000
37	Meranie neinvazívneho tlaku krvi - manuálny a automatický režim	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Dash 4000
38	Monitorovanie teploty, dva vstupy	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Dash 4000

Povinné príslušenstvo:			Povinné príslušenstvo:		
39	Kompletné príslušenstvo na meranie: EKG káble, saturačný senzor, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku, káble na meranie invazívnych tlakov, príslušenstvo pre meranie teploty	áno	áno/nie	Áno	Požadované príslušenstvo je súčasťou dodávky
Osobitné požiadavky na plnenie:			Osobitné požiadavky na plnenie:		
40	Záruka v mesiacoch	min. 24	uvedte hodnotu	Áno, 24 mesiacov	
41	Doprava na miesto dodania	áno	áno/nie	Áno	
42	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno	áno/nie	Áno	
43	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky	áno	áno/nie	Áno	
44	Prvé zaškolenie obsluhy	áno	áno/nie	Áno	
45	nový prístroj nepoužívaný	áno	áno/nie	Áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Trenčine

Dňa: 19.2.2021

Ing. Róbert Kútňy, na základe  
plnomocenstva



Názov predmetu zákazky:  
Zdravotnícka prístrojová technika IV.

Časť III.: Anestéziologická a monitorovacia technika a ventilátory

### Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplňa ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĺŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		POZNÁMKA
Stephan/ EVE			(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Položka č. 2 - Transportný ventilátor					
požadovaný počet: 1 ks					
P. č.	Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. V TOMTO STĽPCI uvedte ponúkané parametre	2.
1	Transportný ventilátor pre vekové kategórie dieťa a dospelý, s uchytením na lôžko alebo mobilný stojan (súčasť dodávky), na policu, medicínsku lištu a pod.	áno	áno/nie	áno	
2	Hmotnosť samotnej ventilačnej jednotky vrátane internej batérie	max. 7 kg	uvedte hodnotu	6,9	
3	Uhlopriečka farebného displeja s dotykovým ovládaním	min. 8 palcov	uvedte hodnotu	8,4 palcov	
4	Prevádzkový čas s novou a úplne nabitou internou batériou bez napájania zo siete	min. 4 hodiny	uvedte hodnotu	6 hodín - ZDVOJENA BATERIA	
5	Ovládanie prístroja pomocou mechanického otočného/potvrdzovacieho tlačidla a mechanických tlačidiel priamej voľby v prípade poruchy dotykového displeja	áno	áno/nie	áno	
6	Užívateľské prostredie pomocou slovenského alebo českého jazyka	áno	áno/nie	áno	
7	Možnosť výberu zobrazenia monitorovaných údajov vo viacerých prednastavených formách rozloženia, napr. min. krivky, parametre, slučky	áno	uvedte hodnotu	áno	
8	Monitorovanie vydychovaného CO2 , zobrazenie krivky a parametra na displeji metódou objemovej kapnometrie mainstream	áno	áno/nie	áno	
9	Kompenzácie úniku pri invazívnej a neinvazívnej ventilácii	áno	áno/nie	áno	
10	Senzory tlaku a prietoku sa v zariadení kalibrujú automaticky v pravidelných intervaloch bez prerušenia ventilácie	áno	áno/nie	áno	
11	Možnosť napájania z centrálnych rozvodov plynov, fliaš so stlačeným vzduchom resp. kyslíkom	áno	áno/nie	áno	
12	Integrovaná turbína ako zdroj vzduchu	áno	áno/nie	áno	
13	Požadované ventilačné režimy:				
14	Objemovo riadená – riadená mandatorná ventilácia	áno	áno/nie	áno	
15	Objemovo riadená – asistovaná kontrola	áno	áno/nie	áno	
16	Objemovo riadená – synchronizovaná prerušovaná mandatorná ventilácia	áno	áno/nie	áno	
17	Tlaková podpora pre nedostatočné spontánne dýchanie	áno	áno/nie	áno	
18	Tlaková riadená ventilácia – dvojfázový pozitívny tlak v dýchacích cestách	áno	áno/nie	áno	
19	Podpora spontánneho dýchania	áno	áno/nie	áno	
20	Ventilácia vysokoprietokovým kyslíkom	áno	áno/nie	áno	
21	Záložná ventilácia v prípade zástavy dýchania	áno	áno/nie	áno	
22	Minimálne nastaviteľné parametre:				
23	Dychový objem Vt	min. od 25 do 2000 ml	uvedte hodnotu	od 2 do 2000 ml	
24	Inspiračný tlak nastaviteľný	min. od 5 do 55 mbar	uvedte hodnotu	od 6 do 55 mbar	
25	PEEP / CPAP	min. od 0 do 30 mbar	uvedte hodnotu	od0 do 25 mbar	
26	Inspiračný čas Ti	min. od 0,2 do 10 sekúnd	uvedte hodnotu	od 0,2 do 30 sekúnd	
27	Citlivosť triggera (spúšťača prietoku)	min. od 1 do 15 litrov za minútu	uvedte hodnotu	od 0,2 do 15 litrov za minútu	
28	Nastaviteľný I:E pomer	min. od 1:9 do 4:1	uvedte hodnotu	od 1:150 do 150 : 1	
29	Nastaviteľná koncentrácia kyslíka	min. 21 až 100%	uvedte hodnotu	min. 21 až 100%	
30	Alarmy:				
31	Akustický a optický - viditeľný v 360° horizontálnej rovine	áno	áno/nie	áno	
32	Alarmy nastaviteľné obsluhou minimálne: Dychový objem minútová ventilácia, dychová frekvencia, EtCO2	áno	áno/nie	áno	
Osobitné požiadavky na plnenie:			Osobitné požiadavky na plnenie:		
33	Záruka v mesiacoch	min. 24	uvedte hodnotu	24	
34	Doprava na miesto dodania	áno	áno/nie	áno	
35	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno	áno/nie	áno	
36	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky	áno	áno/nie	áno	
37	Prvé zaškolenie obsluhy	áno	áno/nie	áno	
38	nový prístroj nepoužívaný	áno	áno/nie	áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Trenčine  
Dňa: 19.2.2021

Ing. Róbert Kútňny, na základe  
plnomocenstva

Názov predmetu zákazky:  
Zdravotnícka prístrojová technika IV.

Časť III.: Anestéziologická a monitorovacia technika a ventilátory

### Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplní ak je

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		POZNÁMKA
GE Healthcare/GE/Avance CS2 a B155/Avance CS2 a B155 Patient monitor			(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
<b>Položka č. 3 - Anestéziologický prístroj strednej triedy</b>					
požadovaný počet: 1 ks					
P. č.	Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1.	2.
1	Anesteziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií na podávanie inhalačnej aj intravenózne anestézie pre dlhé výkony	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Solar
2	Farebná dotyková obrazovka - ovládací panel anestéziologického prístroja	uhlopriečka min. 15"	uvedte hodnotu	Áno, 15"	Aespire View Solar
3	Nastaviteľný objem v objemovo riadených režimoch	v min. rozsahu 20 až 1500 ml	uvedte hodnotu	Áno, 20 - 1500 ml	Aespire View Solar
4	Nastaviteľný tlak v dýchacích cestách	v min. rozsahu 5 - 60 cmH2O	uvedte hodnotu	Áno, 5 - 60 cmH2O	Aespire View Solar
5	Nastaviteľný pomer I:E	v min. rozsahu 2 : 1 až 1 : 8	uvedte hodnotu	Áno, v rozsahu 4:1 až 1:8	Aespire View Solar
6	Nastaviteľný inspiračný čas	v min. rozsahu 0,2 až 5 s	uvedte hodnotu	Áno, 0,2 - 5 s	Aespire View Solar
7	Nastaviteľná inspiračná pauza	v min. rozsahu 0 - 50 %	uvedte hodnotu	Áno, 0 - 60%	Aespire View Solar
8	Nastaviteľná frekvencia dýchania	v min. rozsahu 4 - 100 dých.	uvedte hodnotu	Áno, 4 - 100 dých/min	Aespire View Solar
9	Nastaviteľný Peep	v min. rozsahu 4 - 30 cmH2O	uvedte hodnotu	0 a 4 - 30 cmH2O	Aespire View Solar
10	Nastaviteľný prietokový trigger	v min. rozsahu 0,2 až 10 l/min	uvedte hodnotu	0,2 - 10 l/min	Aespire View Solar
11	Elektrické napájanie 230V / 50Hz so záložným napájaním vstavaným akumulátorom so štandardnou prevádzkou	min. 90 min	uvedte hodnotu	Áno, 90 min	Aespire View Solar
12	Napájanie stlačeným plynom z centrálnych rozvodov a tlakových fliaš	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Solar
13	Dodatkový nastaviteľný vývod kyslíka na nosné okuliare alebo masku	min. 1-10l/min.	uvedte hodnotu	Áno, 0,5 až 10 l/min	Aespire View Solar
14	Malý objem patientskeho okruhu a absorberu CO2 pre rýchly úvod do anestézie	max. 3l	uvedte hodnotu		Aespire View Solar
15	Dýchací okruh pre deti	min. 1 ks	uvedte hodnotu	Áno, 1 ks	Aespire View Solar
16	Elektronický zmiešavač čerstvej zmesi umožňujúci presné dávkovanie plynov, zabezpečujúci hypoxickú ochranu pacienta	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Solar
17	Zobrazenie spotreby plynov použitých pri operačnom výkone na obrazovke anestéziologického prístroja	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Solar
18	Anesteziologický prístroj s uzavretým resp. polouzavretým systémom dýchacieho okruhu, s možnosťou zaradenia dávkovačov anestetika a absorberu CO2 (v jednorázovom aj opakovateľnom prevedení absorbera), vrátane vedenia low flow anestézie a presného dávkovania koncentrácie zložiek plynov v čerstvej zmesi	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Solar
19	Viditeľné množstvo čerstvej zmesi pre vyhodnotenie jej prípadnej potreby doplnenia	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Solar
20	Ventilačné režimy: objemová ventilácia, tlaková ventilácia, tlakovo riadená s garantovaným objemom, PSV, SIMV, CPAP, manuálna a spontánna ventilácia	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Solar
21	režimy: recruitment manéver ako automatická funkcia	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Solar
22	Súčasťou anestéziologického prístroja musí byť integrovaný analyzátor plynov so senzormi nespotrebného charakteru pre monitorovanie inspirovaných a expirovaných koncentrácií plynov O2, N2O, CO2 a anestetík s vyhodnotením parametra minimálnej alveolárnej koncentrácie MAC s korekciou na vek pacienta, MACage a BAL	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Solar
23	Monitoring spirometrie: "Vt insp/ exp, MV insp/ exp, PEEP, Ppeak, Pplat, Compliance, Reziistence, slučky pľúcnej mechaniky (tlakobjem, prietok objem) zobrazenie pľúcnej mechaniky s hodnotami vo forme parametrov, kriviek a slučiek"	áno	áno/nie		Aespire View Solar
24	Odvod prebytočnej zmesi anestetických plynov	áno	áno/nie		Aespire View Solar
25	Odsávačka biologických materiálov z dýchacích ciest	áno	áno/nie		Aespire View Solar
26	Prístroj musí byť vybavený rozhraním pre ukladanie dát USB, LAN	áno	áno/nie		Aespire View Solar
27	Monitor s možnosťou budúceho rozšírenia o ďalšie moduly	áno	áno/nie		Aespire View Solar



28	Zobrazenie parametrov a kriviek musí byť užívateľom nastaviteľné, podľa jeho potrieb	áno	áno/nie		Aespire View Solar
29	<b>Monitor vitálnych funkcií pre dospelých, deti a novorodencov:</b>	áno			Aespire View Solar
30	Zobrazenie a veľkosť monitora	farebné LCD min. 15" alebo alternatívne	uvedte hodnotu	Áno, 15" uhlopriečka farebného LCD monitora	Aespire View Solar
31	Alarmy optické a akustické	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Solar
32	Grafické a numerické trendy, pamäť všetkých meraných parametrov min. 24 hod.	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Solar
33	<b>Monitorované parametre:</b>	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Solar
34	EKG s vyhodnotením dynamiky ST segmentu	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Solar
35	Rozsah merania respirácie: min. 4 - 120 dych./min. dospelý, min. 4 - 180/min. novorodenecký pacient	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Solar
36	SpO2: meranie pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky.	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Solar
37	Rozsah merania SpO2	min. 1 - 100%	uvedte hodnotu	Áno, 1-100%	Aespire View Solar
38	Meranie neinvazívneho tlaku krvi man./auto režim	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Solar
39	IBP tlaky: Možnosť merania tlakov: arteriálny tlak, centrálny venózný tlak, tlak v pľúcnicí, ICP	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Solar
40	<b>Rozsah merania:</b>	áno			Aespire View Solar
41	Monitor optimalizujúci bilanciú tekutín monitorovaním parametrov: Systolic pressure variation (SPV) and pulse pressure variation PPV	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Solar
42	Monitorovanie SPV v mmHg	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Solar
43	Monitorovanie PPV v %	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Solar
44	Teplota – meranie z 2 miest súčasne	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Solar
45	Vdychované a vydychované koncentrácie použitého anestetika s automatickou detekciou	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Solar
46	Modul merania hladiny neuromuskulárneho bloku bežnými formami stimulácie: TOF, ST, DBS a stimulácia neuromuskulárnym liekom alebo ekvivalentný monitor	áno	áno/nie		Aespire View Solar
47	Modul na meranie stavu mozgu a hĺbky anestézie počas anestézie (BIS alebo entropia) v rozsahu min. 0-100	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Solar
48	Monitorovanie Mac., MACage a BAL	áno	áno/nie	Áno	Aespire View Solar
<b>Povinné príslušenstvo:</b>			<b>Povinné príslušenstvo:</b>		
49	Kompletné príslušenstvo potrebné na uvedenie do prevádzky: EKG káble, saturačný senzor SpO2, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku, káble na meranie invazívneho tlaku min. 2 ks, teplotná sonda min. 1 ks, spotrebný materiál na meranie koncentrácií plynov v dychacej zmesi, hĺbky anestézy	áno	áno/nie	Áno	Požadované príslušenstvo je súčasťou dodávky
<b>Osobitné požiadavky na plnenie:</b>			<b>Osobitné požiadavky na plnenie:</b>		
50	Záruka v mesiacoch	min. 24	uvedte hodnotu	Áno, 24 mesiacov	
51	Doprava na miesto dodania	áno	áno/nie	Áno	
52	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno	áno/nie	Áno	
53	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky	áno	áno/nie	Áno	
54	Prvé zaškolenie obsluhy	áno	áno/nie	Áno	
55	nový prístroj nepoužívaný	áno	áno/nie	Áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Trenčine

Dňa: 19.2.2021

.....

Ing. Róbert Kútňy, na základe plnomocenstva



Názov predmetu zákazky:  
Zdravotnícka prístrojová technika IV.

Časť III.: Anestéziologická a monitorovacia technika a ventilátory

### Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplňa ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPLŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu		Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		POZNÁMKA	
GE Healthcare/GE/6 ks B125 1 ks Carescape Central station/6 ks B125M Patient monitor a 1 ks Carescape central station		(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)	
<b>Položka č. 4 - Systém na monitorovanie pacientov skladajúci sa z kompaktných patientských monitorov strednej triedy vybavených meraním 3, 5, alebo 12 zvodov EKG</b> požadovaný počet: 1 ks					
P. č.	Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1.	2.
1	Počet monitorov	min. 6 ks + 1 ks centrálny monitor	uvedte hodnotu	Áno,	DASH 5000 centrálny monitor CIC
2	Monitor vitálnych funkcií pre pacientov od detí po dospelých s dotykovou farebnou obrazovkou	uhlopriečka min. 31 cm	uvedte hodnotu	Áno,	DASH 5000 centrálny monitor CIC
3	Monitor vitálnych funkcií so zobrazením	min. 6 kriviek	uvedte hodnotu	Áno,	DASH 5000 centrálny monitor CIC
4	Monitor vitálnych funkcií s prepojením pre prenos meraných údajov do centrálnej stanice s možnosťou tlače a archivácie údajov	áno	áno/nie	Áno,	DASH 5000 centrálny monitor CIC
5	EKG 3, 5 a 10 vodičovými káblami pre zobrazenie až 12 zvodov. Zobrazuje krivky aj hodnoty, detekcia QRS, ST analýza, detekcia arytmií s možnosťou výberu zvodov	Možnosť výberu zvodov I, II, III, aVR, aVL, aVF, C1, C2, C3, C4, C5, C6	uvedte hodnotu	Áno,	DASH 5000 centrálny monitor CIC
6	Schopnosť 12-zvodovej analýzy ST segmentu, meranie ST elevácie a ST depresie a možnosťou zobraziť ST trendy	áno	áno/nie	Áno,	DASH 5000 centrálny monitor CIC
7	Kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu	áno	áno/nie	Áno,	DASH 5000 centrálny monitor CIC
8	SpO2 - krivka a hodnota v rozsahu min. 1-100 % s meraním pulzu v rozsahu min. 30 - 250 bpm.	áno	áno/nie	Áno,	DASH 5000 centrálny monitor CIC
9	Neinvazívny tlak krvi systolický, diastolický a stredný s limitmi max. tlaku podľa typu pacienta	áno	áno/nie	Áno,	DASH 5000 centrálny monitor CIC
10	Meranie respirácie	min. rozsahu 4 až 120 dychov /min	uvedte hodnotu	Áno,	DASH 5000 centrálny monitor CIC
11	Meranie teploty dutinkovou resp. kožnou sondou.	áno	áno/nie	Áno,	DASH 5000 centrálny monitor CIC
12	Meranie 2 invazívnych tlakov krvi priamo v monitore s prepájacími káblami k setu na meranie inv.tlaku podľa špecifikácie užívateľa	min. v rozsahu od - 40 až do 320 mmHg	uvedte hodnotu	Áno,	DASH 5000 centrálny monitor CIC
13	Rozsah merania invazívneho tlaku krvi	áno	áno/nie	Áno,	DASH 5000 centrálny monitor CIC
14	Monitor so záložnou batériou s kapacitou prevádzky monitora	min. 120 min	uvedte hodnotu	Áno,	DASH 5000 centrálny monitor CIC
15	Jednoduché intuitívne ovládanie s automatickou detekciou pripojených senzorových káblov, s ich automatickým zobrazením na obrazovke, zoradených podľa zadanej priority parametra konfigurovateľnej užívateľom	áno	áno/nie	Áno,	DASH 5000 centrálny monitor CIC
16	Pamäť meraných parametrov v monitore	min. na 72 hodín	uvedte hodnotu	Áno,	DASH 5000 centrálny monitor CIC
17	Jednoduché nastavenie alarmových hraníc všetkých parametrov so zobrazením aktuálnej meranej hodnoty daného parametra	áno	áno/nie	Áno,	DASH 5000 centrálny monitor CIC
18	Viacúrovňový alarm, akustický aj vizuálny s viditeľnosťou v okolí 360°. Minimálne úrovne: život ohrozujúci, vážny, odporúčací.	áno	áno/nie	Áno,	DASH 5000 centrálny monitor CIC
19	Monitor vitálnych funkcií musí umožňovať rozšírenie o moduly pre meranie: srdečného výdaja, EEG, etCO2, metaboliky	áno	uvedte hodnotu	Áno,	DASH 5000 centrálny monitor CIC
20	Kompletné príslušenstvo na meranie: EKG káble, saturačný senzor, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku, káble na meranie invazívnych tlakov, príslušenstvo pre meranie teploty	áno	áno/nie	Áno,	DASH 5000 centrálny monitor CIC
21	Centrálna monitorovacia jednotka pre nepretržité zobrazovanie a ukladanie údajov z patientských a telemetrických monitorov	áno	áno/nie	Áno,	DASH 5000 centrálny monitor CIC
22	Centrálna monitorovacia jednotka - zobrazenie	min. 6 pacientov súčasne s možnosťou rozšírenia až na min. 16 pacientov	uvedte hodnotu	Áno,	DASH 5000 centrálny monitor CIC

23	Zadávanie demografických údajov pacienta, údajov o ošetrojúcom personále so zobrazením údajov na monitore pre identifikáciu	áno	áno/nie	Áno,	DASH 5000 centrálny monitor CIC
24	Diaľkové nastavenie a ovládanie alarmov s možnosťou vypnutia diaľkového zobrazenia	áno	áno/nie	Áno	DASH 5000 centrálny monitor CIC
25	Celkové zobrazenie všetkých meraných kriviek a hodnôt zvoleného pacienta s prehľadom do jeho histórie	áno	áno/nie	Áno	DASH 5000 centrálny monitor CIC
26	Analýzu uložených údajov s meraním jednotlivých hodnôt parametrov späťne v čase	áno	áno/nie	Áno	DASH 5000 centrálny monitor CIC
27	Celkový rozbor údajov za posledných 70 hodín s možnosťou rozšírenia	áno	áno/nie	Áno	DASH 5000 centrálny monitor CIC
28	Tlač obrazovky, kriviek, hodinových ako aj smenových hlásení a správ z celkového rozboru resp. z histórie na externej laserovej tlačiarňi	áno	áno/nie	Áno	DASH 5000 centrálny monitor CIC
29	Zvukový aj vizuálny alarm na centrálnej stanici	áno	áno/nie	Áno	DASH 5000 centrálny monitor CIC
30	Prenos údajov v štandardnom protokole HL7 pre laboratórne údaje a príjem pacienta	áno	áno/nie	Áno	DASH 5000 centrálny monitor CIC
31	Centrálna stanica vybavená min. 19 palcovou farebnou obrazovkou, klávesnicou, myšou a laserovou tlačiarňou	áno	áno/nie	Áno	DASH 5000 centrálny monitor CIC
32	Možnosť zadania komplexných údajov o pacientovi.: "Meno pacienta, Identifikačné číslo pacienta, hmotnosť pacienta, Výška pacienta, Dátum narodenia, pohlavie."	áno	áno/nie	Áno	DASH 5000 centrálny monitor CIC
33	Prepojenie do nemocničnej informačnej siete (NIS) pre prístup k pacientovi aj z lekárskej miestnosti, resp. z akéhokoľvek miesta, odkiaľ je prístup do NIS.	áno	áno/nie	Áno	DASH 5000 centrálny monitor CIC
Osobitné požiadavky na plnenie:			Osobitné požiadavky na plnenie:		
34	Záruka v mesiacoch	min. 24	uvedte hodnotu	Áno, 24 mesiacov	
35	Doprava na miesto dodania	áno	áno/nie	Áno	
36	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno	áno/nie	Áno	
37	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky	áno	áno/nie	Áno	
38	Prvé zaškolenie obsluhy	áno	áno/nie	Áno	
39	nový prístroj nepoužívaný	áno	áno/nie	Áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Trenčine

Ing. Róbert Kútňy, na základe  
plnomocenstva

Dňa: 19.2.2021



Názov predmetu zákazky:  
Zdravotnícka prístrojová technika IV.

Časť III.: Anestéziologická a monitorovacia technika a ventilátory

### Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplňa ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPLŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		POZNÁMKA
GE Healthcare/GE/B105/B105M Patient monitor			(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
<b>Položka č. 5 - Monitor vitálnych funkcií pacienta</b> požadovaný počet: 2 ks					
P. č.	Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1.	2.
1	Prehľadný dotykový farebný displej s veľkosťou uhlopriečky	min. 10"	uvedte hodnotu	Áno, 10,1" uhlopriečka	Dash 4000
2	Možnosť kontinuálneho sledovania potrebných údajov	áno	áno/nie	Áno	Dash 4000
3	Elektrické napájanie 230V / 50Hz so záložným napájaním vstavaným akumulátorom s výdržou dostatočnou v prípade výpadku	min. 120 min	uvedte hodnotu	Áno, 300 minút	Dash 4000
4	Súčasné zobrazenie	min. 6 kriviek	uvedte hodnotu	Áno, až 6 kriviek	Dash 4000
5	Grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov v dĺžke	min. 72 hodín	uvedte hodnotu	Áno, 72 hodín	Dash 4000
6	Užívateľom nastaviteľné hranice alarmov všetkých parametrov	áno	áno/nie	Áno	Dash 4000
7	Meranie základných fyziologických funkcií pacienta: EKG, respirácia, SpO2, Teplota 2x, neinvazívny TK	áno	áno/nie	Áno	Dash 4000
8	EKG so zobrazením 3, 5 zvodov. Možnosť výberu zvodov I, II, III, aVR, aVL, a VF	áno	áno/nie	Áno	Dash 4000
9	Meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu.	áno	áno/nie	Áno	Dash 4000
10	Schopnosť analýzy ST segmentu, meranie ST elevácie a ST depresie a možnosťou zobraziť ST trendy	áno	áno/nie	Áno	Dash 4000
11	Meranie respirácie Áno	min. v rozsahu 4 až 120 dychov / min	uvedte hodnotu	Áno, 4 - 120 dych/min	Dash 4000
12	Hodnota SpO2 zobrazená v %, meranie pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky, SpO2	v rozsahu 0 až 100%	uvedte hodnotu	Áno, 0 až 100%	Dash 4000
13	Meranie neinvazívneho tlaku krvi - manuálny a automatický režim	áno	áno/nie	Áno	Dash 4000
14	Monitor vitálnych funkcií musí umožňovať rozšírenie o moduly pre meranie: skóre včasného varovania, stupeň vedomia, EtCO2	áno	áno/nie	Áno	Dash 4000
15	Monitorovanie teploty, dva vstupy	áno	áno/nie	Áno	Dash 4000
<b>Povinné príslušenstvo:</b>			<b>Povinné príslušenstvo:</b>		
16	Kompletné príslušenstvo na meranie: EKG káble, saturačný senzor, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku, káble na meranie invazívnych tlakov, príslušenstvo pre meranie teploty	áno	áno/nie	Áno	Požadované príslušenstvo je súčasťou dodávky
<b>Osobitné požiadavky na plnenie:</b>			<b>Osobitné požiadavky na plnenie:</b>		
17	Záruka v mesiacoch	min. 24	uvedte hodnotu	Áno, 24 mesiacov	
18	Doprava na miesto dodania	áno	áno/nie	Áno	
19	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno	áno/nie	Áno	
20	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky	áno	áno/nie	Áno	
21	Prvé zaškolenie obsluhy	áno	áno/nie	Áno	
22	nový prístroj nepoužívaný	áno	áno/nie	Áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Trenčine

Dňa: 19.2.2021

Ing. Róbert Kútny, na základe  
plnomocenstva



Názov predmetu zákazky:  
Zdravotnícka prístrojová technika IV.

Časť III.: Anestéziologická a monitorovacia technika a ventilátory

### Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplňa ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPLŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		POZNÁMKA
GE Healthcare/GE/B125/B125M Patient monitor			(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Položka č. 6 - Modulárny monitor vitálnych funkcií s možnosťou budúceho rozšírenia o ďalšie moduly monitorovania požadovaný počet: 4 ks					
P. č.	Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1.	2.
1	Vkladanie a vyberanie modulov riešené bez potreby zásahu servisného technika.	áno	áno/nie	Áno	Dash 5000
2	Monitorované parametre: modul monitorovania SpO2 , NIBP, Tepl.,resp., EKG, IBP, OxyCrg, EtCO2	áno	áno/nie	Áno	Dash 5000
3	Monitor vitálnych funkcií pre pacientov od detí po dospelých s dotykovou farebnou obrazovkou	uhlopriečka min. 31 cm	uvedte hodnotu	Áno, 31 cm	Dash 5000
4	Monitor vitálnych funkcií so zobrazením	min. 6 kriviek	áno/nie	Áno, 6 kriviek	Dash 5000
5	Monitor vitálnych funkcií s prepojením pre prenos meraných údajov do centrálnej stanice s možnosťou tlače a archivácie údajov	áno	áno/nie	Áno,	Dash 5000
6	EKG 3, 5 a 10 vodičovými káblami. Zobrazuje krivky aj hodnoty, detekcia QRS, ST analýza, detekcia arytmií, s možnosťou výberu zvodov	Možnosť výberu zvodov I, II, III, aVR, aVL, aVF, C1,C2,C3,C4,C5,C6	uvedte hodnotu	Áno, I, II, III, aVR, aVL, aVF, C1,C2,C3,C4,C5 a C6 (V1, V2, V3, V4, V5 a V6)	Dash 5000
7	Schopnosť 12-zvodovej analýzy ST segmentu, meranie ST elevácie a ST depresie a možnosťou zobraziť ST trendy	áno	áno/nie	Áno	Dash 5000
8	Kontrola pacemakera, sledovanie ischémiie myokardu	áno	áno/nie	Áno	Dash 5000
9	SpO2 - krivka a hodnota v rozsahu min. 1-100 % s meraním pulzu v rozsahom min. 30 - 250 bpm.	áno	áno/nie	Áno	Dash 5000
10	Neinvazívny tlak krvi - systolický, diastolický a stredný s limitmi max. tlaku podľa typu pacienta	áno	áno/nie	Áno	Dash 5000
11	Meranie respirácie	min. rozsahu 4 až 120 dychov /min	uvedte hodnotu	Áno, 4-120 dych/min	Dash 5000
12	Teplota - meranie teploty dutinkovou resp. kožnou sondou.	áno	áno/nie	Áno	Dash 5000
13	Meranie 2 invazívnych tlakov krvi priamo v monitore s prepojovacími káblami k setu podľa špecifikácie užívateľa	áno	áno/nie	Áno	Dash 5000
14	Merania invazívnych tlakov: arteriálny tlak, centrálny venózný tlak, tlak v pľúcnici, ICP (intrakraniálny tlak so zobrazením na obrazovke monitora a centrálneho monitora)	áno	áno/nie	Áno	Dash 5000
15	Meranie ICP katétami min. od 2 výrobcov (Integra Life Sciences/INAMED, alebo GE/Messer Medical Home Care Slovakia)	áno	áno/nie	Áno	Dash 5000
16	Rozsah merania invazívneho tlaku krvi	min. v rozsahu od 40 až do 320 mmHg	uvedte hodnotu	Áno, -40 až 320 mmhg	Dash 5000
17	Monitor optimalizujúci bilanci tekutín monitorovaním parametrov, Systolic pressure variation (SPV) and pulse pressure variation PPV	áno	áno/nie	Áno	Dash 5000
18	Modul pre monitorovania CO2, možnosť voľby jednotiek %, mmHg , kPa	áno	áno/nie	Áno,	Dash 5000
19	Monitor so záložnou batériou s kapacitou prevádzky monitora	min. na 120 minút	uvedte hodnotu	Áno, 240 minút	Dash 5000
20	Jednoduché intuitívne ovládanie s automatickou detekciou pripojených senzorových káblov, s ich automatickým zobrazením na obrazovke, zoradených podľa zadanej priority parametra konfigurovateľnej užívateľom	áno	áno/nie	Áno	Dash 5000
21	Pamäť meraných parametrov v monitore min. na 72 hodín	áno	áno/nie	Áno	Dash 5000
22	Zobrazenie prehľadných trendov vo forme tabuľkových hodnôt ako aj formou grafických kriviek	áno	áno/nie	Áno	Dash 5000
23	Jednoduché nastavenie alarmových hraníc všetkých parametrov so zobrazením aktuálnej meranej hodnoty daného parametra	áno	áno/nie	Áno	Dash 5000
24	Viacúrovňový alarm, akustický aj vizuálny s viditeľnosťou v okolí 180°. Minimálne úrovne: život ohrozujúci, vážny, odporúčací.	áno	áno/nie	Áno	Dash 5000

25	Monitor vitálnych funkcií musí umožňovať rozšírenie o moduly pre meranie: BIS, EEG, metaboliky	áno	áno/nie	Áno	Dash 5000
26	Možnosť rozšírenia o modul PICCO vrátane kompletného príslušenstva (CO termistorový kábel, CO katérový kábel, IBP adaptérový kábel, arteriálneho termodilučného katétra, teplotný senzor injektátu)	áno	áno/nie	Áno	Dash 5000
27	Kompletné príslušenstvo na meranie: EKG káble, saturačný senzor, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku, káble na meranie invazívnych tlakov, príslušenstvo pre meranie teploty, príslušenstvo pre meranie CO2 koncentrácií	áno	áno/nie	Áno	Vrátane požadovaného príslušenstva
<b>Osobitné požiadavky na plnenie:</b>			<b>Osobitné požiadavky na plnenie:</b>		
28	Záruka v mesiacoch	mín. 24	uvedte hodnotu	Áno, 24 mesiacov	
29	Doprava na miesto dodania	áno	áno/nie	Áno	
30	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno	áno/nie	Áno	
31	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného	áno	áno/nie	Áno	
32	Prvé zaškolenie obsluhy	áno	áno/nie	Áno	
33	nový prístroj nepoužívaný	áno	áno/nie	Áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Trenčine

Dňa: 19.2.2021

.....  
Ing. Róbert Kútny, na základe  
plnomocenstva

Názov predmetu zákazky:  
Zdravotnícka prístrojová technika IV.

Časť III.: Anestéziologická a monitorovacia technika a ventilátory

### Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplňa ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPLŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		POZNÁMKA
GE Heaalthcare / R860			(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
<b>Položka č. 7 - Servoventilátor vyššej triedy</b> požadovaný počet: 1 ks					
P. č.	Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. V TOMTO STĽPCI uveďte ponúkané parametre	2.
1	Servoventilátor/dýchací prístroj určený na dlhodobú riadenú aj podpornú (in vazivnu a neinvazivnu) pľúcnu ventiláciu, určený pre všetky vekové kategórie, umožňujúci ventiláciu s dôrazom na čo najprirodzenejšie dýchanie, bezpečné a efektívne odpájanie	áno	áno/nie	áno	
2	Ventilátor musí byť vybavený základnými nastaveniami parametrov, alarmových hraníc a vyhodnocovacích algoritmov v skupinách pre deti a dospelých, vhodný na jednotku intenzívnej starostlivosti/anesteziologicko-resuscitačné oddelenia	áno	áno/nie	áno	
3	Otočná obrazovka	min. 2 roviny	uveďte hodnotu	2 roviny	
4	Uhlopriečka užívateľského farebného dotykového displeja s ovládaním nastavení a so zobrazením parametrov, kriviek a trendov	min. 15"	uveďte hodnotu	15"	
5	Mobilný podvozok s antistatickými brzdami kolieskami	áno	áno/nie	áno	
6	Rameno pre dýchacie hadice s kĺbmi	áno	áno/nie	áno	
7	Záložný zdroj umožňujúci ventiláciu pri výpadku elektrickej energie	min. 120 min	uveďte hodnotu	85 min	
8	Sledovanie nameraných trendov za ostatných	min. 72 hod	uveďte hodnotu	72 hod	
9	USB rozhranie pre stiahnutie trendov, záznamov a konfigurácie	áno	áno/nie	áno	
10	Maximálne 3 úrovne ponúk pre výber akejkoľvek aj špecifickej funkcie	áno	áno/nie	áno	
11	Integrovaný základný pneumatický rozprašovač liečiv	áno	áno/nie	áno	
12	<b>Požadované ventilačné režimy:</b>				
13	Objemová ventilácia - asistovaná objemovo riadená, synchronizovaná intermitentná mandatorná ventilácia - objemovo riadená	áno	áno/nie	áno	
14	Tlaková ventilácia - asistovaná, objemovo riadená tlaková ventilácia, tlaková ventilácia na dvoch alebo viac ako dvoch úrovniach riadiaceho tlaku (DuoPAP, BiPAP, BiLevel, MLV), tlaková podpora a ventilácia s uvoľnením tlaku v dých. cestách APRV	áno	áno/nie	áno	
15	Podpora spontánneho dýchania CPAP: tlaková podpora P5	áno	áno/nie	áno	
16	Adaptívna ventilácia v uzavretej slučke - režim ventilácie zabezpečujúci minútovú ventiláciu pri plynulom prechode z plne riadenej, cez zástupnú až po spontánnu ventiláciu pri snahe o dodržanie ideálnej frekvencie dýchania.	áno	áno/nie	áno	
17	Funkcia neinvazívnej ventilácie	áno	áno/nie	áno	
18	Ventilátor musí umožňovať automaticko-autonómne riadenie minútovej ventilácie, tlaku na konci výdychu a koncentrácie kyslíka, alebo zabezpečuje podobnú funkcionálnu s proporcionálnym automatickým riadením dýchania pacienta na základe neurálnej informácie	áno	áno/nie	áno	
19	Nastavenie koncentrácie O2	áno	áno/nie	áno	
20	Terapia vysokoprietokovým kyslíkom	áno	áno/nie	áno	
21	Invazívne režimy aj neinvazívne režimy	áno	áno/nie	áno	
22	Manuálny dych	áno	áno/nie	áno	
23	Podržanie inspira a expira	áno	áno/nie	áno	
24	Funkcia odsávania	áno	áno/nie	áno	
25	Automatický test pri zapnutí prístroja s textovou aj obrazovou nápodovou	áno	áno/nie	áno	
26	Prístroj s prednastavením ventilačných parametrov - voľba kategórie pacienta, typu ventilácie	áno	áno/nie	áno	
27	Alarm delený do priorit podľa dôležitosti s farebným aj akustickým rozlíšením	áno	áno/nie	áno	
28	Integrovaný kyslíkový snímač	áno	áno/nie	áno	
29	Automatická kompenzácia odporu okruhu	áno	áno/nie	áno	



30	Ventilačná podpora nasálnym vysokým prietokom	áno	áno/nie	áno	
31	Ventilačná podpora vysokým prietokom aplikovaná tracheostomicky	áno	áno/nie	áno	
32	Automatická kompenzácia úniku počas NIV so zobrazením	áno	áno/nie	áno	
33	Ventilačný režim s automatickým prechodom z riadenej ventilácie na podpornú ventiláciu.	áno	áno/nie	áno	
34	Aktívne zvlhčovanie - manuálne aj automatické stanovenie parametrov	áno	áno/nie	áno	
35	Nebulizátor ultrazvukový integrovaný v prístroji	áno	áno/nie	áno	
36	Vstavaný modul objemovej kapnometrie mainstream a oxymetrie so zobrazením krivky a číselnej hodnoty na displeji prístroja	áno	áno/nie	áno	
37	Grafické vyobrazenie mechaniky pľúc - animácia pľúc s parametrami v reálnom čase, alebo ekvivalentné zobrazenia	áno	áno/nie	áno	
38	Riadenie recruitment manévra a stanovenie inflexných bodov P/V	áno	áno/nie	áno	
<b>Požadované rozsahy vybraných parametrov:</b>					
39	Frekvencia ventilácie	min. od 1 do 120 dychov/min (v kategórii dospelý)	uvedte hodnotu	od 3 do 150 dych /min	
40	Manuálny dych, Inspiračný a expiračný hold,	áno	áno/nie	áno	
41	Dychový objem Vt v rozsahu	min. od 2 až do 2000	uvedte hodnotu	od 2 až do 2000	
42	Inspiračný prietok v rozsahu	min. od 2 do 180 l/min	uvedte hodnotu	od 2 do 180 l/min	
43	Inspiračný Tlak P <sub>insp</sub> v rozsahu	min. 1 do 70 cmH <sub>2</sub> O	uvedte hodnotu	1 do 70 cmH <sub>2</sub> O	
44	Peep v rozsahu	min. 0 do 50 cmH <sub>2</sub> O	uvedte hodnotu	od 0 do 50 cmH <sub>2</sub> O	
45	Tlaky, prietoky a objemy dýchacích ciest	áno	áno/nie	áno	
46	Minutový objem (inspirovaný, expirovaný, spontánny),	áno	áno/nie	áno	
47	Odpor a poddajnosť, P0.1, monitorovanie mechanických vlastností pľúc, časové konštanty	áno	áno/nie	áno	
48	Automatické riadenie a monitorovanie tlaku v manžete kanyly	áno	áno/nie	áno	
49	Volumetrická kapnografia, alveolárna ventilácia	áno	áno/nie	áno	
50	Prístroj musí mať pamäť udalostí a histórie uskutočnených zmien v nastavení a priebehu ventilácie, pre jej spätnú analýzu	áno	áno/nie	áno	
51	Prístroj musí mať jednoducho vyberateľný expiračný ventil	áno	áno/nie	áno	
52	Servoventilátor musí umožňovať prepojenie do nemocničnej informačnej siete pre budúcu elektronickú archiváciu údajov	áno	áno/nie	áno	
<b>Osobitné požiadavky na plnenie:</b>			<b>Osobitné požiadavky na plnenie:</b>		
53	Záruka v mesiacoch	min. 24	uvedte hodnotu	24	
54	Doprava na miesto dodania	áno	áno/nie	áno	
55	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno	áno/nie	áno	
56	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného	áno	áno/nie	áno	
57	Prvé zaškolenie obsluhy	áno	áno/nie	áno	
58	nový prístroj nepoužívaný	áno	áno/nie	áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Trenčine

Dňa: 19.2.2021

Ing. Róbert Kútny, na základe  
plnomocenstva

## Príloha č.C.1: Návrh na plnenie kritéria

### NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny.

Predmet zákazky: **Zdravotnícka prístrojová technika IV.** – [uchádzač doplní označenie Časti, na ktorú uchádzač predkladá ponuku - Časť III.]

Obchodné meno a sídlo uchádzača:	Unotech spol. s r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín	
Uchádzač je registrovaným platiteľom DPH v SR:	Áno <input checked="" type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:	Najnižšia cena predmetu zákazky	

Názov kritéria	Merná jednotka	Návrh uchádzača		
		bez DPH	Hodnota DPH (%)	s DPH
Najnižšia cena	Celková cena v EUR <u>bez DPH</u>	173065,00	20	207678,00

V Trenčíne dňa 19.2.2021

---

Ing. Peter Havier, konateľ  
v zastúpení Ing. Róbert Kútny  
na základe plnomocenstva

1 CENOVÁ TABUĽKA PRE ČASŤ III. PREDMETU ZÁKAZKY

č.p.	Názov položky Opis položky	Množstvo (ks)	Jednotková cena v EUR bez DPH	Celková cena za položku v EUR bez DPH	DPH v EUR (sadzba 20 %)	Celková cena za položku v EUR vrátane DPH
1.	Kompaktný, mobilný inhalačný anestéziologický prístroj s integrovaným ventilátorom a monitorom ventilačných parametrov (tlak a objem)	1	25540,00	25540,00	5108,00	30648,00
2.	Transportný ventilátor	1	16120,00	16120,00	3224,00	19344,00
3.	Anestéziologický prístroj strednej triedy	1	34005,00	34005,00	6801,00	40806,00
4.	Systém na monitorovanie pacientov skladajúci sa z kompaktných patientskych monitorov strednej triedy vybavených meraním 3, 5, alebo 12 zvodov EKG	1	24800,00	24800,00	4960,00	29760,00
5.	Monitor vitálnych funkcií pacienta	2	2600,00	5200,00	1040,00	6240,00
6.	Modulárny monitor vitálnych funkcií s možnosťou budúceho rozšírenia o ďalšie moduly monitorovania	4	7100,00	28400,00	5680,00	34080,00
7.	Servoventilátor vyššej triedy	1	39000,00	39000,00	7800,00	46800,00
<b>Celková cena za Časť III. v EUR bez DPH</b>				173065,00		
<b>Výška DPH v EUR (sadzba 20 %)</b>				34613,00		
<b>Celková cena za Časť III. v EUR vrátane DPH</b>				207678,00		

V Trenčíne dňa 19.2.2021

---

Ing. Peter Havier, konateľ  
v zastúpení Ing. Róbert Kútny  
na základe plnomocenstva



## Príloha č. D.1 súťažných podkladov

Uchádzač vyberie alternatívne časti návrhu zmluvy [Alt. 1: Časť I. / Alt. 2: Časť II. / Alt. 3: Časť III. / Alt. 4: Časť IV. / Alt. 5: Časť V. / Alt. 6: Časť VI. / Alt. 7: Časť VII. / Alt. 8: Časť VIII. / Alt. 9: Časť IX.] podľa toho, na ktorú časť predmetu zákazky predkladá ponuku.

### KÚPNA ZMLUVA č. .... / .....

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej tiež len „Zmluva“)

#### Kupujúci:

Obchodné meno: **Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.**  
Sídlo: Banisko 273/1, 977 01 Brezno  
IČO: 31 908 969  
DIČ: 2021607687  
IČ DPH: SK2021607687  
koná: Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2777 8739  
(ďalej len „Kupujúci“)

a

#### Predávajúci:

Obchodné meno: **Unotech, spol. s r.o.**  
Sídlo: Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín  
IČO: 31424562  
DIČ: 2020384322  
IČ DPH: SK2020384322  
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu *Trenčín* oddiel: *Sro*, vložka číslo: 1564/R  
V mene spoločnosti koná: Ing. Peter Havier, konateľ  
V zastúpení Ing. Róbert Kútny, na základe plnomocenstva  
IBAN: SK42 1100 0000 0026 2027 0836  
SWIFT: TATRSKBX  
(ďalej len „Predávajúci“)

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

### Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu v súlade s výsledkom súťaže na obstaranie Časť IV. predmetu nadlimitnej zákazky s názvom **Zdravotnícka prístrojová technika IV.**, ktorá bola vyhlásená zverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania 269/2020 zo dňa 23.12.2020 pod číslom 45521 – MST a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie 2020/S 249-620048] zo dňa 22.12.2020 (ďalej len „Verejná súťaž“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákon o verejnom obstarávaní“).

Ponuka Predávajúceho bola vo Verejnej súťaži vyhodnotená ako úspešná, na základe čoho sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu, ktorá upravuje práva a povinnosti Zmluvných strán pri dodaní predmetu zákazky Predávajúcim Kupujúcemu.

Predmet Zmluvy bude financovaný z 95 % z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Kupujúcemu Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Poskytovateľ NFP“), pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov Kupujúceho.

## Čl. I Predmet Zmluvy

- 1.1. Predmetom Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu hnutelné veci uvedené v bode 1.2 tejto Zmluvy (ďalej tiež len „**Predmet kúpy**“ alebo „**tovar**“) a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu za riadne dodaný tovar dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v článku II. tejto Zmluvy.
- 1.2. Predmet kúpy musí byť nový, nerepasovaný a nepoužívaný. Predmet kúpy tvoria nižšie uvedené veci vrátane súvisiacich služieb bližšie definovaných v Prílohe č. 1 Špecifikácia predmetu kúpy tejto Zmluvy:

### Časť IV.

Č.p.	Názov	Množstvo (ks)	Identifikácia predmetu kúpy
1.	Resuscitačný vozík s mobilným boxom zaistenia dýchacích ciest	1	Čechovo/Resuscitačný vozík RSX 1
2.	Externý kardiostimulátor pre efektívnu stimuláciu dočasných porúch rytmu	1	Osyпка / model 101
3.	Prístroj na chladenie/ohrievanie pacientov	1	Medivance / Arctic Sun 5000 /Arctic Sun 5000 temperature management system
4.	Špecializovaný liekový vozík	3	Čechovo/Liekový vozík LIX 3

Predmet kúpy je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto Zmluvy – Špecifikácia predmetu kúpy.

- 1.3. Súčasťou dodania Predmetu kúpy je aj poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné užívanie tovaru na účel, na ktorý sú vyrobené a určené, a to najmä, no nie len výlučne:
- 1.3.1. návod na použitie/obsluhu tovaru v slovenskom, resp. v českom jazyku,
  - 1.3.2. záručný list,
  - 1.3.3. všetky ďalšie doklady a dokumenty vyžadované platnou legislatívou SR a Európskej únie, ktoré sú potrebné k riadnemu užívaniu tovaru na požadovaný účel,
  - 1.3.4. vyhlásenia o zhode alebo CE certifikáty pre jednotlivé tovary tvoriace Predmet kúpy,
  - 1.3.5. iné doklady v zmysle Prílohy č. 1 Špecifikácia predmetu kúpy tejto Zmluvy.
- 1.4. Predávajúci sa zároveň zaväzuje, že súčasťou dodania Predmetu kúpy v rámci dohodnutej kúpnej ceny uvedenej v článku II. tejto Zmluvy je aj:

poskytnutie záruky na Predmet kúpy v zmysle čl. IV tejto Zmluvy.

### Alt. 4: Časť IV.

vykonávanie pravidelných servisných prehliadok Položky č. 3 Prístroj na chladenie/ohrievanie pacientov Predmetu kúpy v pravidelnom intervale 12 mesiacov po dobu (60) šesťdesiat mesiacov a poskytnutie záruky na Predmet kúpy v zmysle čl. IV tejto Zmluvy.

## Čl. II Kúpna cena a platobné podmienky

- 2.1 Kúpna cena je stanovená dohodou Zmluvných strán na základe cenovej ponuky Predávajúceho predloženej vo Verejnej súťaži, ktorá je uvedená v Prílohe č. 2 – Cenová tabuľka tejto Zmluvy a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len ako „Kúpna cena“).
- 2.2 Celková Kúpna cena za dodaný Predmet kúpy a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:
- Cena bez DPH: 38 500,00 EUR
- Sadzba DPH: 7 700,00 EUR
- Cena s DPH: 46 200,00 EUR
- (slovom: štyridsaťšesťtisícdivesto EUR)
- (ďalej aj ako „Kúpna cena“)
- 2.3 Kúpnu cenou sa rozumie konečná cena vrátane všetkých ciel a daňových poplatkov, nákladov súvisiacich s dodaním Predmetu kúpy podľa bodu 1.2 článku I. Zmluvy na miesto dodania dohodnuté touto Zmluvou ako aj nákladov na odstraňovanie väd v záručnej lehote podľa článku IV. Zmluvy ako aj všetkých ďalších služieb, činností, výkonov a ostatných nákladov Predávajúceho v súvislosti s predajom Predmetu kúpy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- 2.4 Kupujúci neposkytuje za Predmet kúpy zálohu ani nijaké preddavky z Kúpnej ceny.
- 2.5 Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru na zaplatenie Predmetu kúpy až po potvrdení dodania Predmetu kúpy zo strany Kupujúceho podpisom protokolu o dodaní a prevzatí tovaru podľa bodu 3.4 článku III. tejto Zmluvy.
- 2.6 Splatnosť faktúry je (60) šesťdesiat dní od jej preukázaného doručenia Kupujúcemu. Peňažný záväzok Kupujúceho vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom pripísania príslušnej sumy v prospech účtu Predávajúceho.
- 2.7 Faktúra musí byť vystavená v súlade s § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany budú pri fakturácii podľa tejto Zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, pokiaľ im z tohto zákona takáto povinnosť vyplýva.
- 2.8 Faktúra (daňový doklad) musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- obchodné meno Predávajúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty,
  - bankové spojenie Predávajúceho (názov a adresa banky Predávajúceho, SWIFT kód),
  - číslo bankového účtu v tvare IBAN,
  - názov Kupujúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne Kupujúceho a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené,
  - poradové číslo faktúry,
  - dátum dodania predmetu plnenia Kupujúcemu, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
  - dátum vyhotovenia faktúry,
  - množstvo a druh dodaného tovaru,
  - základ dane z pridanej hodnoty (ďalej aj ako „DPH“), jednotkovú cenu bez DPH a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
  - sadzbu DPH, údaj o oslobodení od DPH alebo v prípadoch, ak Predávajúci neuplatňuje na faktúre DPH z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť DPH, s uvedením príslušného ustanovenia právnych predpisov, ktoré to odôvodňujú,
  - výšku DPH spolu v mene EUR,
  - celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta,
  - číslo a názov Zmluvy,
  - názov Projektu Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno



- 2.9 Na účely fakturácie sa za deň dodania Predmetu kúpy Kupujúcemu považuje deň podpísania Protokolu o dodaní obidvomi Zmluvnými stranami v zmysle bodu 3.4 článku III. tejto Zmluvy.

### Čl. III

#### Miesto a lehota dodania Predmetu kúpy a preberanie Predmetu kúpy

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že miestom dodania Predmetu kúpy je adresa sídla Kupujúceho: Nemocnica s poliklinikou Brezno n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Predmet kúpy podľa tejto Zmluvy bude dodaný do:

#### **Alt. 4: Časť IV.**

(5) piatich týždňov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.

- 3.3 Povinnosť Predávajúceho dodať Kupujúcemu Predmet kúpy je splnená tým, že dodá Predmet kúpy na miesto dodania v dohodnutom množstve a kvalite a Kupujúcemu umožní s Predmetom kúpy nakladať (t. j. Predmet kúpy prevziať) v dohodnutom mieste dodania. Kupujúci sa zaväzuje prevziať Predmet kúpy v dohodnutom mieste dodania.
- 3.4 O riadnom dodaní Predmetu kúpy Predávajúci a Kupujúci spíšu protokol o dodaní a prevzatí tovaru (ďalej len „**Preberací protokol**“). Preberací protokol musí obsahovať minimálne nasledovné náležitosti: identifikačné údaje Predávajúceho a Kupujúceho, množstvo dodaného tovaru, sumu predmetného plnenia, informáciu o poskytnutých súvisiacich službách v zmysle Prílohy č. 1 Špecifikácia predmetu kúpy tejto Zmluvy, miesto dodania Predmetu kúpy, dátum vyhotovenia Preberacieho protokolu, podpisy oprávnených osôb za Predávajúceho a Kupujúceho.
- 3.5 Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie Predmetu kúpy v prípade, ak nie je dodaný v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.

### Čl. IV

#### Záruka a zodpovednosť za vady

- 4.1 Predávajúci sa zaväzuje, že Predmet kúpy bude spĺňať dohodnutý účel a vlastnosti vyplývajúce z Prílohy č. 1 – Špecifikácia predmetu kúpy a zároveň bude spĺňať technické požiadavky uvedené v súťažných podkladoch k Verejnej súťaži a následne uvedené v ponuke Predávajúceho.
- 4.2 Záručná doba na:

#### **Časť IV,**

Predmet kúpy je (24) dvadsaťštyri mesiacov odo dňa jeho prevzatia zo strany Kupujúceho.

- 4.3 Dátum prevzatia Predmetu kúpy bude uvedený na Preberacom protokole podľa bodu 3.4 článku III. tejto Zmluvy.
- 4.4 Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí Kupujúci uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú. Kupujúci je povinný vady tovaru bez zbytočného odkladu po ich zistení písomne oznámiť kontaktnej osobe Predávajúceho uvedenej v bode 9.3.1 tejto Zmluvy (ďalej len „**uplatnenie záruky**“). Oznámenie o vadách tovaru musí obsahovať:
- 4.4.1 identifikáciu Zmluvy,
  - 4.4.2 presnú identifikáciu Predmetu kúpy podľa Zmluvy, resp. Prílohy č. 1 – Špecifikácia Predmetu kúpy,
  - 4.4.3 popis vady Predmetu kúpy alebo spôsob, akým sa vada prejavuje,

- 4.4.4 určenie spôsobu uspokojenia nároku zo záruky.
- 4.5 V uplatnení záruky je Kupujúci povinný určiť, aké nároky si uplatňuje zo záruky. V prípade oprávnenej reklamácie môže Kupujúci požadovať podľa svojho uváženia:
- 4.5.1 vrátenie zaplatenej Kúpnej ceny za Predmet kúpy vykazujúci vady akosti a/alebo vady druhu,
  - 4.5.2 zľavu z kúpnej ceny za Predmet kúpy vykazujúci vady akosti,
  - 4.5.3 výmenu Predmet kúpy vykazujúceho vady akosti za bezchybný tovar a/alebo vady druhu tovaru za Predmet kúpy identifikovaný v Zmluve, resp. Prílohe č. 1 – Špecifikácia Predmetu kúpy,
  - 4.5.4 opravu Predmetu kúpy vykazujúceho vady akosti, ak sú vady opraviteľné.
- 4.6 Popri nárokoch ustanovených v bode 4.5 tejto Zmluvy má Kupujúci nárok na náhradu škody.
- 4.7 V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.5.1 a 4.5.2 vyššie tohto článku Zmluvy je Predávajúci povinný vystaviť a doručiť Kupujúcemu dobropis (oprava základu dane s náležitosťami podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov) so splatnosťou (30) tridsať dní odo dňa jeho doručenia Kupujúcemu.
- 4.8 V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.5.3 vyššie tohto článku Zmluvy je Predávajúci povinný vymeniť Predmet kúpy vykazujúci vady akosti a /alebo vady druhu za bezchybný Predmet kúpy.
- 4.9 V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.5.4 vyššie tohto článku Zmluvy je Predávajúci povinný na servisnú odozvu maximálne do (12) dvanásť hodín odo dňa doručenia uplatnenia záruky v zmysle bodu 4.4 vyššie a na vykonanie servisného zásahu maximálne do 24 hodín odo dňa doručenia uplatnenia záruky. Predávajúci je povinný odstrániť vady, resp. poruchy Predmetu kúpy, t. j. uvedenie Predmetu kúpy do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom na mieste, resp. v lehote najneskôr do 48 hodín odo dňa doručenia uplatnenia záruky v zmysle bodu 4.4 vyššie. V prípade, ak si charakter a predmet vady, resp. poruchy vyžaduje dlhšiu dobu opravy (t. j. odstránenie vady, resp. poruchy si vyžaduje prevzatie Predmetu kúpy do opravy alebo zabezpečenie originálneho náhradného dielca na Predmet kúpy od výrobcu) a pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodli inak platí, že Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu na vlastné náklady zabezpečiť odobratie reklamovaného Predmetu kúpy vykazujúceho vady akosti, resp. poruchy a /alebo vady druhu z miesta dodania. Predávajúci je v tomto prípade povinný najneskôr do (3) troch pracovných dní odo dňa doručenia uplatnenia záruky na vlastné náklady dodať Kupujúcemu do miesta dodania náhradný Predmet kúpy v kvalite dohodnutej podľa tejto Zmluvy (ďalej len „**náhradný Predmet kúpy**“). Na dodanie a preberanie náhradného Predmetu kúpy sa primerane uplatnia príslušné ustanovenia týkajúce sa dodania a preberania Predmetu kúpy podľa tejto Zmluvy.
- 4.10 Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym užívaním Predmetu kúpy alebo neodbornou manipuláciou s Predmetom kúpy, resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Rovnako Predávajúci nezodpovedá za vady Predmetu kúpy, ktoré vzniknú v dôsledku vyššej moci (vis maior) alebo vandalizmu.
- 4.11 Záruka zaniká pred uplynutím záručnej doby, najmä ak:
- bol Predmet kúpy zo strany Kupujúceho alebo z jeho podnetu pozmenený nedovoleným spôsobom, odlišujúcim sa od jeho technického riešenia,
  - bol Predmet kúpy používaný na činnosti v rozpore s jeho účelom.
- 4.12 V prípade uplatňovania nárokov z väd Predmetu kúpy v rámci záručnej doby Kupujúcim sa primerane uplatnia príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

## Čl. V Zmluvné sankcie

- 5.1 Za omeškanie Predávajúceho s riadnym dodaním Predmetu kúpy alebo jeho časti má Kupujúci nárok na sankciu vo výške 0,05 % Kúpnej ceny, resp. časti Kúpnej ceny za každý čo i len začatý deň omeškania.

Omeškanie trvajúce viac ako (30) tridsať dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy.

- 5.2 Za omeškanie Kupujúceho so zaplacením Kúpnej ceny má Predávajúci nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý čo i len začatý deň omeškania.
- 5.3 V prípade omeškania Predávajúceho so splnením povinnosti odstrániť vady Predmetu kúpy alebo jeho časti podľa článku IV. tejto zmluvy, zaplatí Predávajúci Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý aj začatý deň omeškania až do odstránenia vady.
- 5.4 Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty si oprávnená strana uplatní doručením penalizačnej faktúry druhej Zmluvnej strane so splatnosťou (14) štrnásť dní odo dňa jej doručenia povinnej Zmluvnej strane. Vznikom povinnosti Predávajúceho zaplatiť zmluvnú pokutu a ani jej skutočným zaplatením nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti Predávajúceho a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená, pričom zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.

## **Čl. VI**

### **Vlastnícke právo a zodpovednosť za škodu**

- 6.1 Vlastnícke právo k Predmetu kúpy, resp. k jeho časti prechádza na Kupujúceho prevzatím Predmetu kúpy, tzn. okamihom podpisu Preberacieho protokolu zo strany Kupujúceho podľa bodu 3.4 článku III. tejto Zmluvy s vyznačením riadneho dodania Predmetu kúpy.
- 6.2 Nebezpečenstvo škody a riziko náhodnej skazy na Predmete kúpy, resp. jeho časti prechádza na Kupujúceho až momentom podpísania Preberacieho protokolu. Do momentu podpísania Preberacieho protokolu znáša nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy, resp. jeho časti Predávajúci.

## **Čl. VII**

### **Ukončenie Zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov**

- 7.1 Táto zmluva trvá až do okamihu riadneho dodania Predmetu kúpy vrátane súvisiacich služieb v zmysle Prílohy č. 1 Špecifikácia predmetu kúpy tejto Zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Táto zmluva zanikne aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednou zo Zmluvných strán.
- 7.2 V prípade zániku Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto Zmluva zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
- 7.3 Od tejto Zmluvy možno písomne odstúpiť iba v zákonom stanovených prípadoch a v prípadoch uvedených v tejto Zmluve.
- 7.4 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy najmä v prípade, ak:
  - 7.4.1 v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Predávajúceho pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní,
  - 7.4.2 Zmluva nemala byť uzavretá s Predávajúcim v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,
  - 7.4.3 Predávajúci je v omeškaní s dodaním Predmetu kúpy o viac ako (30) tridsať dní,
  - 7.4.4 Predávajúci koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a na písomnú výzvu Kupujúceho toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,



- 7.4.5 Predávajúci nebol v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplývala zo Zákona o verejnom obstarávaní, alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora,
- 7.4.6 Predávajúci nebude opakovane, aj napriek predchádzajúcej výzvy Kupujúceho dodržiavať postup a plniť povinnosti vyplývajúce z bodu 3.4 tejto Zmluvy.
- 7.5 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Kupujúci poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považuje, ak sa Kupujúci dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako (30) tridsať dní od dohodnutého termínu splatnosti faktúry. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že Predávajúci je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.
- 7.6 Právne účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
- 7.7 Ukončením platnosti tejto Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, okrem nárokov na úhradu už poskytnutého plnenia, spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok Kupujúceho na bezplatné odstránenie zistených väd dodania, resp. záručných väd.

## Čl. VIII Subdodávateľa

- 8.1 Predávajúci je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 – Zoznam subdodávateľov tejto Zmluvy. V zozname subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého subdodávateľa vo finančnom vyjadrení z celkovej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Ak to vyplýva zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“), musí byť subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 8.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Predávajúci záujem zmeniť alebo doplniť svojich subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
- 8.2.1 subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS, ak táto povinnosť vyplýva z uvedeného zákona,
- 8.2.2 subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené),
- 8.2.3 Predávajúci oznámi Kupujúcemu návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.
- 8.3 Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 8.2.3 tohto článku Zmluvy a aktualizovaným znením Prílohy č. 3 Zoznam subdodávateľov musí Predávajúci predložiť Kupujúcemu najneskôr (3) tri pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Kupujúci má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 8.2 vyššie.
- 8.4 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto článku Zmluvy.
- 8.5 V prípade, ak Predávajúci využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy subdodávateľa, Predávajúci za konanie subdodávateľa voči Kupujúcemu zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám.
- 8.6 V prípade porušenia niektorej z povinností Predávajúceho podľa bodov 8.1 až 8.3 tohto článku Zmluvy (napr. neodovzdanie zoznamu subdodávateľov, neoznámenie prípadnej zmeny subdodávateľa, nenahradenie subdodávateľa v prípade výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora počas trvania tejto Zmluvy) je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške

10 000,00 EUR (slovom: desaťtisíc euro) za každé jednotlivé porušenie týchto povinností, a to aj opakovane.

## Čl. IX Záverečné ustanovenia

- 9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 9.2 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 9.3 Zmluvné strany pre účely tejto Zmluvy určujú kontaktné osoby zodpovedné za komunikáciu v súvislosti s touto zmluvou takto:
- 9.3.1 za Predávajúceho:
- meno: *Simona Pacifico, B.S.B.A.*  
tel: *+421910287615*  
e-mail: *pacifico@unotech.sk*
- 9.3.2 za Kupujúceho:
- meno: *[doplní Kupujúci najneskôr pri podpise Zmluvy]*  
tel: *[doplní Kupujúci najneskôr pri podpise Zmluvy]*  
e-mail: *[doplní Kupujúci najneskôr pri podpise Zmluvy]*
- 9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou, tzn. akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s touto Zmluvou, si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme písomnosť zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte v odbernej lehote, písomnosť sa považuje za doručенú tretím dňom po vrátení písomnosti odosielateľovi, aj keď sa adresát o obsahu uloženej písomnosti nedozvedel. Pre operatívnu komunikáciu Zmluvných strán sa môže využívať forma elektronickej komunikácie, napr. v podobe emailu, pričom platia údaje určené pre elektronicnú komunikáciu podľa bodu 9.3., pre odstránenie pochybností takouto formou nie je prípustná komunikácia týkajúca sa ukončenia platnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra, takéto doručenie je možné výlučne v bežných úradných hodinách.
- 9.5 Predávajúci nie je oprávnený dohodnúť sa s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho.
- 9.6 Z dôvodu, že predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku s Poskytovateľom NFP (ďalej len „Zmluva o NFP“), zaväzuje sa Predávajúci strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
- 9.6.1 Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
- 9.6.2 Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- 9.6.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

- 9.6.4 orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- 9.6.5 splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- 9.6.6 Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- 9.6.7 osoby prizvané orgánmi podľa bodu 9.6.1 až 9.6.6 vyššie v súlade s príslušnými Právnymi predpismi. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

Predávajúci je povinný strpieť kontrolu zo strany Poskytovateľa NFP v zmysle Zmluvy o NFP medzi poskytovateľom a prijímateľom NFP.

- 9.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Kupujúci obdrží dva (2) rovnopisy a Predávajúci obdrží dva (2) rovnopisy.
- 9.8 Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ak v tejto Zmluve nie je ustanovené inak.
- 9.9 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvy strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim právnomu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.
- 9.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 9.11 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy:
  - Príloha č. 1 Špecifikácia Predmetu kúpy [predloží úspešný uchádzač - bude v súlade s jeho ponukou a Časťou B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov]
  - Príloha č. 2 Cenová tabuľka [predloží uchádzač vo svojej ponuke]
  - Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov [predloží úspešný uchádzač najneskôr pri podpise Zmluvy]

V Brezne, dňa .....

V Trenčíne dňa 19.2.2021

Kupujúci:

Predávajúci:

\_\_\_\_\_  
Za Nemocnicu s poliklinikou Brezno n.o.  
Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ

\_\_\_\_\_  
Za Unotech spol. s r.o. Ing. Peter Havier, konateľ  
v zastúpení Ing. Róbert Kútňy, na základe  
plnomocenstva



Názov predmetu zákazky:  
Zdravotnícka prístrojová technika IV.

Časť IV.: Vybavenie urgentného príjmu a OAIM

## Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplňa ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPLEŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		POZNÁMKA
Čechovo/Resuscitačný vozík RSX 1			(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
<b>Položka č. 1 - Resuscitačný vozík s mobilným boxom zaistenia dýchacích ciest</b> požadovaný počet: 1 ks					
P. č.	Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. V TOMTO STĽPCI uvedte ponúkané parametre	2.
1	výška základného vozíka	min. 90 cm max. 116 cm	uvedte hodnotu	102m	
2	výška vozíka vrátane príslušenstva	max. 210 cm	uvedte hodnotu	210 cm	
3	šírka základného vozíka	min. 60 cm max. 85 cm	uvedte hodnotu	64cm	
4	hlbka základného vozíka	min. 40 cm max. 60 cm	uvedte hodnotu	52cm	
5	zásuvka hlboká	min. 2 ks	uvedte hodnotu	2 ks	
6	zásuvka stredná	min. 1 ks	uvedte hodnotu	1 ks	
7	zásuvka plytká	min. 2 ks	uvedte hodnotu	2 ks	
8	nadstavba boxy	min. 9 boxov ( 4x veľký, 5x malý)	uvedte hodnotu	9 boxov ( 4x veľký, 5x malý)	
9	nádoba na odpad	áno	áno/nie	áno	
10	držiak rukavíc	áno	áno/nie	áno	
11	nastaviteľná výška držáka rukavíc	áno	áno/nie	áno	
12	držiak kyslíkovej fľaše	áno	áno/nie	áno	
13	sklopná doska	áno	áno/nie	áno	
14	nosnosť sklopnej dosky	min 10 kg	uvedte hodnotu	min 10 kg	
15	držiak defibrilátora	áno	áno/nie	áno	
16	nosnosť držáka defibrilátora	min. 10 kg	uvedte hodnotu	min. 10 kg	
17	natočiteľnosť držáka defibrilátora	min. 240°	uvedte hodnotu	min. 240°	
18	držiak kontajneru	áno	áno/nie	áno	
19	resuscitačná podložka	áno	áno/nie	áno	
20	prívodný kábel k lište	min. 1,8 m	uvedte hodnotu	min. 1,8 m	
21	otvárač ampuliek	áno	áno/nie	áno	
22	kolieska otočné s nárazníkom (s brzdou)	4 ks (min. 2 ks s brzdou)	uvedte hodnotu	4 ks (min. 2 ks s brzdou)	
23	pracovná doska	áno	áno/nie	áno	
24	konštrukcia - nerezová (AISI304) s antivibračnými prelismi po celom obvode vozíka	áno	áno/nie	áno	
25	pracovná doska - z nerezovej ocele AISI 304 s prelisom s ochrannými plastovými prvkami z ABS v rohoch	áno	áno/nie	áno	
26	zásuvky - osadené na teleskopických guľôčkových plnovýsuvoch s dotiahom a dotlmením	áno	áno/nie	áno	
27	zásuvky - vnútro zásuviek je tvorené modulovým košom z vysoko odolného ABS plastu s predprípravou na rozdelenie priehradkami z ABS plastu alebo funkčný ekvivalent	áno	áno/nie	áno	
28	čelo zásuviek - tvrdý ABS plast so zaoblenými hranami, na vnútornej strane s gumovým profilom, ktorý zabezpečuje prachotesnosť zásuvky alebo funkčný ekvivalent	áno	áno/nie	áno	
29	zásuvky - možnosť výberu farby podľa vzorkovníka	áno	áno/nie	áno	
30	záмок zásuviek	centrálny	uvedte hodnotu	centrálny	
31	tlačné madlo a madlá zásuviek - z nerezovej ocele AISI304 vsadené do plastových úchytiak	áno	áno/nie	áno	
32	nárazníky - umiestnené v rohoch podvozku vozíka, chránia vozík pred poškodením	áno	áno/nie	áno	
33	nádoba na odpad - z nerezovej ocele B52 odoberateľná	áno	áno/nie	áno	
34	nadstavba boxy - plastové boxy s poistkou proti otváraníu pri manipulácii s vozíkom, odoberateľná	áno	áno/nie	áno	
35	držiak nadstavby - z nerezovej ocele AISI 304, výškovo nastaviteľný	áno	áno/nie	áno	

36	infúzný stojan - z nerezovej ocele AISI 304, výškovo nastaviteľný, upevnený na nadstavbe s boxami	áno	áno/nie	áno	
37	držiak kontajneru - z PVC pásky, možnosť zmeny priemeru podľa priemeru kontajnera	áno	áno/nie	áno	
38	sklopný stolík - z nerezovej ocele AISI 304 s prelisom	áno	áno/nie	áno	
39	držiak defibrilátora - z nerezovej ocele AISI 304 s ohrádkou a s upínacími popruhmi, výškovo nastaviteľný a otočný	áno	áno/nie	áno	
40	držiak rukavíc - z nerezovej ocele AISI 304, výškovo nastaviteľný	áno	áno/nie	áno	
41	otvárač ampuliek - z nerezovej ocele AISI 304, odnímateľný a otvárateľný	áno	áno/nie	áno	
42	držiak kyslíkovej fľaše - z nerezovej ocele, s upínacími popruhmi	áno	áno/nie	áno	
43	resuscitačná podložka - vysoko odolný laminát HPL, compact so samodezinfekčným účinkom alebo fumkčný ekvivalent	áno	áno/nie	áno	
44	zásuvková lišta - hliníkový plášť, s ochranným kontaktom	áno	áno/nie	áno	
45	držiak zásuvkovej lišty - z nerezovej ocele AISI 304	áno	áno/nie	áno	
46	držiak na odsávačku - z nerezovej ocele AISI 304 s upínacími popruhmi	áno	áno/nie	áno	
47	antistatické prevedenie	áno	áno/nie	áno	
<b>Osobitné požiadavky na plnenie:</b>			<b>Osobitné požiadavky na plnenie:</b>		
48	Záruka v mesiacoch	min. 24	uvedte hodnotu	24	
49	Doprava na miesto dodania	áno	áno/nie	áno	
50	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno	áno/nie	áno	
51	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky	áno	áno/nie	áno	
52	Prvé zaškolenie obsluhy	áno	áno/nie	áno	
53	nový prístroj nepoužívaný	áno	áno/nie	áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Trenčine

Dňa: 19.2.2021

Ing. Róbert Kútny, na základe  
plnomocenstva

Názov predmetu zákazky:  
Zdravotnícka prístrojová technika IV.

Časť IV.: Vybavenie urgentného príjmu a OAİM

## Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplňa ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPLŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu		Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		POZNÁMKA	
Osyпка / model 101					
Položka č. 2 - Externý kardiostimulátor pre efektívnu stimuláciu dočasných porúch rytmu požadovaný počet: 1 ks		(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)	
P. č.	Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. V TOMTO STĽPCI uvedte ponúkané parametre	2.
1	Riešenie bradykardie	áno	áno/nie	áno	
2	Dočasná stimulácia pred implantáciou trvalého kardiostimulátora	áno	áno/nie	áno	
3	Podpora srdca pri operáciách	áno	áno/nie	áno	
4	Priame a jednoduché nastavenie parametrov	áno	áno/nie	áno	
5	Chránené konektory - hrúbka	min. 0,9 – 2,0 mm	uvedte hodnotu	0,9 – 2,0 mm	
6	Životnosť batérie	min. 1000 hod	uvedte hodnotu	1000 hod	
7	Monitoring životnosti batérie s akustickým signálom	áno	áno/nie	áno	
8	Bazálna frekvencia	až do 180/min, pri použití v pediatrii	uvedte hodnotu	do 180/min, pri použití v pediatrii	
9	Možnosť zdvojnásobiť, štvornásobiť frekvenciu pre ukončenie atriálnej tachykardie	áno	áno/nie	áno	
10	Stimulačné módy: primárne: DDD, VVI, AAI, VDD	áno	áno/nie	áno	
11	Stimulačné módy: doplnkové: D00, V00, A00, DVI, DAI, VAT, AAT, DDD+AT, DAT	áno	áno/nie	áno	
12	Základná frekvencia	30min-1...220min-1 ± 1%	uvedte hodnotu	30min až 220min-1 ± 1%	
13	Maximálna frekvencia (MTR)	80min-1...230 min-1 ± 1%	uvedte hodnotu	80min až230 min-1 ± 1%	
14	Výstupný pulz: katodický, bifázický, asymetrický, kapacitne viazaný	áno	áno/nie	áno	
15	Pasívne vybíjanie	áno	áno/nie	áno	
16	Trvanie pulzu	0,05ms...1,50ms ± 5%, ± 0,005ms	uvedte hodnotu	0,05ms...1,50ms ± 5%, ± 0,005ms	
17	Sieňová senzitivita	0,2mV...20mV ± 10%, ± 0,05 mV, ∞	uvedte hodnotu	0,2mV...20mV ± 10%, ± 0,05 mV, ∞	
Osobitné požiadavky na plnenie:			Osobitné požiadavky na plnenie:		
18	Záruka v mesiacoch	min. 24	uvedte hodnotu	24	
19	Doprava na miesto dodania	áno	áno/nie	áno	
20	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno	áno/nie	áno	
21	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky	áno	áno/nie	áno	
22	Prvé zaškolenie obsluhy	áno	áno/nie	áno	
23	nový prístroj nepoužívaný	áno	áno/nie	áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Trenčine

Dňa: 19.2.2021

Ing. Róbert Kútňy, na základe  
plnomocenstva



Názov predmetu zákazky:  
Zdravotnícka prístrojová technika IV.

Časť IV.: Vybavenie urgentného príjmu a OAIM

### Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplní ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPLŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu			(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Položka č. 3 - Prístroj na chladenie/ohrievanie pacientov požadovaný počet: 1 ks					
P. č.	Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. V TOMTO STĽPCI uvedte ponúkané parametre	2.
1	Rozsah regulácie teploty pacienta	32°-38,5°C	uvedte hodnotu	32°C až 38,5 °C	v krokoch po 0,1 °C
2	Možnosť udržiavania normotermie pacienta	36,5°-37,5°C	uvedte hodnotu	Áno	
3	Neinvasívna kontrolovaná indukovaná hypotermia a presne stanovené zahrievanie	áno	áno/nie	Áno	
4	Horný limit teploty vody	max. 42°C	uvedte hodnotu	36°C až 42°C	v krokoch po 1 °C
5	Dolný limit teploty vody	min. 4°C	uvedte hodnotu	4°C až 25°C	v krokoch po 1 °C
6	Lekárom cielene predvolené teploty pacienta (kontinuálne meranie teploty pacienta),	áno	áno/nie	Áno	
7	Dynamická spätná väzba v reálnom čase	áno	áno/nie	Áno	
8	Plne automatizovaný systém počas celej doby terapie s možnosťou manuálneho zásahu do liečby	áno	áno/nie	Áno	
9	Set príslušenstva: napájací kábel 230V, prepojovacie hadice k padom, predlžovací kábel k termo senzoru pacienta	áno	áno/nie	Áno	
10	Technické parametre pady:				
11	Pady/systém – cirkulácia tekutiny pri podtlaku	áno	uvedte hodnotu	Áno	
12	Nemožnosť úniku vody pri poškodení hydrogelového padu	áno	áno/nie	Áno	cirkulácia tekutiny pri podtlaku
13	Materiál padov - antialergický biokompatibilný materiál	áno	áno/nie	Áno	výrobca uvádza prilnavú plochu k pokožke pacienta ako PH neutrálne
14	Hydrogelové pady sú rádiolucenčné, kompatibilné, bezpečné pre RTG, CT, MRI a cath Lab	áno	áno/nie	Áno	
15	Rozsah zobrazenia teploty média na displeji	min. 3 - 45 °C	uvedte hodnotu	3 °C až 45 °C	v krokoch po 1 °C
16	Presnosť merania teploty pacienta	± max. 0,4 °C (10 °C - 32 °C)	uvedte hodnotu	10 °C až 32°C	± max. 0,4 °C
17	Presnosť merania teploty pacienta	± max. 0,2 °C (32 °C - 38 °C)	uvedte hodnotu	32 °C až 38 °C	± max. 0,2 °C
18	Presnosť merania teploty pacienta	± max. 0,4 °C (38 °C - 44 °C)	uvedte hodnotu	38 °C až 44 °C	± max. 0,4 °C
19	Presnosť merania teploty pacientavrátane	± 0,1 °C externého prepojenia	uvedte hodnotu	vrátane ± 0,1 °C na externej sonde	
20	Prenos tepelnej energie jednorázové adhezívne gélové podložky dostatočne priliehajúce celou plochou k pokožke umožňujúce plnohodnotné polohovanie	áno	áno/nie	Áno	
21	Možnosť napojenia na monitorovací systém a prenos dát s archíváciou	áno	áno/nie	Áno	
22	Terapeutické režimy: 1. Normotermia - riadená normotermia pacienta 2. Hypotermia - riadené ochladzovanie pacienta, riadené ohrievanie pacienta	áno	áno/nie	Áno	
Osobitné požiadavky na plnenie:			Osobitné požiadavky na plnenie:		
23	Servisné prehliadky 60 mesiacov v pravidelnom intervale 12 mesiacov	áno	áno/nie	Áno	výmena cirkulačnej kvapaliny á 4 - 6 mesiacov podľa používania - hradí užívateľ
24	Záruka v mesiacoch	min. 24	uvedte hodnotu	24 mesiacov	odo dňa uvedenia do prevádzky
25	Doprava na miesto dodania	áno	áno/nie	Áno	Nemocnica s poliklinikou Brezno,n.o.
26	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno	áno/nie	Áno	Nemocnica s poliklinikou Brezno,n.o.
27	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky	áno	áno/nie	Áno	
28	Prvé zaškolenie obsluhy	áno	áno/nie	Áno	
29	nový prístroj nepoužívaný	áno	áno/nie	Áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Trenčine  
Dňa: 19.2.2021

Ing. Róbert Kútňny, na základe  
plnomocenstva

Názov predmetu zákazky:  
Zdravotnícka prístrojová technika IV.

Časť IV.: Vybavenie urgentného príjmu a OAIM

### Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplňa ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPLŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		POZNÁMKA
Čechovo/Liekový vozík LIX 3			(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
<b>Položka č. 4 - Špecializovaný liekový vozík</b> požadovaný počet: 3 ks					
P. č.	Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. V TOMTO STĽPCI uvedte ponúkané parametre	2.
1	rozmery základného vozíka	min. 75 cm x 62 cm x 105 cm	uvedte hodnotu	75 cm x 62 cm x 105 cm	
2	kolieska otočné s nárazníkom (s brzdou)	4 ks (min. 2 ks s brzdou)	uvedte hodnotu	4 ks (2 ks s brzdou)	
3	nosnosť pracovnej dosky	min. 20 kg	uvedte hodnotu	20 kg	
4	nosnosť zásuvky modulového systému	min. 20 kg	uvedte hodnotu	20 kg	
5	celková nosnosť	min. 150 kg	uvedte hodnotu	min. 150 kg	
6	konštrukcia - celonerezová (AISI304) s antivibračnými prelismi	áno	áno/nie	áno	
7	pracovná doska - nerezová (AISI304) s prelisom s ochrannými plastovými prvkami z ABS v rohoch	áno	áno/nie	áno	
8	4 zásuvky - vnútro zásuviek je tvorené modulovým košom z vysoko odolného ABS plastu s predprípravou na rozdelenie priehradkami z ABS plastu alebo funkčný ekvivalent	áno	áno/nie	áno	
9	čelo zásuviek - tvrdý ABS plast so zaoblenými hranami, na vnútornej strane s gumovým profilom, ktorý zabezpečuje prachotesnosť zásuvky alebo funkčný ekvivalent	áno	áno/nie	áno	
10	zásuvky - možnosť výberu farby podľa vzorkovníka	áno	áno/nie	áno	
11	záмок zásuviek	centrálny	uvedte hodnotu	centrálny	
12	modulový systém zásuviek - vyberateľné modulové koše umožňujúce rýchlu a jednoduchú výmenu obsahu zásuvky	áno	áno/nie	áno	
13	minimálny počet zásuviek	4 ks malá veľkosť 3 ks stredná veľkosť 1 ks veľká veľkosť	uvedte hodnotu	4 ks malá veľkosť 3 ks stredná veľkosť 1 ks veľká veľkosť	
14	tlačné madlo a madlá zásuviek - z nerezovej ocele (AISI304) vsadené do plastových úchytiek	áno	áno/nie	áno	
15	nárazníky z odolného a nárazuvzdorného materiálu - umiestnené v rohoch podvozku vozíka, chránia vozík pred poškodením	áno	áno/nie	áno	
16	Príslušenstvo vozíka:	áno	áno/nie	áno	
17	3 bočné vyklápacie zásobníky	áno	áno/nie	áno	
18	otvárač ampuliek	áno	áno/nie	áno	
19	držák kontajnera na použité ihly	áno	áno/nie	áno	
20	kôš s objemom min 20litrov	áno	áno/nie	áno	
21	držák ampuliek	áno	áno/nie	áno	
22	nerezový zakladač na zdravotnícku dokumentáciu	áno	áno/nie	áno	
Osobitné požiadavky na plnenie:			Osobitné požiadavky na plnenie:		
23	Záruka 24 mesiacov	min. 24	uvedte hodnotu	24	
24	Doprava na miesto dodania	áno	áno/nie	áno	
25	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno	áno/nie	áno	
26	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky	áno	áno/nie	áno	
27	Prvé zaškolenie obsluhy	áno	áno/nie	áno	
28	nový prístroj nepoužívaný	áno	áno/nie	áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Trenčine  
Dňa: 19.2.2021

Ing. Róbert Kútňy, na základe  
plnomocenstva

## Príloha č.C.1: Návrh na plnenie kritéria

### NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny.

Predmet zákazky: **Zdravotnícka prístrojová technika IV.** – [uchádzač doplní označenie Časti, na ktorú uchádzač predkladá ponuku - Časť IV.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:	Unotech spol. s r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín	
Uchádzač je registrovaným platiteľom DPH v SR:	Áno <input checked="" type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:	Najnižšia cena predmetu zákazky	

Názov kritéria	Merná jednotka	Návrh uchádzača		
		bez DPH	Hodnota DPH (%)	s DPH
Najnižšia cena	Celková cena v EUR <u>bez DPH</u>	38 500,00	20	46 200,00

V Trenčíne dňa 19.2.2021

---

Ing. Peter Havier, konateľ  
v zastúpení Ing. Róbert Kútňy  
na základe plnomocenstva



1 CENOVÁ TABUĽKA PRE ČASŤ IV. PREDMETU ZÁKAZKY

č.p.	Názov položky Opis položky	Množstvo (ks)	Jednotková cena v EUR bez DPH	Celková cena za položku v EUR bez DPH	DPH v EUR (sadzba 20 %)	Celková cena za položku v EUR vrátane DPH
1.	Resuscitačný vozík s mobilným boxom zaistenia dýchacích ciest	1	2510,00	2510,00	502,00	3012,00
2.	Externý kardiostimulátor pre efektívnu stimuláciu dočasných porúch rytmu	1	2120,00	2120,00	424,00	2544,00
3.	Prístroj na chladenie/ohrievanie pacientov	1	27720,00	27720,00	5544,00	33264,00
4.	Špecializovaný liekový vozík	3	2050,00	6150,00	1230,00	7380,00
<b>Celková cena za Časť IV. v EUR bez DPH</b>				38500,00		
<b>Výška DPH v EUR (sadzba 20 %)</b>				7700,00		
<b>Celková cena za Časť IV. v EUR vrátane DPH</b>				46200,00		

V Trenčíne dňa 19.2.2021

---

Ing. Peter Havier, konateľ

v zastúpení Ing. Róbert Kútny

na základe plnomocenstva