

Všetkým zájemcom

V Bratislave, dňa 20. septembra 2018

VEC

Vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **Lineárny urýchľovač**

Verejný obstarávateľ týmto upravuje Opis predmetu zákazky s názvom **Lineárny urýchľovač** uverejnenej dňa 11.9.2018 vo Ú. vestníku EU pod číslom 2018/S 174-394110.

Verejný obstarávateľ upravuje technickú požiadavku uvedenú v bode 36 Opisu predmetu zákazky:

- 36 *Zariadenie pre rannú kontrolu - monitorovanie a trend dávky, homogenity, symetrie, veľkosti poľa a energie, založené na kombinácii ionizačných komôr a diódových detektorov, automatická korekcia na teplotu a tlak, jednoduchá obsluha, indikácia úspešnosti testu PASS/WARNING/FAIL*

Nové znenie bodu 36:

- 36 *Zariadenie pre rannú kontrolu - monitorovanie a trend dávky, homogenity, symetrie, veľkosti radiačného poľa a energie, automatická korekcia na teplotu a tlak, jednoduchá obsluha, indikácia úspešnosti testu***

Verejný obstarávateľ upravuje technickú požiadavku uvedenú v bode 39 Opisu predmetu zákazky:

- 39 *Pole diódových detektorov (min. 1000) na valcovej ploche, pre verifikáciu dynamických ožarovacích techník, vrátane vhodného insertu, detektora/držiaka detektora a softvéru pre QA a hodnotenie vplyvu na DVH*

Nové znenie bodu 39:

- 39 *Kompletný systém pre dozimetrickú verifikáciu IMRT a VMAT ožarovacích techník obsahujúci minimálne 1000 detektorov, vrátane potrebných doplnkov (podľa typu dodaného systému - build-up materiál, fantóm, inserty...) a softvéru pre QA, gamma analýzu a rekonštrukciu dávky v anatómii pacienta.***

Neoddeliteľnou súčasťou tohto vysvetlenia je upravený Opis predmetu zákazky samostatne zverejnená v časti Dokumenty v záväznej pdf verzii a aj v editovateľnej verzii pre účely vyplňania k predloženiu ponuky.

Verejný obstarávateľ oznamuje tieto zmeny dostatočne včas pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, preto nebude predlžovať lehotu.

S úctou

v. r.
Osoba poverená realizáciou procesu VO