

Všetkým zájemcom

V Bratislave, dňa 1. októbra 2018

VEC

Vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom Lineárny urýchl'ovač (Všeob. nem. Rimavská Sobota) – III. kolo

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručení otázku k zákazke s názvom **Lineárny urýchl'ovač (Všeob. nem. Rimavská Sobota)** uverejnenej dňa 11.9.2018 vo Ú. vestníku EU pod číslom 2018/S 174-394110.

Otázka č. 1:

Bude postačovať referencia v zmysle § 12, zákona č. 343/2015 Z.z., alebo sa požaduje špeciálny referenčný list potvrdený priamo verejným obstarávateľom, nad rámec zákona, s presným znením splnenia minimálnej požadovanej úrovne štandardov:

- Minimálne jedna fotónova energia 6MV;
- Rozlíšenie tvarovania pomocou MLC kolimátora v oblasti izocentra maximálne 0,5cm
- Umožňuje techniku VMAT (volumetric modulated arc therapy)
- Umožňuje 3D IGRT (image guided radiation therapy) pomocou kV CBCT

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, v prípade, ak bol odberateľom verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, uzná zverejnenú referenciu podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ rešpektuje taxatívnosť ustanovenia § 34 vo vzťahu k dokladom, ktorými sa preukazuje splnenie danej podmienky účasti.

V prípade, ak zverejnená referencia podľa § 12 neobsahuje všetky informácie potrebné k overeniu splnenia minimálnej požadovanej úrovne štandardov, verejný obstarávateľ výrazne odporúča (najmä s ohľadom na zjednodušenie procesu overenia splnenia danej podmienky účasti) doplniť do ponuky dokument, z ktorého to bude možné overiť (napr. samotnú zmluvu s opisom dodaného prístroja, dodací list, a pod).

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO