



NEMOCNICA S POLIKLINIKOU n. o., KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

Nemocničná 18, 077 01 Kráľovský Chlmec

Názov zákazky:	Nákup rádiologických prístrojov
Číslo v Ú. v. EÚ:	2020/S 233 -574707
Číslo vo VVO:	253/2020 č. 44093 – MST

VYSVETLENIE Č. 2 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV ZO DŇA 22.12.2020

Verejnému obstarávateľovi bola dňa 11.12.2020 doručená žiadosť o vysvetlenie informácií súťažných podkladov na vyššie uvedený predmet zákazky prostredníctvom IS JOSEPHINE. Verejný obstarávateľ v súlade s bodom 11.5 časti A1. Súťažných podkladov týmto poskytuje vysvetlenie k žiadosti o vysvetlenie, týkajúcej sa technickej špecifikácie predmetu zákazky:

2. časť predmetu zákazky – MAMOGRAF

Otázka č. 7:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať prístroj s veľkosťou bodu 85 μm aj napriek tomu, že podľa vyhlášky (č. 101/2018 Zz., ktorá ustanovuje podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarovania) nie je možné takýto prístroj uviesť do prevádzky, alebo bude požadovať prístroj s veľkosťou bodu maximálne 71,42 μm .

Odpoveď č.7:

Verejný obstarávateľ pri vymedzení opisu predmetu zákazky a jej jednotlivých častí vychádzal zo všeobecne záväzných platných predpisov okrem iných aj predpismi súvisiacich s uvedením do prevádzky daného (obstarávaného prístroja), teda aj vyhl. č. 101/2018, ktorá ustanovuje podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarovania. Na základe toho verejný obstarávateľ má za to, že spĺňa všetky zákonom stanovené legislatívne požiadavky. Z toho dôvodu verejný obstarávateľ trvá na požadovanej hodnote parametra, uvedenej v technickej špecifikácii daného prístroja, t.j. hodnota parametra – max. 85 μm .
