



Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
A-I/ /2021

Vybavuje/Linka  
Máčková /4304491

Považská Bystrica  
11.01.2021

Vec: **Žiadosť o nápravu - OZNAMENIE**

Vážený dodávateľ,  
v súvislosti so zaslanou žiadosťou o nápravu proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch verejnej súťaže na predmet zákazky „Mamograf s priamou digitalizáciou“ vyhlásenej oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo VVO č. 249/2020 dňa 25.11.2020 pod č.43717-MST, ktorá bola verejnému obstarávateľovi doručená prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE dňa 10.12.2020 Vám zasielame nasledujúce oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu:

Verejný obstarávateľ sa žiadosťou zaoberal a rozhodol o vybavení žiadosti podľa § 165 ods.3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v nasledovnom znení:

**akceptuje návrh úpravy parametra technickej špecifikácie**

nasledovne:

Z

Rozlíšenie detektora (veľkosť bodu) – max. 70µm

**na**

**„Rozlíšenie detektora (veľkosť bodu) – max. 100µm“**

*Verejný obstarávateľ Vám oznamuje, že vyššie uvedená zmena je zapracovaná do znenia súťažných podkladov, časť – Mamografické prístroje – technická špecifikácia – úprava zo dňa 11.01.2020, ktoré sú aktualizované a zverejnené*

**<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9744/summary>**