



všetkým záujemcom

Váš list zn./ zo dňa:

Naša značka:
GR-3473/OVO-1285/20/Lo

v Martine, dňa:
7.12.2020

Vec: Vysvetlenie informácií a úprava súťažných podkladov k podlimitnej zákazke bez využitia elektronického trhoviska „Stomatologické súpravy – 5 ks“

Vážení záujemcovia,

verejný obstarávateľ poskytuje v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky k podlimitnej zákazke „Stomatologické súpravy – 5 ks“ zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 246/2020 pod evid. č. 43379-WYT.

Verejný obstarávateľ vykonal v zmysle súťažných podkladov obhliadku záujemcom na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie za účelom získania potrebných informácií nevyhnutných na prípravu a spracovanie ponuky k predmetnej zákazke. Obhliadkou boli upresnené miesta realizácie a dodania predmetu zákazky. Vzhľadom na skutočnosť, že 5 ks stomatologických súprav nebude umiestnených na jednom mieste, ale na miestach, ktoré sú od seba vzdialené tak, že sa nedá použiť jeden kompresor so sušičom s celkovým výkonom min. 330 l/min., verejný obstarávateľ **upravuje** súťažné podklady v bode 38. časti C. Opis predmetu zákazky nasledovne:

Č.	Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota
38.	3x kompresor so sušičom z toho: <ul style="list-style-type: none">- 1x kompresor so sušičom s výkonom potrebným pre prevádzku dvoch stomatologických súprav- 2x kompresor so sušičom s výkonom potrebným pre prevádzku jednej stomatologickej súpravy

S pozdravom

Ing. Stanislav Skoma
ekonomický riaditeľ UNM

MUDr. Dušan Kriškočka, PhD., MBA
generálny riaditeľ UNM

Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2, 036 59 Martin